




Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych

PYTANIE 1 : do pakietu 3 poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowego użytku, niekierunkowej, dzielonej, z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni całkowitej 90cm². Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993. Elektroda neutralna współpracuje z systemem NESSY OMEGA, potwierdza to deklaracja kompatybilności dostarczona przez Wykonawcę na życzenie Zamawiającego. Opakowanie handlowe zawiera 100szt elektrod pakowanych w szczelnych saszetkach po 5 sztuk, każde opakowanie posiada nalepki identyfikujące do przyklejenia na dokumentację medyczną.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 3 wymaga zaoferowania elektrody neutralnej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Biura Zamówień Publicznych