



DZP/381/40A/2017

Katowice / 18.05.2017

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia laboratorium andrologicznego

PYTANIE 1 : Dotyczy części 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dokładności długości fali poniżej 2 nm (punkt 14) z zachowaniem odtwarzalności długości fali poniżej 0,2nm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 5 wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Dotyczy części 5: Czy Zamawiający wymaga, aby mikroplótkowy czytnik wielodetekcyjny był wyposażony w inkubację komory pomiarowej co do najmniej 50°C oraz wytrząsanie płytki w trybie liniowym i orbitalnym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 5 wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dot. pozostałych pakietów zostaną usunięte.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

PYTANIE 4 : W związku z wymogiem Załącznik nr 4.7 punkt 16: „Drukowana instrukcja w języku polskim (2 szt.), oraz instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim” - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby drukowane wersje instrukcji obsługi analizatora /2 szt./ dostarczone zostały po podpisaniu umowy, w przypadku gdy w/w instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim, zostanie dołączona do oferty w celu potwierdzenia wymogów stawianych przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: W Pkt X.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyszczególniono wszystkie oświadczenia i dokumenty, jakie musi zawierać oferta. Zgodnie z § 2 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca dostarczy wymagane instrukcje wraz dostawą Aparatów. W Załączniku nr 4.7 poz. 16 należy wskazać, że takie instrukcje Wykonawca posiada i zostaną one dostarczone do Zamawiającego (po podpisaniu umowy).

PYTANIE 5 : Pytania do umowy (zał. nr 5): §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 6 : Pytania do umowy (zał. nr 5): §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 7 : Pytania do umowy (zał. nr 5): §5 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownej do 5%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 8 : Dotyczy załącznika 4.6 pozycji 5: Ze względu na brak na rynku urządzenia o takim parametrze jak został przez Zamawiającego opisany, prosimy o dopuszczenie mikrotomu z funkcją retrakcji z maksymalnym wysuwem do 210µm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 6 mikrotomu z funkcją retrakcji z maksymalnym wysuwem do 210µm.

PYTANIE 9 : Dotyczy wzoru umowy: Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w §5 ust.1 wskazuje, wartości kar umownych odpowiednio w pkt: a) 50,00 zł, b) 20,00 zł, c) 20,00 zł, d) 10% wartości wynagrodzenia brutto za część zamówienia... Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do



zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi odpowiednio w pkt: a) do 30,00 zł, b) do 10,00 zł, c) do 10,00 zł, d) do 5% wartości wynagrodzenia brutto za część zamówienia...


ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 10 : Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów : „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za część zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy..”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 11 : Dotyczy SIWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie do Rozdz. VI ust. 4 pkt. 5) których części (sprzętów) dotyczy złożenie certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)?

ODPOWIEDŹ: Złożenie certyfikatów jednostki notyfikowanej dotyczy sprzętów (wyrobów medycznych), które zgodnie z deklaracją zgodności należą do jednej z wymienionych klas: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III. Nie dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i sprzętów, które nie są wyrobami medycznymi.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechawicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych