



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fotela operatora

PYTANIE 1 : (pkt 6) Czy Zamawiający dopuści fotel nie posiadający regulacji siedziska przód-tył?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fotela nie posiadającego regulacji siedziska przód-tył.

PYTANIE 2 : Czy Zamawiający dopuści fotel operatora o następujących parametrach:

- Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół
- Podstawa jezdna wykonana ze stali nierdzewnej, na trzech kołach z blokadą, przyciskami sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę
- Siedzisko profilowane z regulacją góra/dół w zakresie 550-710mm
- Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie 100mm
- Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°
- Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół: 100mm
- Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół: 100mm i możliwością obrotu 360°
- Możliwość wykonania tapicerki fotela w co najmniej 10-ciu kolorach
- Wszystkie elementy odporne na działanie środków dezynfekcyjnych
- Zasilanie sieciowe

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania fotela operatora zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

DYREKTOR

Dariusz Borg