



DZP/381/93B/2016

Katowice / 25.10.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Jorg

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomp infuzyjnych

PYTANIE 1 : Część 2 - pompy infuzyjne objętościowe - 6 szt. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę infuzyjną objętościową o klasie ochronności I? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 pompy infuzyjnej objętościowej o klasie ochronności I.

PYTANIE 2 : Część 2 - pompy infuzyjne objętościowe - 6 szt. Czy Zamawiający wymaga, aby pompa infuzyjna objętościowa posiadała klawiaturę numeryczną do wprowadzania parametrów infuzji, ułatwiającą pracę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 pompy infuzyjnej objętościowej z klawiaturą numeryczną do wprowadzania parametrów infuzji.

PYTANIE 3 : Część 1 Pompy strzykawkowe lp. 18 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z dokładnością mechanizmu pompy $\pm 1\%$? *Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 (poz. 18) pompy strzykawkowej z dokładnością mechanizmu pompy $\pm 1\%$.

PYTANIE 4 : Część 1 Pompy strzykawkowe lp. 19 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z regulowanym progiem ciśnienia okluzji w zakresie 50-900 mmHg ? *Proponowany zakres ciśnienia tylko nieznacznie różni się do wymaganego.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 (poz. 19) pompy strzykawkowej z regulowanym progiem ciśnienia okluzji w zakresie 50-900 mmHg.

PYTANIE 5 : Część 1 Pompy strzykawkowe lp. 22 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z klawiaturą symboliczną która umożliwia szybkie i intuicyjne programowanie pompy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 (poz. 22) pompy strzykawkowej z klawiaturą symboliczną która umożliwia szybkie i intuicyjne programowanie pompy.

PYTANIE 6 : Część 1 Pompy strzykawkowe lp. 40 Czy zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą która nie posiada uchwytu do przenoszenia? *Stacja dokująca wraz z pompami to masa około 20 kg więc możliwości przenoszenia są bardzo ograniczone co z kolei wyklucza konieczność posiadania uchwytu do przenoszenia.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 (poz. 40) pompy strzykawkowej ze stacją dokującą nie posiadającą uchwytu do przenoszenia.

PYTANIE 7 : Część 1 Pompy strzykawkowe lp. 46 Wnosimy do zamawiającego prośbę o zmianę zapisu że „W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę pompy na nową „ na zapis „ W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę tego podzespołu na nowy”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

PYTANIE 8 : Część 2 Pompy infuzyjne objętościowe lp. 28 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z ciśnieniem okluzji programowanym w zakresie od 50-750mmHg? *Proponowany zakres jest lepszy od wymaganego.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 (poz. 28) pompy infuzyjnej objętościowej z ciśnieniem okluzji programowanym w zakresie od 50-750mmHg.

PYTANIE 9 : Część 2 Pompy infuzyjne objętościowe lp. 30 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z możliwością programowania biblioteki leków z komputera? *Programowanie biblioteki leków z klawiatury pompy może spowodować popełnienie błędu dawkowania co z kolei może doprowadzić do narażenia pacjenta na utratę zdrowia lub życia w przypadku nieprawidłowej infuzji leków.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 (poz. 30) pompy infuzyjnej objętościowej z możliwością programowania biblioteki leków z komputera.



PYTANIE 10 : Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. za opóźnienie w zrealizowaniu wszystkich, określonych w § 2 ust. 1 umowy obowiązków - w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanych w terminie ww. obowiązków;
- b. za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości 20,00zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu objętego naprawą gwarancyjną o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy;
- c. za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 11 – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie wykonanego w terminie przeglądu technicznego;
- d. w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do wzoru umowy.

DYREKTOR

Dariusz Jurek