



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury anestezyjologicznej

PYTANIE 1 : część nr 1 –kardiomonitor z podstawa jezdną. Pkt. 3– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym, dotykowym ekranem LCD TFT o przekątnej 12,1” o rozdzielczości 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ? Oferowany kardiomonitor można obsługiwać przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokręta lub ekranu dotykowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : część nr 1 –kardiomonitor z podstawa jezdną. Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość konfigurowania oraz zapamiętywania przez użytkownika 8 ekranów(w tym ekran dużych cyfr)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : część nr 1 –kardiomonitor z podstawa jezdną. Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek)? Jedynie przy manualnych ustawieniach użytkownik posiada pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : część nr 1 –kardiomonitor z podstawa jezdną. pkt.5,9,12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min oraz pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund bez możliwości przeniesienia danych na Pendrive natomiast z możliwością przesyłu danych do PC przez LAN oraz kartę SD w przyszłości ? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5 : część nr 1 –kardiomonitor z podstawa jezdną. pkt.16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający w standardowej konfiguracji dwa tory pomiarowe temperatury? Rozwiązanie takie pozwoli Zamawiającemu na pomiar temperatury z dwóch miejsc co jest rozwiązaniem bardziej wszechstronnym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitora posiadającego w standardowej konfiguracji dwa tory pomiarowe temperatury.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach
mgr Andrzej Paschowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych