



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych

PYTANIE 1 : Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy barwnik : Nietoksyczny barwnik (trifenylometan) do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg Brilliant Blue G (stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklanego (kolor fioletowy): 0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm³; ampułkostrzykawka a 0,5 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania roztworu błękitu trypanu zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Pakiet nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy barwnik : Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%, rozcieńczony w izotonicznym zbilansowanym płynie, opakowanie – sterylne fiolki o pojemności 1,0ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania roztworu błękitu trypanu zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dla uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza do osobnej dostawy barwniki z poz. 1.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1.

PYTANIE 4 : Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dla uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert dopuszcza do osobnej dostawy barwniki z poz. 3.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr inż. Radosław Radosławski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych