

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na przeprowadzenie międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kontrole: chemiczna, kardiologiczna oraz hematologia były wykonywane tak jak pozostałe: 1 raz w miesiącu? Uzasadnienie: Takie wyspecyfikowanie produktów stwarza możliwość złożenia oferty tylko jednemu wykonawcy, co niesie ze sobą większe koszty – mniejsza konkurencyjność ofert. Skoro pozostałe parametry Zamawiający kontroluje raz w miesiącu prosimy o wyrażenie zgody na powyższe pytanie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby kontrole: biochemiczna, kardiologiczna oraz hematologiczna wykonywane były raz w miesiącu.

Pytanie 2: Dotyczy PKT 8e: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ocenę na podstawie parametru Z-score (system równoważny)?

podział jakości akceptowalna Z-score mniejsze równe 1,25

jakość akceptowalna do marginalnej Z-score większe od 1,25 ale mniejsze 1,49

jakość marginalna Z-score większe od 1,5 ale mniejsze od 1,99

jakość nieakceptowalna Z-score większe równe 2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ocenę na podstawie parametru Z-score (system równoważny) pod warunkiem bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie tej formy kontroli jakości oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.

Pytanie 3: Dotyczy punktu 10. Czy Zamawiający ma na myśli standard międzynarodowy ISO17043?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ten i inne równoważne standardy międzynarodowe zapewniające wiarygodność otrzymywanych raportów.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby parametr PSA był zawarty w kontroli immunochemicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby parametr PSA był zawarty w kontroli immunochemicznej.

Pytanie 5: Czy Zamawiający odstąpi od parametru PCT w programie hematologicznym gdyż Prokalcytonina nie jest parametrem hematologicznym?

Odpowiedź: Skrót PCT stosowany w hematologii oznacza płytkokryt (plateletcrit) i właśnie o ten parametr chodziło Zamawiającemu.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. J. K. Giżyńskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Kiciński
Kierownik Działu Zamówień Publicznych