

UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Systemu monitoringu neurofizjologicznego : **DZP/381/36B/2016**

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) jako postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

Zamawiający ujawnił wadę postępowania polegającą na nieprecyzyjnym i pozostawiającym dowolność interpretacyjną wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Wykaz parametrów technicznych przedmiotu zamówienia nie precyzował ilości wymaganych kanałów, które są niezbędne dla pełnej funkcjonalności w pracy neurofizjologa w przeprowadzanych zabiegach neurochirurgicznych. Zamawiający nie określił, że ma to być system monitoringu przeznaczony przede wszystkim do neurochirurgii głowy, rdzenia kręgowego, kręgosłupa i nerwów obwodowych.

Z racji tego, że po upływie terminu składania ofert nie jest możliwe zmienianie specyfikacji, co wynika z art. 38 ust.4 zdanie pierwsze ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z przytoczonym na wstępie artykułem.

16. SIE. 2016

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Agnieszka Ręka
Kierownik Działu Zamówień