



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu mikroendoskopowo-laserowego

PYTANIE 1 : Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia Załącznika nr 4 (Wymagane parametry techniczne), tak by określenie «minimum 20 cykli» zostało zastąpione określeniem «minimum 4 cykle»? Przewidywana przez producenta oferowanego urządzenia żywotność endoskopów przy ich prawidłowej sterylizacji wynosi co najmniej 20 cykli dla sterylizacji parowej. Jednakże nie jest to w żadnym razie gwarantowana żywotność. Producent gwarantuje 4 cykle i tyle samo może zaproponować nasza firma jako importer. Endoskopy są urządzeniami zużywalnymi i ich długa żywotność zależy w dużej mierze od zachowania odpowiedniej ostrożności przez personel przeprowadzający sterylizację, na co ani producent, ani dystrybutor nie mają wpływu. Wnosimy także o konsekwentne potraktowanie punktu 1 §4 Wzoru Umowy (Załącznik nr 5), tak by mogło się tam znaleźć określenie «Wykonawca udziela gwarancji na 4 cykle sterylizacyjne».

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale doprecyzowuje, że ma na myśli sterylizację plazmową czyli mniej inwazyjną, bardziej oszczędzającą sterylizowany sprzęt.

PYTANIE 2 : Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę punktów 7, 8 i 12 §4 Wzoru Umowy (Załącznik nr 5), tak by w każdym z punktów zamiast «5 dni» było «21 dni»? Nasza firma jako wykonawca deklaruje najszybszą jak to tylko możliwe naprawę lub wymianę uszkodzonego podzespołu bądź urządzenia, jednak nie możemy zagwarantować terminu 5 dni, jako że wiele części zamiennych musi być sprowadzanych na zamówienie z USA. Dla tego typu importu 21 dni jest najkrótszym możliwym terminem. Ze względu na konieczność uwzględnienia ew. zmian w SIWZ wnioskujemy o stosowne przedłużenie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów wzoru umowy, ale doprecyzowuje, że Wykonawca może przekroczyć 5-cio dniowy termin naprawy i nie będzie obciążony karami umownymi, jeżeli udostępni Zamawiającemu zgodnie z §4 ust. 8 wzoru umowy sprawne tożsame urządzenie zastępcze.

DYREKTOR

Dariusz Jorg