

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/79B/2016


Katowice, dn. 28.07.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do oznaczania OB wraz z najmem aparatu

PYTANIE : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowego aparatu do oznaczania OB z 20 miejscami na pokładzie, którego konstrukcja jest taka, że nie posiada wyjmowanego statywu, w związku z czym nie da się zaoferować dodatkowego statywu? Aparat posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych dlatego nie potrzebuje czytnika dopinanego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego aparatu do oznaczania OB.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Reichert
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437
www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597