



Do wszystkich Wykonawców


Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową aparatury okulistycznej

PYTANIE 1 : (część 1) Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty częściowej na pozycję nr 4 w części nr 1?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga złożenia oferty na całość części nr 1 tj. na wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym - Załączniku Nr 4.1.

PYTANIE 2 : Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy z paragrafu 2 punkt 12 mówiący o konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy? Czy należy rozumieć, iż w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z par.4 punkt 1a, a jego niedostarczenie nie pociąga za sobą żadnych dalszych konsekwencji, w tym finansowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest - w przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż ...(*oferowana przez Wykonawcę ilość*) ... dni roboczych - nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne, tożsame urządzenie w celu bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego, a jeżeli tego warunku nie spełni to zgodnie z § 4 ust. 1a) wzoru umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych