



Do wszystkich wykonawców

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do wkluć

1. **Pytanie** - Część nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch wężyków: 125 i 25cm co w sumie daje długość 150 cm. Każdy z wężyków posiada jeden zawór zwrotny, więc w połączeniu spełniają tą samą funkcję co wężyk 150cm z dwoma zaworami zwrotnymi. Łączniki te są również w pełni kompatybilne z strzykawkami automatycznymi firmy Ulrich. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno - użytkowych oraz jakości.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wężyka zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. **Pytanie** – dot. części 1 poz.10 – system do pobierania krwi – Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do hematologii z EDTA o poj. 1-1,6ml kompatybilne z igłą systemową opisaną w pkt.14 tabeli asortymentowo – cenowej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówki opisanej w pytaniu.
3. **Pytanie-** dot. wzoru umowy par.2 pkt.10 – prosimy o modyfikację pkt.10 i dopisanie :,,(.....)koszty transportu (....) przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00zł netto”. Prośbę motywujemy tym ,że dla zamówień poniżej 150,00zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.
4. **Pytanie** - Część 2, poz. 1,2-Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę 2ml-2,5 ml, 5ml-6ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą opisaną w pytaniu.
5. **Pytanie** - Część 3, poz. 1-4-Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę 2-3 ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą opisaną w pytaniu.
6. **Pytanie** - Część 3, poz. 11-Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów miały logo producenta na zaciskaczu rolkowym, w celu łatwiejszej identyfikacji produktu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oznakowania opisanego w pytaniu, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu do przetaczania płynu z logo producenta.
7. **Pytanie** - Część 5, poz. 8 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji i dołączenie jej do pakietu – część 6- kaniule. Prośba jest zasadna ze względu na kompatybilność asortymentu (kaniule- koreczki do kaniul).
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym pytaniem.
8. **Pytanie** - Część 6, poz. 2-Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Państwu korzystnej jakościowo i cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym pytaniem.


9. **Pytanie** – Pakiet 6 poz. 1 -Proszę o dopuszczenie kaniul : „Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym dokładnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo i pewność wkłucia

- igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza;
- łagodnie zwężający się koniec kaniuli;
- uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem;
- oznaczenie przepływu na opak. jednostkowym;
- 3 paski kontrastujące w RTG;

Rozmiary: 0,74x19mm, 0,9x25mm, 1,0x 32mm, 1,3x32mm, 1,3x45mm, 1,5x45mm, 1,75x45mm , 2,0x45mm”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. **Pytanie**– Pakiet 6 poz. 1 -Proszę o dopuszczenie kaniul : „Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym dokładnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu wyposażona w plastikowy, delikatny zatrask zabezpieczający igłę przed zakłuciem , uruchamiany zaraz po użyciu igły.



Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo i pewność wkłucia:

- igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza;
- łagodnie zwężający się koniec kaniuli;
- uchwyt zamykany koreczkiem, z zastawką antyzwrotną,
- oznaczenie przepływu na opak. jednostkowym;
- 4 paski kontrastujące w RTG;

Rozmiary: 0,8x25mm; 1,0x32; 1,2x32; 1,2x45mm; 1,5x45; 1,7x 45mm; 2,0x45mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. **Pytanie** – Pakiet 5 poz.3-Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Peśety jednorazowego użytku sterylnej o długości około 12,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pincety medycznej zgodnej z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. **Pytanie** – do umowy:§5 punkt 1a):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego” na „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

13. **Pytanie** – do umowy:§5 punkt 1b):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego” na „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

14. **Pytanie** – do umowy:§5 punkt 1c):Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia)” na „w wysokości 10% wartości brutto (niezrealizowanej części zamówienia)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

15. **Pytanie** – Część 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 3ml, spełniającej pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 2 ml, ale dopuszcza skalę rozszerzoną do 2,5ml (odp. na pyt. 4) i 3ml.

16. **Pytanie** – Część 5, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika transportowego na 4 sztuki szkiełek, spełniającego pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pojemnika transportowego zgodnego z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. **Pytanie** – Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

18. **Pytanie** – W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.


19. **Pytanie** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. a, b

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia częściowego

b) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu danego zamówienia częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Pechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych