



D/ZP/381/58A/13

Katowice, dn.04..LIP. 2013.....

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury okulistycznej

1. **PYTANIE** : Część nr 1 endolaser do chirurgii witreoretinalnych. Pod 11 – Czy Zamawiający dopuści również laser wyświetlający liczbę impulsów po wykonanych ekspozycjach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 (poz.11) lasera wyświetlającego liczbę impulsów po wykonanych ekspozycjach.


D Y R E K T O R
Dariusz Jorg