



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę noży chirurgicznych

PYTANIE 1 : Ad Pakiet 4.4, Poz. 1 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy: Jednorazowy trepan próżniowy; rozmiar 6,0mm-6,5mm-7,0mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm -8,5mm-9,0mm ; Poz. 2 Jednorazowy rogówkowy punch próżniowy; rozmiar 6,0mm-6,5mm-6,75mm-7,0mm -7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm-9,5mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 4 noży chirurgicznych zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


PYTANIE 2 : (pakiet 4 poz. 1) Czy Zamawiający wymaga aby trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadał 360 stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych trepanów.

PYTANIE 3 : (pakiet 4 poz. 1, 2) Czy Zamawiający wymaga aby oferowane trepany i punch'e pochodziły od tego samego producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanych trepanów i punchy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach


mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych