



DZU/381/17B//2017

Katowice /14.02.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa wyrobów medycznych DZP/381/17B/2017

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2- Kołderka jednorazowa

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie że kołderka jednorazowa dla dorosłych, okrywająca całe ciało ma być kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjentów Mistral Air Plus?

Odp.

Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pakiecie 14 Zamawiający dopuści do zaoferowania kompletny zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą w skład którego wchodzi:

1 x przetwornik ciśnienia – stałe płukanie 3ml/h; szybkie płukanie >70ml/h, 2 x kraniki na linii, linia ciśnieniowa 120 cm+30 cm, linia płuczka spięta taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii posiadająca biurekę zabezpieczoną filtrem, 2 x wymienne czerwone koreczki - dla uniknięcia pomyłki lub przypadkowej kontaminacji; złączka typ telefoniczny „RJ” – bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym, zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kablami.

Odp.

Zamawiający dopuści w/w zestaw kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kablami i monitorami Bene View T8 firmy Mindray

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr A. B. B.
Kierownik Działu Zamówień Publicznych