



DZP/381/96A/2016

Katowice / 24.11.2016

Do wszystkich wykonawców

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
jednorazowej odzieży ochronnej**

Kierownik
Działu Zamówień
Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz .

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

1. **Pytanie** - Pakiet 4, poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty w kolorze białym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty w kolorze białym.
2. **Pytanie** - Część nr 2 poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przesiąkanie płynów 23 cm H₂O, z rękawkami o gramaturze 60 g/m², na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający nie wydziela pozycji 1 do oddzielnej części.
3. **Pytanie** - Część nr 2 poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie z mankietem o długości min. 6 cm, na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający nie wydziela pozycji 2 do oddzielnej części.
4. **Pytanie** -Część nr 2 poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniami o gramaturze 42 g/m² w części przedniej fartucha a na rękawach 40,5 g/m², na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu.
Zamawiający nie wydziela pozycji 3 do oddzielnej części.
5. **Pytanie** - Część nr 2 poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 21 g/m² w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha o wskazanych w pytaniu parametrach i rozmiarze. Zamawiający nie wydziela pozycji 4 do oddzielnej części.
6. **Pytanie** - Część 2- Pozycja 2-3- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniyny typu SMMS wyposażonego w poliestrowy mankiet o długości min. 7cm. Fartuch zawinięty w papier krepowy lub serwetę włókninową, posiadający na opakowaniu 3 repozycjonowalne etykiety? Jednocześnie zwracamy się o wydzielenie pozycji 2-3 do oddzielnego pakietu, umożliwiłoby to złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu. Zamawiający nie wydziela pozycji 2 i 3 do oddzielnej części.
7. **Pytanie** - Część 2- Pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fartuch ochronnego w rozmiarze uniwersalnym? Jednocześnie zwracamy się o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego pakietu, umożliwiłoby to złożenie konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym. Zamawiający nie wydziela pozycji 3 do oddzielnej części.



8. **Pytanie** - DO SIWZ V 1.1.b)- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia wykazu dostaw obejmujących swoim rodzajem m.in. dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku / dostawy jednorazowych wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wykazu dostaw obejmujących dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku i dostawy jednorazowych wyrobów medycznych..
9. **Pytanie** - Część nr 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych podwójnie: opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia; pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również rękawic chirurgicznych pakowanych w sposób opisany w pytaniu.
10. **Pytanie** - Część nr 2 poz. 6- Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 6 i Zamawiający ma na myśli szybki ochronne/soczewki pasujące do oprawek z pozycji nr 7 pakowane a'100szt? Opisane okulary ochronne znajdują się już w pozycji nr 5.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w części nr 2 pozycji 6 wymaga zaoferowania 50 opakowań po 100sztuk soczewek pasujących do oprawek z pozycji 7.
11. **Pytanie** - Część nr 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki z tyłu wiązany na troki wykonany w całości z włókny polipropylenowej z wstawką przeciwpotną?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie czepka wykonanego w całości z włókny polipropylenowej.
12. **Pytanie** - Część nr 8 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki typu „furażerka” z trokami, wykonany w całości z perforowanej włókny wiskozowej, po wywinieciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czepka opisanego w pytaniu.
13. **Pytanie** - Część nr 9 poz. 1,2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic bez warstwy polimerowej - chlorowanych ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic bez warstwy polimerowej.
14. **Pytanie** - Część nr 9 poz. 1,2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic teksturowanych na palcach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic teksturowanych wyłącznie na palcach , wymaga zaoferowania rękawic o teksturowanej powierzchni ułatwiającej pewny chwyt.
15. **Pytanie** - Część nr 9 poz. 1-Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL =1,5?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 1 rękawic o poziomie AQL =1,5.
16. **Pytanie** - Część nr 9 poz. 1-Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych występujących w rozmiarach XS-XL?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic również w rozmiarach od XS do XL.
17. **Pytanie** - Część nr 11 poz. 1-2- Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 14683 dla masek chirurgicznych typu II (poz.1) i II R (poz.2) kartą techniczną zamiast certyfikatem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie efektywności filtracji bakteryjnej oraz normę EN 14683 w postaci kart danych technicznych
18. **Pytanie** - Część nr 11 poz. 2-Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne pełnobarierowe 3 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania masek chirurgicznych zgodnych z opisem w SIWZ.



19. **Pytanie** - Część nr 12 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze w strefie wzmocnionej 73g/m² o długości od kołnierza do brzegu fartucha dla rozmiaru XL 129cm z 2 ręcznikami o wymiarach 30x30cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha zgodnego z opisem w SIWZ.
20. **Pytanie** - Punkt V 1. 1) b) SIWZ dla części 1, 3, 9 - Czy Zamawiający dopuści wykazanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez przedstawienie wykazu dostaw na rękawice? Rękawice należą do grupy asortymentu odzieży ochronnej. Ponadto co istotniejsze najważniejsze jest należyte wykonanie dostaw bez względu na asortyment który się dostarcza.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wykazu dostaw na rękawice.
21. **Pytanie** - Punkt V 1. 1) b) SIWZ części 2, 4-8, 10-12 - Czy Zamawiający dopuści wykazanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez przedstawienie wykazu dostaw na sprzęt medyczny jednorazowego użytku. Pragniemy zaznaczyć że asortyment ujęty w postępowaniu również jest asortymentem jednorazowego użytku. Ponadto co istotniejsze najważniejsze jest należyte wykonanie dostaw bez względu na asortyment który się dostarcza.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w celu potwierdzenia warunku zdolności technicznej na złożenie wykazu dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku , jednorazowych wyrobów medycznych.
22. **Pytanie** - dotyczy Części 4 - Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano ubranie męskie operacyjne, jednorazowego użytku o nieprzemakalności 10,3 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ubrania operacyjnego zgodnego z opisem w SIWZ.
23. **Pytanie** - dotyczy Części 5- Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano koszulę jednorazowego użytku dla pacjenta na krótki rękaw, wyposażoną w troki oraz rzep na szyi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koszuli jednorazowego użytku dla pacjenta wyposażonej w troki oraz rzep na szyi.
24. **Pytanie** - dotyczy Części 10 - Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano ochraniacze na buty, na gumkę, wykonane z włókniny o gramaturze 30 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ochraniaczy na buty - na gumkę.
25. **Pytanie** - dotyczy Części 12- Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano fartuch jednorazowy, wzmocniony włókniną foliowaną od zewnątrz na przodzie oraz w części rękawów od mankieta do wysokości łokcia, o gramaturze 68g/m² w strefie wzmocnionej wraz z ręcznikami o wymiarach 30x40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha jednorazowego o parametrach zgodnych z opisem w SIWZ.
26. **Pytanie** - Załącznik nr 4.3 poz. 1- Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpydrowych, teksturowanych na palcach, mankieta rolowany, długość min 240 mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony kat III, spełniające normę EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2)-2, -3, rękawice przebadane na: Formaldehyd 15%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony, Sodium Hydroxide 40%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony, Sulphuric Acid 47%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony, przebadane na n-heptane, spełniające wymogi zgodnie z normą ASTM F 1671 Rozmiary S, M, L, XL.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z normami opisanymi w SIWZ.
27. **Pytanie** - Załącznik nr 4.3 poz. 2- Prosimy o dopuszczenie rękawic do procedur o podwyższonym ryzyku: nitrylowe , bezpydrowe, chlorowane, grubość na palcu 0,19mm, grubość na dłoni 0,13mm, długość min 270mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony kat III, przebadane zgodnie z normą EN374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), 2,3, rękawice odporne na działanie 8 związków chemicznych (bez cytostatyków), gdzie 7 z nich uzyskuje wskaźnik 2 lub większy, rękawice również przebadane na 15 cytostatyków, na opakowaniu znajduje się oryginalny nadruk (zawierający nazwę wszystkich substancji na które zostały przebadane rękawice) rozmiary S, M, L, XL.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaopierzania rękawic zgodnych z normami opisanymi w SIWZ.

28. **Pytanie** - Załącznik nr 4.3 poz. 3- Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic wyjmowanych od dołu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji 3 do oddzielnej części.

29. **Pytanie** - Część 2, pozycja 5,6,7 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 5,6,7 z części nr 2 i utworzenie osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje podziału części numer 2 na kolejne części.

30. **Pytanie** - Część 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne z wymiennymi szybami, posiadające wymienną przejrzystą szybę, pokrytą warstwą przeciw parowaniu, bardzo lekkie oprawki dopasowane do czoła, szybka przylegająca do oprawek, zakładana przy pomocy specjalnych otworów, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I, zestaw 50 oprawek i 200 sztuk wymiennych szyb z przeliczeniem ilości do 5 zestawów?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaopierzanie okularów opisanych w pytaniu, oraz zmianę ilości oprawek i soczewek w jednym zestawie z odpowiednim przeliczeniem.

31. **Pytanie** - Część 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne w postaci wymiennych szyb, pokryte warstwą przeciw parowaniu, bardzo lekkie dopasowane do oprawek, zakładane przy pomocy specjalnych otworów, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I, opakowanie 200 sztuk, z przeliczeniem ilości do 25 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający w części nr 2 pozycji 6 wymaga zaopierzania 50 opakowań po 100sztuk soczewek pasujących do oprawek z pozycji 7. Dopuszcza zaopierzanie soczewek pakowanych w sposób określony w pytaniu.

32. **Pytanie** - Część 2, pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści oprawki pasujące do soczewek z pozycji 6 pakowane po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 10 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaopierzanie oprawek w opakowaniu po 50 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości 10 opakowań.

33. **Pytanie** - Część 6, pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną dla osób noszących okulary, czterowarstwową, o standardowym kształcie maski chirurgicznej, z wkładką modelującą, zielono białą, chroniącą przed zapałowaniem okularów, nie zawierającą lateksu, hypoalergiczną, o wymiarach 18 x 9,5 cm, długość troków: górnych 43 cm, dolnych: 37 cm, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem, wykonana z całości z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i szklanych, skuteczność filtracji 99,99%, odporność na przesiąkanie płynów > 120 mm Hg, nie powodująca uczuleń, spełniająca wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14638 dla typu IIR.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaopierzanie maski opisanej w pytaniu.



34. **Pytanie** - Część 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z osłoną na oczy czterowarstwową o skuteczności filtracji 99,99%, typu IIR, spełniającą pozostałe parametry?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie maski opisanej w pytaniu.
35. **Pytanie** - Część 7, pozycja 1– Czy Zamawiający oczekuje maski klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje pełną ochronę dla personelu, o wysokiej skuteczności filtracji 99,99%?
Odpowiedź: W części 7 poz.1 Zamawiający wymaga zaoferowania maski zgodnej z opisem w SIWZ. (środek ochrony osobistej kategorii III , testowane zgodnie z normą EN 149)
36. **Pytanie** - Część 8, pozycja 2-3– Czy Zamawiający, poprzez określenie maska pełnobarierowa, miał na myśli maski klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?
Odpowiedź: Zamawiający opisał maski jako trójwarstwowe, pełnobarierowe, nie postępuje się klasą IIR , ale dopuszcza również zaoferowanie masek o parametrach opisanych w pytaniu.
37. **Pytanie** - Część 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną czterowarstwową o skuteczności filtracji 99,99%, typu IIR, spełniającą pozostałe parametry?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Części 11 pozycji 1 również masek chirurgicznych czterowarstwowych o skuteczności filtracji 99,99%, typu IIR, spełniających pozostałe parametry.
38. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 2 - Poz. nr 2-3- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Części 2 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw fartuchów chirurgicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje podziału części numer 2 na kolejne części.
39. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 2 - Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniyny SMMMS, zapinanych z tyłu na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą fartuch do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu w okolicach barków, owiniętych w serwetę włókninową wraz z dwoma celulozowymi ręcznikami, pakowanych w opakowanie papier- folia posiadające dwie naklejki samoprzylepne służące do wklejenia do dokumentacji? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o parametrach opisanych w pytaniu.
40. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 2 - Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniyny SMMMS, zapinanych z tyłu na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą fartuch do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu w okolicach barków, pakowanych z dwoma celulozowymi ręcznikami w opakowanie papier- folia posiadające dwie naklejki samoprzylepne służące do wklejenia do dokumentacji? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o parametrach opisanych w pytaniu.
41. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli wykonanej z włókniyny polipropylenowej? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniyny polipropylenowej.
42. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 8- Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgicznego z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem (brak ściągacza na czole)Lub Czepka w kształcie furażerki wiązanego z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Czepka w kształcie furażerki wiązanego z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Nie wyraża zgody na zaoferowanie czepek chirurgicznego z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem (brak ściągacza na czole)



43. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 8- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej wiązanej na troki o długości min. 35 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie maski chirurgicznej wiązanej na troki o długości min. 35 cm
44. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 11Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty kart danych technicznych (zamiast certyfikatów) potwierdzających efektywność filtracji bakteryjnej oraz normę EN 14683?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie efektywności filtracji bakteryjnej oraz normę EN 14683 w postaci kart danych technicznych
45. **Pytanie** - CZĘŚĆ NR 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego posiadającego taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą fartuch do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu w okolicach barków, pakowanego z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 30 x 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha opisanego w pytaniu.
46. **Pytanie** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 w pozycji nr 1 rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych sterylnych używanych w systemie podwójnego zakładania przeznaczone do zabiegów wysokiego ryzyka: 2 pary rękawic pakowane razem =j.m komplet: rękawica spodnia w kolorze kontrastującym (np. zielonym), rękawica wierzchnia w kolorze lateksu naturalnego; AQL 1,0, mankiet rolowany: grubość rękawicy spodniej: palec 0,18mm (+/- 0,03mm); siła zrywająca min. 9 N; wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem min. 24 Mpa; poziom białek lateksowych poniżej 23 µg/g (oznaczone metodą Lowryego zgodnie z wymogami normy obowiązującej w Polsce EN 455) rękawica wewnętrzna gładka, rękawica zewnętrzna polimeryzowana od strony wewnętrznej w celu łatwiejszego zakładania oraz lepszego chwytu. Rozmiary od 6,5 do 8,5 (co pół rozmiaru)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.
47. **Pytanie** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 w pozycji nr 2 rękawic sterylnych, lekko pudrowanych, AQL 1,0, mankiet rolowany: zawartość pozostałości pudru poniżej 112 mg/rękawice; poziom białek lateksowych poniżej 50 µg/g (oznaczone metodą Lowryego zgodnie z wymogami normy obowiązującej w Polsce EN 455); wytrzymałość na rozciąganie min 27 Mpa; wydłużenie min. 860% siła zrywająca min. 15N, grubość na palcu 0,22-0,23mm, dłoni 0,20mm. Rozmiary od 6,0 do 9,0 (co pół rozmiaru)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.
48. **Pytanie** -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 w pozycji nr 4 rękawic chirurgicznych, sterylnych, lateksowych, bezpudrowych do długotrwałych zabiegów operacyjnych. Wewnętrzna warstwa polimerowa; AQL max 1,0; kształt anatomiczny, dł. rękawic od 270-290mm, poziom protein< 10ug/g w badaniach niezależnych. Rozmiary od 6,0 do 9,0 (co pół rozmiaru). Opakowanie papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane - nie hermetyczne - odporne na wilgoć, gwarantujące zachowanie jałowości rękawic do momentu jego otwarcia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu
49. **Pytanie**- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 w pozycji nr 5 rękawic chirurgicznych wykonanych z poliizoprenu oraz neoprenu, sterylnych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą pokrytą poliuretanem oraz silikonem, a zewnętrzną warstwą chlorowaną i silikonowaną z warstwą antypoślizgową, mankiet rolowany długość min 280mm w zależności od rozmiaru, grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min 0,20 mm, mankiecie min 0,15mm. Zgodne z norma EN455. Rozmiary od 5,5 do 9,0(co pół rozmiaru)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.
50. **Pytanie** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 w pozycji nr 1 rękawic nitrylowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (ochrona przed najwyższym poziomem ryzyka - przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia), zgodnych z EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3, tj. o ograniczonej ochronie przed substancjami wymienionymi w EN 374-1 w załączniku A, który to określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników



stosowanych w przemyśle, a nie w placówkach służby zdrowia. Proponujemy produkt przebadany na substancje chemiczne zgodnie z EN 374, tj. na min. 10 substancji chemicznych stosowanych w palcówkach służby zdrowia osiągających min. 3 poziom odporności na przenikanie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.

51. **Pytanie** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 w pozycji nr 2 rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku posiadające rozciągliwość przed starzeniem min. 650% oraz siłę zrywu przed starzeniem min. 28N, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.

52. **Pytanie** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 w pozycji nr 3 rękawic nitylowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (ochrona przed najwyższym poziomem ryzyka - przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia), zgodnych z EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3, tj. o ograniczonej ochronie przed substancjami wymienionymi w EN 374-1 w załączniku A, który to określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle, a nie w placówkach służby zdrowia. Proponujemy produkt przebadany na substancje chemiczne zgodnie z EN 374, tj. na min. 10 substancji chemicznych stosowanych w palcówkach służby zdrowia osiągających min. 3 poziom odporności na przenikanie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.

53. **Pytanie** - Część 2, poz. 2 i 3- Prosimy o wydzielenie z części 2 poz. 2 i 3 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie fartuchów z trzema naklejkami typu TAG, wklejanymi do dokumentacji medycznej, spełniających pozostałe parametry SIWZ. Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania pozwolą na przystąpienie naszej firmie – importerowi w/w fartuchów do przetargu z konkurencyjną cenowo ofertą. Oferowane przez nas fartuchy i spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 i stosowane są w wielu Ośrodkach w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje podziału części numer 2 na kolejne części. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów z trzema naklejkami typu TAG.

54. **Pytanie** - Część 1, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno.

55. **Pytanie** - Część 1, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchnia zewnętrznej mikroteksturowanej, zapewniającej dobrą chwytność, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie, wytrzymałość na rozciąganie min. 800%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.

56. **Pytanie** - Część 1, Poz. 2 -1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu $0,21 \pm 0,1$ mm, na dłoni 0,17 mm, siła zrywania > 12 N, rozciągliwość min. 750%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.

57. **Pytanie** - Część 1, Poz. 2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości pozostałości pudru poniżej 15 mg/dm², grubość na palcu 0,22 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.

58. **Pytanie** - Część 1, Poz. 2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu $0,21 \pm 0,1$ mm, na dłoni $0,19 \pm 0,1$ mm, siła zrywania przed starzeniem- 16,4 N, po starzeniu – 14,9 N, o rozciągliwości min. 800 %.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.

59. **Pytanie** - Część 1, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 279 -290 mm.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ.

60. **Pytanie** - Część 1, Poz. 3- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ.

61. **Pytanie** - Część 1, Poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 270 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 280 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Grubość na palcu 0,27 mm, dłoni 0,215, mankiet 0,17 mm, o powierzchnia zewnętrznej mikroteksturowanej, zapewniającej dobrą chwytność, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu

62. **Pytanie** - Część 1, Poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wewnętrznie silikonowanych z zewnętrzną warstwą antypoślizgową, o grubości na dłoni i mankiecie $\geq 0,17$ mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach opisanych w pytaniu.

63. **Pytanie** - Część 3, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1,2,3 w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III i odpornych przez co najmniej 60 min. dla minimum 3 substancji chemicznych i cytostatycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ. Dodatkowych parametrów sugerowanych w pytaniu nie określa.

64. **Pytanie** - Część 3, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1,2,3 w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III i odpornych przez co najmniej 60 min. dla minimum 3 substancji chemicznych i cytostatycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ. Dodatkowych parametrów sugerowanych w pytaniu nie określa.

65. **Pytanie** - Część 3, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,27 mm i długości 279 -290 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ.

66. **Pytanie** - Część 3, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1,2,3 w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III i odpornych przez co najmniej 60 min. dla minimum 3 substancji chemicznych i cytostatycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ. Dodatkowych parametrów sugerowanych w pytaniu nie określa.



67. **Pytanie** - Część 3, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnątrz, z folią ograniczającą otwór dozujący, zgodnych z wymienionymi normami w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III, pozbawione tiuramów (poniżej poziomu wykrywalności), o średniej grubości na palcu $0,1 \pm 0,02\text{mm}$, o średniej grubości na dłoni $0,07 \pm 0,01\text{mm}$, pakowane po max. 150 sztuk. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ.
68. **Pytanie** - Część 9, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 270 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o długości wskazanej w pytaniu.
69. **Pytanie** - Część 9, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych, bezpudrowych przebadanych zgodnie z normą EN 374-3, ASTM D 6978, ASTM F 739 dla min. 7 substancji cytostatycznych, w tym Cyklofosfamid (>240 min.), Chlorowodorek Doksorubicyny (>240 min.), Cisplatyna (>240 min.), Carmustine (15 min.), Mitomycyna C (>480 min.), Mitoxantron (>240 min.), Winkrystyna (>240 min.), Paklitaksel (>240 min.).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnych z opisem w SIWZ.
70. **Pytanie** - Część 9, Poz. 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z normą EN 374-3, ASTM D 6978, ASTM F 739 dla min. 10 cytostatyków (z czasem przebicia większym niż 30 min.) w tym Karmustyny z czasem przebicia 19 min.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic opisanych w pytaniu.
71. **Pytanie** - Część 9, Poz. 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,19 mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19 mm.
72. **Pytanie** - Część 2 poz.1- Prosimy o dopuszczenie jednorazowy sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m^2 . Odporność na przeziąkanie płynów >22 cm H₂O. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Rozmiary: S/M, L, XL, XLL.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów opisanych w pytaniu przy zachowaniu rozmiarów oraz pozostałych parametrów z SIWZ.
73. **Pytanie** - Część 2 poz.2- Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych jałowych z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m^2 z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym poliestrowym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XLL.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów opisanych w pytaniu przy zachowaniu rozmiarów oraz pozostałych parametrów z SIWZ.
74. **Pytanie** - Część 2 poz.3 - Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych jałowych z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m^2 , z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m^2 . Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym,



zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XLL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów opisanych w pytaniu przy zachowaniu rozmiarów oraz pozostałych parametrów z SIWZ.

75. **Pytanie** - Część 2 poz.4- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żółtych fartuchów ochronnych z o gramaturze 25 g/m², rękawy fartuchów zakończone gumkami, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu.

76. **Pytanie** - Część 2 poz.4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów ochronnych z o gramaturze 25 g/m², rękawy fartuchów zakończone gumkami, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha o parametrach wskazanych w pytaniu.

77. **Pytanie** - Część 2 poz.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprawek do soczewek konfekcjonowanych a 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oprawek w opakowaniu po 10 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości 50 opakowań .

78. **Pytanie** - Część 2 poz.8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 12 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie czepka o parametrach opisanych w pytaniu

79. **Pytanie** - Część 2 poz.8 - Prosimy o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskożę o gramaturze 26 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czepka o parametrach opisanych w pytaniu .

80. **Pytanie** - Część 2 poz.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie czepka o parametrach wskazanych w pytaniu.

81. **Pytanie** - Część 6 poz.1- Proszę o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązanej na troki o skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maską typu II zgodnie z EN 14683 wiązana na troki o długości min. 40 cm <46cm. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy, opakowanie 50m sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maski opisanej w pytaniu.

82. **Pytanie** - Część 6 poz.2-Proszę o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązanej na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maską typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maski z parametrami opisanymi w pytaniu przy zachowaniu pozostałych parametrów.

83. **Pytanie** - Część 6 poz.3 - Proszę o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maską typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony



maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania maski zgodnej z opisem w SIWZ.

84. **Pytanie** - Pakiet 8 poz.1 - Proszę o dopuszczenie czepku o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiążanego na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czepka o parametrach opisanych w pytaniu.

85. **Pytanie** - Pakiet 8 poz.2 - Proszę o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z min. trzech warstw włókien polipropylenowych, wyposażonej w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązanej na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej opisanej w pytaniu.

86. **Pytanie** - Część 10 poz.1 - Prosimy o dopuszczenie ubrań wykonanych z komfortowej miękkiej włókniny typu SMS, nie przezroczystej, oddychającej o gramaturze 35 g/m², pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych kompletów chirurgicznych zgodnych z opisem w SIWZ.

87. **Pytanie** - Część 10 poz.2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokich ochraniaczy na buty z rzepem zamiast troków, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ochraniaczy na buty wiązanych na troki.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych