



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

PYTANIE 1 : pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści również soczewkę o długości całkowitej 11 (+0,50mm) przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Uzasadnienie: Większy zakres długości całkowitej oznacza lepsze dopasowanie soczewki w przypadku małej gałki ocznej (mniejsza torebka soczewki – potrzebna mniejsza długość całkowita), jak i większej (krótkowzrocznej) gałki ocznej, gdzie potrzebna jest soczewka o większej długości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 soczewek o długości całkowitej 11 (+0,50mm) przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

PYTANIE 2 : pakiet 2. Czy zamawiający dopuści soczewkę w zakresie dioptrii -10,0 do +35,0D (co 1D) od +15,5D do +26,5D (co 0,5D)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : pakiet 2. Czy zamawiający dopuści soczewkę o stopniu uwodnienia 25% i z powierzchnią o właściwościach hydrofobowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : pakiet 3. Czy zamawiający dopuści soczewkę dwóch częściach haptycznych z otworem wzdłuż całego haptyka i znacznikiem poprawności położenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5 : pakiet 3. Czy zamawiający dopuści soczewki w zakresie dioptrii -10,0D do +35,0D (co 1D), a w zakresie od +10,5 do +29,5D (co 0,5D)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 6 : pakiet 3. Czy zamawiający dopuści soczewkę o uwodnieniu 25% i powierzchni hydrofobowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Dariusz Jorg