

UNIwersytecki CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/40A/2016

Katowice, dn. 24.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów

PYTANIE 1 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym kuwety reakcyjne w toku wykonywania badań poruszane są w pierścieniu inkubacyjnym w obie strony wraz z obrotem pierścienia, co wywołuje stały ruch mieszaniny reakcyjnej, na poziomie zapewniającym prawidłowy przebieg reakcji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 wyżej opisanego analizatora.

PYTANIE 2 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane materiały kontrolne i rozcieńczalniki konfekcjonowane były zgodnie z rekomendacjami producenta (przy czym zaoferowane w ilości pozwalającej dysponować materiałem stale w całym okresie obowiązywania kontraktu)? Konkretna objętość buteleczek nie przynosi dodatkowego pożytku, a jej wskazanie niepotrzebnie ogranicza konkurencję.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 materiałów kontrolnych i rozcieńczalników konfekcjonowanych zgodnie z rekomendacjami producenta.

PYTANIE 3 : Dotyczy Części nr 1 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 118 prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynnika wykrywającego podjednostkę beta cząsteczki HCG o wskazaniach do monitorowania ciąży, bez wskazań producenta do monitorowania nowotworów i chorób trofoblastu? Takie wskazania producenta posiada tylko jeden z dostępnych na rynku zautomatyzowanych testów immunochemicznych, stawianie takiego wymagania jest zatem ograniczaniem konkurencji. Alternatywnie prosimy o określenie odsetka badań przeznaczonych do monitorowania nowotworów i chorób trofoblastu i zgodę na wysyłanie tych badań do laboratorium zewnętrznego (przy czym badania te zostaną wycenione w formularzu ofertowym).

ODPOWIEDŹ: Wyjaśniając odpowiedź na pytanie 118 z dnia 21.06.2016 r. Zamawiający informuje, że w części nr 1 wymaga zaoferowania odczynnika β HCG do badania jako test ciążowy oraz dopuszcza jako marker nowotworowy.

PYTANIE 4 : Dotyczy Części nr 1 W nawiązaniu do wymogu postawionego w odpowiedzi na pytanie nr 120 prosimy o zgodę na zaoferowanie testów TSH, FT3, FT4 posiadających opracowane przez producenta wartości referencyjne dla osób dorosłych i dzieci, opracowane przez producenta i podane w ulotkach odczynnikowych.

ODPOWIEDŹ: Wyjaśniając odpowiedź na pytanie nr 120 z dnia 21.06.2016 r. Zamawiający informuje, że w części nr 1 wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, FT3, FT4 i Anty TPO posiadały opracowane przez producenta wartości referencyjne dla dorosłych (w tym osób starszych) i dzieci, a dopuszcza dla kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597