

UNIwersytecki CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/40A/2016

Katowice, dn. 28.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów


PYTANIE 1 : Część 2 – odczynniki do oznaczeń parametrów biochemicznych wraz z najmem analizatora. Czy Zamawiający dopuści analizator używany – rok produkcji 2014?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora używanego, wyprodukowanego w 2014 roku (po autoryzowanym przeglądzie serwisowym).

PYTANIE 2 : Część 2 – odczynniki do oznaczeń parametrów biochemicznych wraz z najmem analizatora. Czy w poz.19 Zamawiający dopuści analizator o programowalnej objętości próbki 3-60µl.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora o programowalnej objętości próbki 3-60µl.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597