

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do wkluć

1. **Pytanie** - Pakiet 3 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek 2 ml zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. **Pytanie** - Część 3, poz. 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej z końcówką Luer-Lock o pojemności 3ml z podziałką co 0,1 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek 2 ml zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. **Pytanie** - Część 3, poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej z końcówką Luer-Lock o pojemności 5ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml z podziałką co 0,2 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie również strzykawek trzyczęściowych z końcówką Luer-Lock o pojemności 5ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml z podziałką co 0,2 ml.
4. **Pytanie** - Część 4, poz. 3-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,3-0,45mm x12-16mm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania igieł zgodnych z opisem w zał. 4.4 poz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. **Pytanie** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
6. **Pytanie** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.5 ust. 1
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego .
 - b) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia częściowego
 - c) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
7. **Pytanie** - Czy w § 3 ust 5 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
8. **Pytanie** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 6 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
9. **Pytanie** - Dotyczy: Części 6: Systemy wężyków do strzykawki automatycznej -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wężyka do pacjenta o długości 180cm, spełniającego poniższe kryteria: „Wążek pacjenta do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej firmy Ulrich – łączy wążek pompy z pacjentem; zawiera dwa wbudowane zawory zwrotne;” Długość proponowanego wężyka nie zmienia ustawie o pompy, która zostaje nadal jak na 150cm (wążek o długości 180cm, posiada mniejszą średnicę wewnętrzną). Zgoda umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej niż w przypadku ograniczenia do 150cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w pytaniu.

D Y R E K T O R**Dariusz Jorg**