



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na dostawę mebli medycznych

Pytanie 1: Dotyczy pakietu 12. Wózek medyczny z szufladami (1szt). Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózek medyczny z 4 szufladami zamykanymi na centralny zamek, wysokość szuflad: 3 szt. x 13 cm, dolna 1 szt. 21cm. Cztery koła niebrudzące wykładziny w tym 2 z blokadą. Konstrukcja oparta na czterech aluminiowych kolumnach. Uchwyty szuflad wykonane z plastiku. Błat górny wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast dodatkowy wysuwany błat boczny wykonany w plastiku. 3 uchwyt do przetaczania wykonany ze stali nierdzewnej. Powierzchnie zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne. Masa własna do 45 kg. Kolor jasny popiel lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary wózka: Szerokość: 650 mm, - Głębokość 475 mm, - Wysokość: 900 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek zgodny z powyższym opisem.

Pytanie 2: Część 13 – Łóżko (wózek) z materacem – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie od 58 do 85 cm? Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wypełnionym płytą z tworzywa HPL? Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej? Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 200 mm? Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 210 x 75 cm? Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o takich parametrach.

Pytanie 3: Część 8. Czy Zamawiający dopuści ofertę na statywy na kroplówki ze statywem wykonanym z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a nawet lepsze od lakieru proszkowego) z podstawą pięcioramienną lakierowaną proszkowo na uniwersalny kolor biały. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie statywy.

Pytanie 4: Część 7. Czy Zamawiający dopuści ofertę na parawany mobilne o konstrukcji z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a nawet lepsze od lakieru proszkowego), z zasłoną z tkaniny zmywalnej (pranie w temperaturze do 300 C) w 3 kolorach do wyboru zgodnie ze wzornikiem. System mocowania jak w karcie katalogowej. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie parawany.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr J. Rachowicz
Kierownik Biura Zamówień Publicznych