

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie do 30 000 euro na dostawę odzieży i obuwia

Pytanie 1: Zamawiający w Części 4 – Odzież ochrony indywidualnej złożył zapotrzebowanie na asortyment różnego typu, w tym jednorazowego i wielorazowego użycia. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Części 4 pozycji 21, tj. fartuchy barierowe chirurgiczne wielokrotnego użytku. Utworzenie osobnej części dla fartuchów pozwoli Zamawiającemu otrzymać ważne i konkurencyjne oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do propozycji Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadził odpowiednie zmiany w załącznikach 1 i 2

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne najwyższej jakości z certyfikatem jednostki notyfikowanej bez wymiennej wkładki. Obuwie operacyjne z wyjmowaną wkładką charakteryzuje się dużą trudnością w utrzymaniu czystości oraz montażu wkładki przez użytkownika. Ponad to okres użytkowania wkładki jest znacznie krótszy niż obuwia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający, kierując się doświadczeniem użytkowników, wymaga obuwia z wkładką wymienną.

Pytanie 3: Część 4 pkt 19. Czy dopuszczają Państwo osłonę tarczycy o równoważniku ołowiu 0,50 mmPb

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza osłonę tarczycy o równoważniku 0.50 mmPb.

Pytanie 4: Prosimy o wydzielenie z części 4 punktu 16 (fartuch gumowy) oraz punktu 21 (fartuch barierowy) jako osobny pakiet. Uzasadnienie: Wydzielenie takie zwiększy konkurencyjność ofert ponieważ pakiet 4 jest tzw. zbieraniną asortymentu różnego przeznaczenia i aby złożyć ofertę trzeba się liczyć z asortymentem brany od pośredników a nie od bezpośrednich dostawców (wiąże się to z dodatkowymi narzutami cenowymi).

Odpowiedź: Zamawiający wydzielił fartuch barierowy do osobnej części. Fartuch gumowy pozostaje w części 4.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego i Diagnostyki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Ręć
Kierownik Działu Zamówień Publicznych