



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę diatermii elektrochirurgicznej

PYTANIE 1 : parametr nr 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu kontroli poprawnego przylegania elektrody biernej w zamian z systemem kontroli poprawności działania i podłączenia elektrody?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : parametr nr 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji wyświetlania kodu błędu i jego zapamiętania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : parametr nr 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji autostartu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : parametr nr 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji pamięci ustawień programów pracy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii bez funkcji pamięci ustawień programów pracy.

PYTANIE 5 : parametr nr 14: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opcji regulacji jasności wyświetlacza?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii bez opcji regulacji jasności wyświetlacza.

PYTANIE 6 : parametr nr 16: Czy Zamawiający dopuści wielorazowy przewód elektrod jednorazowych neutralnych o długości 3 m lub 5 m?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii z wielorazowym przewodem elektrod jednorazowych neutralnych o długości 3m lub 5 m.

PYTANIE 7 : parametr nr 18: Czy Zamawiający w zamian dopuści zestaw elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 2,4mm: 1. Elektroda nożowa prosta, długość końcówki tnącej 22m – 3 szt.; 2. Elektroda kulkowa prosta ø4mm, dł. 40-60mm – 1 szt.; 3. Elektroda kulkowa prosta ø2mm, dł. 40-60mm – 2 szt.; 4. Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, ø6mm, dł. 40-60mm – 2 szt.; 5. Elektroda monopolarna Wolframowa, 0,5x5mm, zagięta, dł. 35mm- 3 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 8 : parametr nr 19: Czy Zamawiający zrezygnuje z wyposażenia w pincety McPherson?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 9 : parametr nr 21: Czy Zamawiający dopuści pincetę z końcówką 0,6mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pincety z końcówką 0,6mm.

PYTANIE 10 : parametr nr 24: Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową mikrochirurgiczną, prostą, ø0,1mm, długość 38-60mm, obsadka śr. 1,6mm – 1 szt?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 11 : Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z sygnalizacją dźwiękową i wizualną awarii z wyświetlaniem kodu błędu bez możliwości zapamiętania błędu w aparacie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 12 : Punkt 4, 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bez funkcji autostart dla instrumentów bipolarnych i możliwością uruchomienia funkcji aparatu przy pomocy włącznika nożnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 13 : Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z możliwością zapamiętania ostatniej nastawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii z możliwością zapamiętania ostatniej nastawy.

PYTANIE 14 : Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z maksymalną mocą cięcia monopolarnego 120W w trybie cięcia czystego i maksymalną mocą cięcia monopolarnego mieszanego 80W?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii z maksymalną mocą cięcia monopolarnego 120W w trybie cięcia czystego i maksymalną mocą cięcia monopolarnego mieszanego 80W.

PYTANIE 15 : Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z maksymalną mocą koagulacji monopolarnej 80W dla obydwu trybów koagulacji monopolarnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii z maksymalną mocą koagulacji monopolarnej 80W dla obydwu trybów koagulacji monopolarnej.

PYTANIE 16 : Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego regulację mocy z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 17 : Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z możliwością zmiany ustawień głośności bez możliwości zmiany jasności wyświetlacza?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania diatermii z możliwością zmiany ustawień głośności bez możliwości zmiany jasności wyświetlacza.

PYTANIE 18 : Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową dzieloną, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprówdzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, powierzchnie kontaktowe pokryte hydrożelem przewodzącym zapewniającym maksymalną przyczepność do skóry pełną powierzchnią elektrody, na podkładzie z pianki polietylenowej, z wklejanymi etykietami do protokołu pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 19 : Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy przewód elektrod jednorazowych neutralnych dł. 3 lub 5m?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wielorazowego przewodu elektrod jednorazowych neutralnych dł. 3 lub 5m.

PYTANIE 20 : Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod monopolarnych o średnicy 4mm z kablem o dł. 3 lub 5 m i przyciskami wyzwalać cięcia i koagulacji przeznaczony do elektrod wyszczególnionych w pytaniu dotyczącym punktu 18?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania uchwytu do elektrod monopolarnych o średnicy 4mm z kablem o dł. 3 lub 5 m i przyciskami wyzwalać cięcia i koagulacji przeznaczonego do elektrod wyszczególnionych w poz. 18 Załącznika nr 4.

PYTANIE 21 : Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody o średnicy trzpienia 4mm: 1. Lancet prosty wąski, 25 x 1,8mm, dł. 50mm, 2. Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 4 mm, dł. 52 mm, 3. Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 2 mm, dł. 50 mm, 4. Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 6 mm, dł. 54 mm, 5. Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, \varnothing 5 mm, dł. 47 mm, 6. Elektroda monopolarna Wolframowa, 0,5x5mm, prosta dł. 55mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 22 : Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szczypce bipolarne, kątowe, 1mm, dł. 160 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 23 : Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel przyłączeniowy do pincety bipolarnej dł. 3m lub 5m?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 20 kabla przyłączeniowego do pincety bipolarnej dł. 3m lub 5m.

PYTANIE 24 : Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szczypce bipolarne, kątowe, 0,5mm, dł. 110mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 21 szczypcy bipolarnych, kątowych, 0,5mm, dł. 110mm.

PYTANIE 25 : Punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel przyłączeniowy do pincety bipolarnej dł. 3m lub 5m?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 22 kabla przyłączeniowego do pincety bipolarnej dł. 3m lub 5m.

PYTANIE 26 : Punkt 23. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, obsadka śr.4mm do elektrod mikrochirurgicznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania uchwytu monopolarnego z 2 przyciskami, obsadka śr.4mm do elektrod mikrochirurgicznych.

PYTANIE 27 : Punkt 23. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektroda igłowa mikrochirurgiczna, prosta, \varnothing 0,25 mm, długość 50 mm; obsadka śr. 4mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych