

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katowice, dn. 25.07.2016 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do aktywnej regulacji temperatury ciała – 10 szt. - DZP/381/66B/2016

PYTANIE nr 1 :

Lp. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o mocy max. 950 W?

ODPOWIEDŹ:


Tak, Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o mocy max. 950 W

PYTANIE nr 2 :

Lp. 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z kołderkami grzewczymi na całe ciało pacjenta o długości 218 cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z kołderkami grzewczymi na całe ciało pacjenta o długości 218 cm

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych