

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)*

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 zaprasza do składania ofert na dostawę **mebli medycznych**

Szczegóły zamówienia:

1. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1 Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt.
Część 2 Pozostałe meble medyczne
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub na wybraną część zamówienia.
2. Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo, w terminie 14 dni (dla części 1) lub 42 dni (dla części 2) od daty podpisania umowy.
3. Opis wymaganych warunków i parametrów technicznych zawarto w załącznikach do Zaproszenia.

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy „Formularz ofertowy” według druku stanowiącego załącznik nr 1 oraz „Specyfikację asortymentowo-cenową” według druku stanowiącego załącznik nr 3 (dla części nr 2).
2. Foldery lub dokładne opisy wraz z wyraźnymi zdjęciami oferowanych mebli medycznych.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, Sekretariat – pokój D 022 – w terminie do dnia 18.11.2016 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

„ Nazwa , adres Wykonawcy

.....
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
„Oferta – meble medyczne część”
– Nie otwierać przed 18.11.2016 r. godz.12:00”

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

– Andrzej Rehowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. E057, tel. 32 3581-332 e-mail: zp@uck.katowice.pl
w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Zestawienie parametrów technicznych i warunków wymaganych (dla części 1)
4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa (dla części 2)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rehowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA dla
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice**

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Osoba do kontaktów

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **mebli medycznych** oferuję realizację części 1 zamówienia (4 łóżka sterowane elektrycznie) za następującą cenę:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **mebli medycznych** oferuję realizację części 2 zamówienia (pozostałe meble medyczne) za następującą cenę:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia 42 dni od daty podpisania umowy.

Oferowane meble medyczne spełniają wszystkie wymagane warunki i posiadają wymagane parametry techniczne określone w Zaproszeniu do składania ofert.

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

UMOWA – wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Dariusza Jorg

Wykonawca –

KRS, NIP, REGON

reprezentowany przez:

.....
.....

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć, zmontować i ustawić, a Zamawiający zobowiązuje się nabyć meble medyczne o parametrach opisanych w załączniku 3 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Zamawiający zobowiązuje się odebrać meble medyczne i zapłacić cenę.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że meble medyczne są:
 - a) fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r, kompletne, niepowystawowe, zdadne i dopuszczone do umówionego użytku,
 - b) wolne od wad fizycznych i prawnych;
 - c) zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Meble medyczne będą przez Wykonawcę dostarczone, zmontowane i ustawione we wskazanych miejscach w siedzibie Zamawiającego, w terminie dni od dnia podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że datą zrealizowania umowy jest data odbioru mebli medycznych. Odbiór mebli medycznych zostanie dokonany przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.
3. O przewidywanym terminie odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia i transportu mebli medycznych do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości rozpoczynającej swój bieg od daty zrealizowania umowy, przez którą rozumie się podpisanie bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy wynosi netto złotych plus należny podatek VAT % tj. złotych. Razem brutto : złotych (słownie:)
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie.
3. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na

celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 4 **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu umowy;
 - b) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 **ROZWIĄZANIE I ODSZTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 20 dni.
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy.
5. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 6 **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny w Katowicach.
3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:, a Zamawiający koordynatora w osobie: Irena Szymura.
4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Zestawienie parametrów technicznych i warunków wymaganych

Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie
Łóżko spełniające normę IEC60601-2-52 lub równoważne
Zasilanie 230[V], 50 [Hz]
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu.
Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji.
Łóżko wyposażone w stolik dla pacjenta
Wbudowany akumulator (min. 2 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu osobny do funkcji szokowych
Długość zewnętrzna w pozycji skróconej max 224 [cm]
Długość zewnętrzna w pozycji wydłużonej min 247 [cm]
Szerokość zewnętrzna min 102 [cm]
Cztery bariery boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważne), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem
Barierki lub rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka
Konstrukcja barierki bocznej umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki
Możliwość przedłużenia leża o min 22 [cm]
Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu
Leże łóżka - min. 4-sekcyjne
Liczba ruchomych segmentów leża min. 3
Szczyty tworzywo we, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru min. 3 kolory.
Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga
Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w bariery boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka
Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezglowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie
Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia
Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne
Regulacja elektryczna wysokości leża, mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm min 34-78 [cm]
Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta równą lub poniżej 32 [cm]
Regulacja elektryczna części plecowej [°] 0-62
Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) [°] 0-36
Regulacja elektryczna segmentu uda [°] 0-20
Regulacja elektryczna funkcji autokontur
W/w pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
Funkcja autoregresji
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga [°] min. 12
Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga [°] min. 12
Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka z wyłączeniem CPR
Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego
Mechaniczna funkcja CPR
Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka
Elektryczna funkcja CPR
Zintegrowane oświetlenie pod łóżkiem montowane fabrycznie. Nie dopuszcza się oświetlenia przyklejanego, przykręcanego itp
Odłączenie funkcji sterowanych elektrycznie po max 180 [s] nieużywania regulacji po odłączeniu łóżka od zasilania sieciowego

Koła o średnicy min 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym kół co do obrotu wokół własnej osi oraz toczenia
Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie min. 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu
Cztery dwuosiowe odbojniki w narożnikach łóżka
Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg
Wypożyczenie: wieszak kroplówki z regulacją wysokości-1 [szt.],
Możliwość ustaleń kolorystycznych na etapie zamówienia
Łóżko wyposażone w materace
MATERAC piankowy
Materac piankowy, przewencyjny, przeciwoleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 lub równoważna
dopasowany do leża łóżka o grubości min 15 cm
Dostosowany dla pacjentów o wadze min. 120 [kg]
Wkład - pianka przeciwoleżynowa o gęstości co najmniej 30 [kg/m ³]
Pianka wykonana z materiałów antyalergiczych, nietoksycznych
Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca.
Materac dwukierunkowo rozciągliwy
Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze
Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca
Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych - odporny na przenikanie mikroorganizmów
Materac posiadający 3 sekcje: głowy, tułowia i nóg.
Materac posiadający nacięcia poprzeczne na całej długości, odpowiednie dla sekcji głowy, tułowia i nóg.
Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami
Możliwość prania w temperaturach do 95 [°C]

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Lp	Nazwa	Wymiary	Opis	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Asystor	Wysokość: 800-950 mm Głębokość: 500-520 mm Szerokość: 500-550 mm	Wykonany z płyty wiórowej około 12 mm, obramowanej profilem aluminiowym. Posiada 3 szuflady metalowe z uchwytyami chromowanymi oraz z zabezpieczeniem przed jej przypadkowym wypadnięciem oraz centralny zamek. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Podstawa metalowa pięcioramienna, z regulowaną wysokością, malowana farbą proszkową, kółeczka gumowe, nierysujące posadzki... Kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.	6		
2	Kozetka lekarska2-częściowa, z regulowanym zagłówkiem i z wieszakiem na prześcieradło	Długość: 1880-1890 mm Wysokość: 500-520 mm Szerokość: 600-620 mm	Wypożazona w wieszak na prześcieradła jednorazowego o użytku szerokości około 50 cm, umocowany u wezglowia. Tapicerka skóropodobna, kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z zamawiającym. Kąt nachylenia zagłówek +35°.Wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały. Nóżki zabezpieczone nasadkami plastikowymi nierysujące podłozą. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg.	1		
3	Szafa lekarska 1-drzwiowa	Wysokość: 180-189 cm Głębokość: 44 cm Szerokość 60 cm	Posiada metalowy korpus wykonany z blachy o grubości 0,8 mm, malowany farbą proszkową, drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego, przezroczystego. Wypożazona w: 4 przestawne półki szklane o maks. udźwigu 25 kg każda (możliwość przestawienia co 25 mm), uchwyt drzwiowy ryglujący drzwi co najmniej w 2 punktach, zamek patentowy, min. 4 nóżki wykonane z	4		

			profilu nierdzewnych, spód nóg z nakładkami plastikowymi lub silikonowymi, zabezpieczającymi przed porysowaniem posadzki; wysokość nóg min. 100 mm. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.			
4	Szafa lekarska 2-drzwiowa	Szerokość: 780-800 mm Głębokość: 410-440 mm Wysokość: 1800-1890mm	Posiada korpus wykonany z blachy o grubości 0,8-1 mm, malowanej farbą proszkową, dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej przezroczystej. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wyposażonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maks. udźwigu 25 kg każda, min. 4 nóżki wykonane z profili nierdzewnych, spód nóg z nakładkami plastikowymi lub silikonowymi zabezpieczającymi przed porysowaniem posadzki, wysokość nóg min. 100 mm. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.	3		
5	Taboret obrotowy podnoszony pneumatycznie	Średnica siedziska: 340-360 mm Średnica podstawy: 590-610 mm Regulacja wysokości siedziska: 630-860 mm	Taboret tapicerowany z materiału zmywalnego. Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej z obręczą pod nogi, wyposażony w koła o średnicy 60cm – ogumienie nierysujące posadzki. Podnoszony mechanizmem pneumatycznym. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. Kolor i odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.	7		
6	Stojak na kroplówki	Wysokość maks. 1900-2000 mm Wysokość min. 1490-1500	Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wieszak czteroramienny. Podstawa pięcioramienna wyposażona w kółka (fi 5 cm/ z	19		

		mm Średnica podstawy 590-610 mm	możliwością blokady) nierysujące wykładziny.			
7	Stolik zabiegowy	Długość 860-870 mm Szerokość 720-740 mm Wysokość 860-880mm	Stolik prosty wykonany ze stali nierdzewnej z trzema półkami zagłębionymi, posiada uchwyty do prowadzenia stolika na krótszym boku oraz 4 kółka (w tym 2 z blokadą) niebrudzące posadzki wraz z odbojnikami.	6		
8	Stolik pod monitor	Długość 550-570 mm Szerokość 600-620 mm Wysokość 800-820 mm Długość blatu 450-470 mm Szerokość blatu 450-470 mm	Podstawa wyposażona w 4 kółka z hamulcem, nierysujące posadzki. Z podstawy wychodzą 2 kolumny, na których w dolnej części zamontowana jest 1 szuflada, a w górnej części blat na monitor, wykonany ze stali malowanej proszkowo. Kolor i odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.	2		
9	Fotel okulistyczny	Długość 565 mm Szerokość 440 mm Wysokość siedziska 450 mm Wysokość oparcia pleców 1015 mm Regulacja wysokości podglówka 230 mm	Szkielet wykonany z profili stalowych, chromowanych, bezszwowa tapicerka. Podglówek z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia. Fotel posiada 4 proste nogi zakończone plastikowymi stopkami nierysujące posadzki.	5		
10	Wózek inwalidzki	Wysokość 920 mm Szerokość 680 mm Długość 800 mm Szerokość po złożeniu 280 mm Siedzisko: szerokość 500 mm głębokość 400 mm Waga do 19 kg	Lekka konstrukcja wykonana z tworzywa HPL oraz aluminium, rama z konstrukcją wzmocnioną, podwójny krzyżak, miękkie oparcie i siedzisko winylowe, uchylne i demontowane podnóżki z regulacją długości, uchylne i demontowane podłokietniki, koła przednie o grubości około 8" oraz pneumatyczne koła tylne pełne 24" Masa użytkownika min. 120 kg	2		
11	Wózek wielofunkcyjny medyczny z szufladami	Szerokość 640-660 mm Głębokość 465-480 mm Wysokość 980-1020 mm	Posiada: 4 szuflady zamykane centralnym zamkiem, zamontowane na prowadnicach wyposażonych w łożyska kulkowe, wysokość szuflad 1,2,3 około od 150-170 mm, wysokość	2		

			4 szuflady 200-220 mm z systemem samodomykania, , zestaw podziałek umożliwiający dostosowanie przestrzeni w każdej szufladzie wg potrzeb. 4 kółka niebrudzące wykładziny w tym 2 z blokadą, cichobieżne. Nadstawka z dziesięcioma pojemnikami z przezroczystego tworzywa pozwalająca na czytelną segregację, blat otoczony z trzech stron metalowymi relingami, ze swobodnym dostępem od frontu, 2 uchwyty, pojemnik na ostre odpady oraz kosz na odpady. Powierzchnie zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne. Masa własna około 36 kg. Kolor jasny popiel, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym			
12	Szafa endoskopowa	Szerokość 600 mm Głębokość 600 mm Wysokość 2100 mm	Posiada: jedne drzwi przeszklone zamykane na klucz, - wysuwane 2 wieszaki na endoskop, tacę ociekową, pojemnik na akcesoria do endoskopów. Szafa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo farbą o właściwościach antybakteryjnych. Fronty oraz boki szafy z podwójnej blachy, w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć. Tylne ściany oraz dno korpusu wykonane w technologii wygluszającej. Grubość ścianek bocznych 28 mm, frontów 22 mm. Szafa wyposażona w cokół oraz cokół górny „wieniec”. Cokół dolny trwale zespolony z korpusem mebla, cofnięty w stosunku do frontów nie więcej niż 50mm, cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Drzwi szafy wygluszone, przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w silikonowe uszczelki oraz	1		

			zawiasy z możliwością regulacji elementów frontowych w trzech płaszczyznach. Szafa wyposażona w 2 uchwyty do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej. Wieszaki na wysuwanych prowadnicach. Kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z Zamawiającym			
Razem						