

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/18/LC/2016

Katowice 09.05.2016 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie dla zamówień nieprzekraczających 30 000 euro na dostawę witryny chłodniczej przeznaczonej do przechowywania krwi i jej składników.

Pytanie 1: Dotyczy odpowiedzi nr 8 z dnia 06.05.2016 r. Czy Zamawiający kategorycznie wymaga by sterownik urządzenia był blokowany hasłem? Urządzenie, które chcemy zaproponować w postępowaniu, nie posiada funkcji blokowania hasłem sterownika, ale konstrukcja jego nie pozwala na przypadkową zmianę parametrów pracy urządzenia. W związku z powyższym, prosimy o odstąpienie od wymogu blokowania sterownika hasłem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza by sterownik urządzenia był blokowany hasłem, ale takiego rozwiązania nie wymaga.

Pytanie 2: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności 625 litrów (336 pojemników z KKcz) lub alternatywnie 925 litrów (360 pojemników)?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje urządzenie o pojemności 625 l, nie zaakceptuje urządzenia o pojemności 925 l.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 2 warunki realizacji umowy pkt. 7 w następujący sposób: „Jeśli w okresie gwarancji witryna ulegnie awarii, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od jej zgłoszenia wykona naprawę”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia tego zapisu umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597