



**Do wszystkich Wykonawców**

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę noży chirurgicznych

**PYTANIE 1 :** (część 1, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści noże nacinające tkankę oka w czterech punktach, które składają się z 4 części tnących tj: 2 części tnących na górnej powierzchni noża oraz 2 części tnących na dolnej powierzchni noża oraz o grubości 0,15mm, pozostałe parametry bez zmian?


**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 2 noża zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 2 :** Ad. Pakiet nr 1, poz.2 W związku z niejednoznacznym opisem przedmiotu Zamówienia uprzejmie prosimy o przekazanie fotografii i / lub rysunków (szkiców) wymaganych noży, przedstawiających w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości krawędzie (części) tnące oraz punkty (punkt) nacinające tkankę.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający w części nr 1 poz. 2 wymaga zaoferowania noża opisanego w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. noża, który nacina tkankę oka w sześciu punktach – 2 nacięcia boczne, 2 nacięcia w górnej płaszczyźnie noża, 2 nacięcia w dolnej płaszczyźnie noża.

**PYTANIE 3 :** Ad. Pakiet nr 1, poz.2 Czy zamawiający akceptuje dostawę noży o grubości 0,12 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 2 noża zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii  
w Katowicach  
  
mgr Andrzej Pechowicz  
Kierownik Działu Zarządzeń Publicznych