

Katowice dn. 22.03.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa środków dezynfekcyjnych
D/ZP/381/18B/17

Pytanie nr1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 preparatu w postaci granulatu bez aktywatora do przygotowania wodnych roztworów użytkowych , wykazujących przy stężeniu 1,75% pełne działania biobójcze na bakterie, prątki, wirusy, grzyby, spory w czasie do 15 min? Pozostałe wymagania zgodnie z siwz

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 preparatu zarejestrowanego jako preparat biobójczy?Pozostałe wymagania zgodne z siwz

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 poz. 1 preparatu na bazie alkoholu etylowego i diglukonianu chlorheksydyny ?

Odpowiedź:

Odp. Nie/ Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. 2 preparatu na bazie etanolu 60g , izopropanolu 15g, środki pielęgnujące, o właściwościach hypoalergicznym, zalecany dla osób o wrażliwej i podatnej na wysuszenie skórę ? Pozostałe wymagania zgodne z siwz

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr5

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat przebadany zgodnie z fazą 2, etap 1 na B, F, V w warunkach czystych i brudnych, gdyż zgodnie z wiedzą Oferenta nie ma zatwierdzonych badań dla powierzchni faza 2, etap 2 ?

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr6

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat wykazujący działanie na Noro w czasie do 15 minut w stężeniu 3% ?

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr7

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji preparatu przebadanego prątkobójczo wg normy EN 14348 w obszarze medycznym ?

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr8

Pakiet 15, poz. 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający z racji tego, iż wymienił z nazwy myjnie firmy Olympus wymaga preparatów o określonej gęstości dla poz. 1 – gęstość względna: 1,04, dla poz. 2 gęstość względna: 1.06 ?

Odp. Tak, wymaga.

Pytanie nr9

Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji suchych chust nie zarejestrowanych jako wyrób medyczny ?

Odp. Nie/ Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr10

Pakiet 20, poz. 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach zgodnie z wytycznymi WHO aby zaoferowane preparaty zawierały min 75g alkoholu na 100g preparatu ?

Odp. Tak

Pytanie nr11

Pakiet 20

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga do wolnostojących stacji dozowania tacek zabezpieczających przed kapaniem ?

Odp. Zamawiający wymaga do wolnostojących stacji dozowania tacek zabezpieczających przed kapaniem, jeżeli ono występuje.

Pytanie nr12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 enzymatyczny preparat do jednoczesnego manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i endoskopów, płyn do przygotowywania roztworów, który może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych? Zawierający enzym proteazę dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości myjące. Posiadający wysoką kompatybilność materiałową, nie uszkadzający wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy – dodatkowo pragniemy podkreślić, że preparat, który chcemy zaoferować zalecany jest **do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy i tworzywa sztucznego**. Roztwór roboczy preparatu zachowujący aktywność przez 14 dni. Roztwór 0,5% ma działanie bakterio-bójcze (łącznie z MRSA), grzybobójcze (C. albicans), prątkobójcze (M. avium, M. terrae), wirusobójcze (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B,C, Ebola) w czasie 15 minut, Adeno i Polio w czasie 30 min.

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną jak również zakup preparatu **o wyższej kompatybilności materiałowej i dłuższej aktywności roztworu roboczego**. Ponadto jest to produkt polski wyprodukowany w całości w polskiej fabryce.

Odp. Nie/ Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholi? Gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji wyposażenia. Do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością, nie zawierający aldehydów. Wyrób medyczny. Posiadający działanie bakteriobójcze (łącznie z MRSA), prątkobójcze (*M. terrae*), drożdżakobójcze (*C. albicans*), wirusobójcze (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Rota, Noro). Badania wg normy PN-EN faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Czas ekspozycji do 60 sekund. Opakowanie z tworzywa sztucznego do 1 litra. Spryskiwacz w cenie.

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną jak również zakup preparatu **o krótszym czasie działania – preparat działa już od 15 sekund (drożdżakobójczo) i od 30 sekund w podanym spektrum. Preparat posiada również dwie wersje zapachowe – neutralną i delikatnie perfumowaną**. Ponadto jest to produkt polski wyprodukowany w całości w polskiej fabryce.

Odp. Nie/Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr14

Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, także powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny. Środek w płynie do przygotowywania wodnych roztworów użytkowych. Bez aldehydów, fenoli, chloru, substancji nadtlenowych. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji w obecności pacjenta. Bez konieczności spłukiwania. Roztwór roboczy nie pozostawia lepkiej powierzchni. Roztwór roboczy o stężeniu nie większym niż 0,5% ma gwarantowane działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, niszczy wirusy HBV, HCV, HIV, Rota w czasie do 15 minut z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio. Działanie wirusobójcze – potwierdzone badaniami wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, drożdżakobójcze potwierdzone badaniami wg normy PN-EN, nie mniej niż faza 2 etap 2 dla warunków czystych i brudnych. Opakowanie do 5 litrów z pompką dozującą do przygotowywania roztworów.

Odp. Nie/ Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr15

Pakiet 6 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek

dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zakres działania bójczego w czasie działania określonym w SIWZ. Rozmiar chusteczek zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr16

Pakiet 8

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, V /HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zakres bójczy 0,5% roztworu preparatu, posiadający wymagane przepisami dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.);

Pytanie nr17

Pakiet 20 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc, V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odp. Tak/ Zamawiający wyraża zgodę/dopuszcza

Pytanie nr18

do pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki na bazie propanolu i QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr19

do pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie stabilnego chloru charakteryzujące się znacznie mniejszą toksycznością, łagodniejszym zapachem, posiadają dużo mniejsze działanie drażniące i są znacznie mniej agresywne dla skóry rąk i błon śluzowych od chusteczek nasączonych kwasem nadoctowym, wykazujące szersze spektrum działania, niż wymagane w SIWZ w krótkim czasie w warunkach brudnych: B do 1 minuty F do 4 minut, V (Hiv, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro, Rota) do 1 minuty, Tbc do 2 minut, spory (B. subtilis) do 1 minuty spełniające wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr20

do pakietu nr 6 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki -nie wymagają aktywacji wodą, na bazie stabilnego chloru charakteryzujące się niską toksycznością, łagodnym zapachem, posiadają dużo mniejsze działanie drażniące i są znacznie mniej agresywne dla skóry rąk i błon śluzowych od chusteczek nasączonych chlorem, Wykazujące szerokie spektrum działania, B, F, V, Tbc, spory w krótszym czasie niż wymagane w SIWZ w warunkach brudnych od 1 minuty do 5 minut, wykonane z włókniny gramaturze min. 40g/m2 konfekcjonowane w tubach a 50 sztuk.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr21

pakietu nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskopieniący detergent enzymatyczny w postaci koncentratu posiadający w swoim składzie oprócz enzymów proteolitycznych i lipolitycznych subtylizynę w ilości do 3%, charakteryzujący się wartością pH koncentratu 6,0-8,0, skuteczny już w ciągu 1 minuty, zależności od stopnia zabrudzenia narzędzi, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr22

do pakietu nr 19 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusty spełniające wszystkie wymagania SIWZ niesklasyfikowane jako wyrób medyczny?

Odp. Nie/ Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr23

Dotyczy Pakietu 2

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego skuteczność bójezza wymaganą w SIWZ bez użycia aktywatora, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr24

Dotyczy Pakietu 2

Poz. 1 – Czy Zamawiający oczekując preparatu skutecznego wobec S, wymaga działania na B. subtilis, B. cereus, C. difficile, C. perfringens?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr25

Dotyczy Pakietu 2

Poz. 2 – W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1, prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać poz. 2.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr26

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ, posiadającego badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków brudnych B, Tbc, F, V natomiast S w warunkach czystych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr27

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający oczekując preparatu skutecznego wobec S, wymaga działania na B. subtilis, B. cereus, C. difficile, C. perfringens?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr28

Dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał zdolność zapobiegania i usuwania biofilmu potwierdzoną badaniem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr29

Dotyczy Pakietu 8

Czy w trosce o dezynfekowane narzędzia i endoskopy, Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał badania potwierdzające brak korozyjności wżerowej wg europejskiej metodyki badania elektrochemicznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr30

Dotyczy Pakietu 11

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia, bez konieczności aktywacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr31

Dotyczy Pakietu 11

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga preparatu wykazującego działanie grzybobójcze wobec szczepów normatywnych *Candida albicans* i *Aspergillus niger*?

Odp. Tak

Pytanie nr32

Dotyczy Pakietu 11

Poz. 1 - Czy Zamawiający oczekując preparatu skutecznego wobec S, wymaga działania na *B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*, *C. sporogenes*?

Odp. Nie mniej niż uwzględnia norma PN-EN 14 347:2005

Pytanie nr33

Dotyczy Pakietu 11

Poz. 2 - Czy Zamawiający oczekując preparatu skutecznego wobec S, wymaga działania na *B. subtilis* i *C. difficile*?

Odp. Nie mniej niż uwzględnia norma PN-EN 14 347:2005

Pytanie nr34

Dotyczy Pakietu 19

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chust nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, o wymiarach 16x39 cm – 150 szt. chusteczek lub 18x39 cm – 256 szt. chusteczek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr35

Dotyczy Pakietu 20

Poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga preparatu wykazującego skuteczność wobec B, F, Tbc, V (polio, adeno) w czasie higienicznego odkażania rąk tj. 30 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga/ zgodnie z SIWZ

Pytanie nr36

Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 4.15 do SIWZ), pakietnr 15, pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o następujących parametrach: „Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD. Zawiera w swoim składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji termicznie - chemicznej w myjniach Olympus ETD. Dezynfekcja w temp max. 58°C. Spektrum działania: B, F, Tbc (*Mycobacterium tuberculosis*), V - 5 min. Deklaracja zgodności CE. Okres ważności min. 60 miesięcy. Opakowanie: 5l?

Oferowany środek spełnia wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanego środka chemicznego w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjące - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą

zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74).

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr37

Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 4.15 do SIWZ), pakiet nr 15, pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o następujących parametrach: „Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD. Zawiera w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące. Niezawierający soli kwasów organicznych, z wykluczeniem substancji łatwopalnych. Przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp. max. 45°C. pH neutralne. Deklaracja zgodności CE. Okres ważności preparatu min. 18 miesięcy. Opakowanie: 5L?

Oferowany środek spełnia wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanego środka chemicznego w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjące - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74).

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr38

Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 4.15 do SIWZ), pakiet nr 15, pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie w poz. 1 w górę ilości oferowanego środka dezynfekującego do pełnych opakowań handlowych (opakowanie 15L = 3 x 5l), tj. zaokrąglenie do 630L?

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr39

Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 4.15 do SIWZ), pakiet nr 15, pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie w poz. 2 w górę ilości oferowanego środka myjącego do pełnych opakowań handlowych (opakowanie 15L = 3 x 5l), tj. zaokrąglenie do 405L?

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr40

Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 4.15 do SIWZ), pakiet nr 15: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany płyny spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjące - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni

Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialność za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów
odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr41

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr42

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy i spory przez cały okres przydatności do użycia. Posiada paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. spektrum działania: B, drożdże (*Candida albicans*) F (*Aspergillus niger*), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium Tuberculosis*, Spory (*Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile*) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut.

Opakowanie:

1,5 kg. Wyrób medyczny.

Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Produkt nie wymaga dodania aktywatora w celu osiągnięcia oferowanego spektrum działania. – z związku z czym prosimy o wyrażenie zgody na nie wycenianie poz. 2 Pakietu 2.

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr43

Pakiet 6 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek bezalkoholowych wykazujących działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnających wirusy HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40 w czasie do 1 minuty, Tbc (*Mycobacterium terrae*) w czasie do 15 minut. Produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę/ dopuszcza preparat o wskazanym spektrum bójczym.

Pytanie nr44

Pakiet 6 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr45

Pakiet 15 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do maszynowego mycia, dozowanego w stężeniu 0,3-1,0%(3-10 ml/l). Temperatura mycia standardowa: 55°C, czas 10 minut. Produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr46

Pakiet 20 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu o czasie działania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk 3 minuty (2 x 5ml/90 sekund). Produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr47

Pakiet 20 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu i o podanie wymaganej wartości wadium, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.


Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr48

Pytanie ogólne

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt biobójczy spełniający pozostałe kryteria opisane w danym pakiecie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik Zdziału Zamówień publicznych