

UNIwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/40A/2016

Katowice, dn. 21.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów

PYTANIE 1 : Czy Zamawiający dopuści analizator o wymiarach zewnętrznych 1180mm x 700mm x 1145mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora o wymiarach opisanych w Załączniku 5.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Czy Zamawiający zaakceptuje analizator o maksymalnej wydajności 400 oznaczeń na godzinę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora o maksymalnej wydajności 400 oznaczeń na godzinę.

PYTANIE 3: Czy Zamawiający zaakceptuje analizator pracujący przy użyciu kuwet reakcyjnych jednorazowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora pracującego przy użyciu kuwet reakcyjnych jednorazowych.

PYTANIE 4 : Czy Zamawiający zaakceptuje analizator o objętości próbki w zakresie 2-45ul?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora o objętości próbki w zakresie 2-45ul.

PYTANIE 5 : Czy Zamawiający w poz. 32 dopuści odczynnik do oznaczania UIBC, który jest równoważny w interpretacji do wymagana odczynnik TIBC? Analizator umożliwi uzyskanie wyniku TIBC metodą wyliczeniową.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 (poz. 32 Załącznika 4.2) odczynnika do badania TIBC.

PYTANIE 6 : Prosimy o wyjaśnienie czy wymagana wartość wykonanych dostaw dla danego pakietu została podana jako łączna wartość czy wartość pojedynczej dostawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa ilości wykonanych dostaw odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów, natomiast wymaga, aby wartość brutto tych dostaw dla każdej oferowanej części była nie mniejsza niż określona dla danej części w Pkt VI.2 SIWZ.

PYTANIE 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zostało zapakowane w oddzielną kopertę – odpowiednio opisaną, lecz wysłane do Zamawiającego jedną przesyłką kurierską razem z ofertą?

ODPOWIEDŹ: Wadium w formie gwarancji powinno być złożone zgodnie z opisem zawartym w Pkt.X.4 i 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie precyzuje sposobu przesłania wadium.

PYTANIE 8 : Pytania do części nr 1: Czy Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia prokalcytoniny w obydwu laboratoriach wskazanych w SIWZ , czy tylko w jednym z nich ? Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego zainstalowanego w tym laboratorium .

ODPOWIEDŹ: Oznaczenie prokalcytoniny będzie wykonywane w laboratorium - lokalizacja Medyków 14 (system Lab 3000 firmy Infopublishing).

PYTANIE 9 : Pytania do części nr 1: Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej? Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii.

Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie

danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowiedzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 3ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) „Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ...”.

PYTANIE 10 : Pytania do części nr 1: Czy podana w załączniku nr 4.1 ilość oznaczeń uwzględnia testy na wykonanie kalibracji i kontroli ?

ODPOWIEDŹ: Podana w załączniku nr 4.1 ilość oznaczeń uwzględnia testy na wykonanie kalibracji i kontroli.

PYTANIE 11 : Pytania do części nr 1: Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert w części nr 1 wyrazi zgodę na wyłączenie z załącznika nr 4.1 SIWZ testu do oznaczania prokalcytoniny i ustalenie odrębnego pakiety oraz zaproponowanie do wykonania tego parametru osobnego analizatora

spełniającego następujące warunki : Analizator immunoserologiczny

1. Wieloparametrowy, do badań immunodiagnostycznych wykorzystujący metodę enzymoimmunofluorescencyjną.
2. Automatyczna krzywa kalibracyjna –w postaci kodu kreskowego.
3. Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni.
4. Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).
5. Stała gotowość do pracy aparatu.
6. Aparat nie wymagający codziennej obsługi(używania buforów, płynów płuczających, kalibracji ,czyszczenia)- stała gotowość do pracy aparatu.
7. Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami.) -aparat bezigłowy.
8. Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.
9. Pojemność analizatora min 12 testów.
10. Kompletnie zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole.
11. Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności minimum 7 miesięcy.
12. Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy
13. Oznaczanie prokalcytoniny ilościowo w zakresie do min 200 ng/ml , czas wykonania analizy do 25 minut , odczynniki gotowe do użytku zaraz po wyjęciu z lodówki / bez konieczności wstępnej inkubacji
14. Posiadający możliwość przysyłania wyników do Laboratoryjnej Bazy danych / komunikacja jednokierunkowa /
15. Dodatkowo możliwość wykonywania innych badań immunochemicznych , diagnostyki chorób zakaźnych i parametrów hemostazy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w ramach części nr 1 dopuszcza możliwość zaferowania osobnego analizatora do wykonywania oznaczeń stężenia prokalcytoniny, przy zachowaniu wszystkich wymagań ogólnych i warunków odnośnie najmu i obsługi serwisowej dodatkowego analizatora zawartych w specyfikacji, szczególnie we wzorze umowy (Załącznik nr 7). W przypadku oferowania dodatkowego analizatora należy go opisać oraz uwzględnić w ofercie tj. wyraźnie zaznaczyć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 4.1), zabezpieczając jednocześnie wszelkie akcesoria, części zużywalne, rozcieńczalniki, materiały kontrolne i inne konieczne do wykonania wymaganej ilości oznaczeń.

PYTANIE 12 : Pytania do części nr 1: Czy Zamawiający dopuści aby oznaczenie prokalcytoniny kontrolowane było na dwóch poziomach jeśli jest to zgodne z walidacją odczynnika opracowaną przez producenta testu i zawartą w oficjalnej metodyce?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza, aby oznaczenie prokalcytoniny kontrolowane było na dwóch poziomach.

PYTANIE 13 : Pytania do części nr 1: Prosimy o podanie jaka ilość oznaczenia prokalcytoniny wykonywana będzie u noworodków i w związku z tym jaka będzie ilość materiału pozyskanego do badania tego parametru ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza wykonać około 2000 oznaczeń prokalcytoniny u noworodków ilość materiału pozyskanego do badania tego parametru będzie wynosić od min. 1 do 2 ml .

PYTANIE 14 : Pytania do części nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza aby rozcieńczalnikiem próbki do oznaczenia prokalcytoniny była negatywna próbka PCT – jeśli jest to zgodne z oficjalną metodyką wykonywania testu ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza aby w części nr 1 rozcieńczalnikiem próbki do oznaczenia prokalcytoniny była negatywna próbka PCT – jeśli jest to zgodne z oficjalną metodyką wykonywania testu.

PYTANIE 15 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób: „Zamówienia będą przysyłane Wykonawcy lub konsorcjantowi w zakresie realizowanej przez niego części faxem lub e-mailem na numer/adres podany w niniejszej umowie.”?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 16 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 21 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Sześciodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy analizatora do 14 dni kalendarzowych - należy to czytelnie zaznaczyć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

PYTANIE 17 : Pytania do umowy (zał. nr 7): . §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wymagany czas naprawy nie może przekroczyć 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 18 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej po dostarczeniu Wyrobów medycznych, z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 19 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowienia umownego w brzmieniu: „Rozliczanie i fakturowanie wykonanych prac lub dostaw dokonywane będzie przez każdego z Partnerów Konsorcjum niezależnie wg ustalonego i przydzielonego mu zakresu zadań do realizacji, zgodnie z warunkami i wzorami dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunki bankowe Partnerów Konsorcjum zależnie od przydzielonego każdemu z nich zakresowi zadań do realizacji.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 20 : Pytania do umowy (zał. nr 7): . §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 21 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §8 ust. 1 pkt a) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 22 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §8 ust. 1 pkt b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „w wysokości 0,5%– wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 23 : Pytania do umowy (zał. nr 7): §8 ust. 1 pkt c) – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej części umowy a nie jak dotychczas od wartości całego kontraktu dotyczącego danej części? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 24 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o podanie, jakie badania i jaka ich ilość będzie wykonywana w każdej z dwóch lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamierza wykonać w laboratorium – Medyków 14 (Analizator I) około 70%, a w laboratorium –Ceglana 35 (Analizator II) około 30% wszystkich oznaczeń.

PYTANIE 25 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o podanie, czy wymieniona ilość testów zawiera już testy przeznaczone na wykonywanie kalibracji i kontroli, czy należy je doliczyć?

ODPOWIEDŹ: Wymieniona w części nr 1 ilość testów zawiera testy przeznaczone na wykonywanie kalibracji i kontroli.

PYTANIE 26 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o podanie harmonogramu oznaczeń kontrolnych dla każdego testu dla każdej z lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: W części nr 1 kontrola będzie wykonywana codziennie na dwóch poziomach w dwóch lokalizacjach (ul. Medyków 14 i ul. Ceglana 35).

PYTANIE 27 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o zgodę na zaoferowanie asortymentu w obszarze Akcesoria i części zużywalne zgodnego z oferowanymi analizatorami.

ODPOWIEDŹ: W części nr 1 powinny zostać uwzględnione wszystkie potrzebne akcesoria, części zużywalne i inne konieczne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy oferowanych analizatorów.

PYTANIE 28 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o zgodę na rozszerzenie tabeli o obszar Kalibratory.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Załącznikiem nr 4.1 „zestawy do oznaczania stężenia wymienionych hormonów i markerów nowotworowych powinny zawierać kalibratory i rozcieńczalniki; Zamawiający dopuszcza, aby kalibratory i rozcieńczalniki znajdowały się poza zestawem odczynników” (wówczas należy to dopisać w tabeli).

PYTANIE 29 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o zgodę na zaoferowanie testu HBsAg, dla którego kontrola nie jest zawarta w zestawie odczynnikowym i sprzedawana jest oddzielnie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 testu HBsAg, dla którego kontrola nie jest zawarta w zestawie odczynnikowym i sprzedawana jest oddzielnie (należy to uwzględnić w Formularzu asortymentowo-cenowym).

PYTANIE 30 : Dotyczy Części nr 1 W wymaganiach dla odczynników Zamawiający wskazuje, aby obydwa analizatory wykorzystywały ten same odczynniki; w wymaganiach dla analizatora w pkt. 13 - min. 7-dniowej stabilności na pokładzie analizatora. Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników, które niezależnie od sposobu przechowywania (na stałe w aparacie lub zamiennie w aparacie i w lodówce zewnętrznej) mają 28-dniową stabilność po otwarciu, z wyjątkiem kilku testów (Kortyzol - 10 dni, TSH - 21 dni, PTH - 14 dni, HCG - 21 dni, CEA - 14 dni).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 odczynników, które niezależnie od sposobu przechowywania (na stałe w aparacie lub zamiennie w aparacie i w lodówce zewnętrznej) mają 28-dniową stabilność po otwarciu, z wyjątkiem kilku testów (Kortyzol - 10 dni, TSH - 21 dni, PTH - 14 dni, HCG - 21 dni, CEA - 14 dni).

PYTANIE 31 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby krzywa kalibracyjna zapisana w kodach kreskowych umieszczona była wewnątrz opakowania z odczynnikami?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza, aby krzywa kalibracyjna zapisana w kodach kreskowych umieszczona była wewnątrz opakowania z odczynnikami.

PYTANIE 32 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników, dla których trwałość kalibracji wynosi minimum dwa tygodnie z wyjątkiem 3 testów (Kortyzol - 10 dni, FT4 - 7 dni, Testosteron - 7 dni).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników, dla których trwałość kalibracji wynosi minimum dwa tygodnie z wyjątkiem 3 testów (Kortyzol - 10 dni, FT4 - 7 dni, Testosteron - 7 dni).

PYTANIE 33 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający zaakceptuje analizator nie wykonujący badań z grupy czynników wzrostu (badań takich nie ma w SIWZ w Formularzu asortymentowo-cenowym)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza zaoferowanie analizatora nie wykonującego badań z grupy czynników wzrostu.

PYTANIE 34 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wykorzystujący jako metodę oznaczeń chemiluminescencję bezpośrednią?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w Części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora wykorzystującego jako metodę oznaczeń chemiluminescencję pośrednią.

PYTANIE 35 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający zaakceptuje dwa jednakowe analizatory o wydajności do 240 oznaczeń na godzinę?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dwóch jednakowych analizatorów o wydajności do 240 oznaczeń na godzinę każdy.

PYTANIE 36 : Dotyczy Części nr 1 Prosimy o zgodę na rezygnację z wymogu ciągłego wytrząsania mieszaniny reakcyjnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale musi zostać zachowane wytrząsanie mieszaniny reakcyjnej.

PYTANIE 37 : Dotyczy Części nr 1 Czy w pkt. 17 wymagań dla analizatorów Zamawiający zaakceptuje analizator, który monitoruje postęp wykonania testów z próbki i informuje Użytkownika o planowanej godzinie uzyskania wyniku, oraz o napotkanych nieprawidłowościach w trakcie wykonywania testu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 analizatora, który monitoruje postęp wykonania testów z próbki i informuje Użytkownika o planowanej godzinie uzyskania wyniku, oraz o napotkanych nieprawidłowościach w trakcie wykonywania testu.

PYTANIE 38 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający oczekuje testu Prokalcytonina wykonywanego metodą immunochemiczną, wystandaryzowanego wobec metody BRAHMS, co pozwoli na korzystanie z zakresów norm opracowanych dla sepsy i stosowanych we wszystkich dostępnych publikacjach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania badań Prokalcytoniny wystandaryzowaną metodą immunochemiczną, co pozwoli na korzystanie z zakresów norm opracowanych dla sepsy i stosowanych we wszystkich dostępnych publikacjach.

PYTANIE 39 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dwa oferowane analizatory wykorzystywały różne odczynniki dla wykonania testu HBsAg? Skład chemiczny obydwu odczynników jest identyczny; parametry wykonania tego testu na obydwu analizatorach są bardzo zbliżone, jednak nie można ich wykorzystać zamiennie na obu aparatach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 analizatorów opisanych w Załączniku 5.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 40 : Dotyczy Części nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden z oferowanych analizatorów nie wykonywał oznaczeń fPSA?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby analizator I w lokalizacji Medyków 14 nie wykonywał oznaczeń fPSA.

PYTANIE 41 : Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 7 do siwz) Prosimy o wydłużenie terminu określonego w §4 ust. 2 dotyczącego naprawy analizatora do 48 godzin od momentu zgłoszenia przy zachowanym czasie reakcji serwisu do 24 godzin.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 42 : Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 7 do siwz) Prosimy o zmianę zapisów §4 ust. 5 na zapis: w przypadku gdy liczna napraw analizatora przekroczy 3 naprawy tego samego elementu (z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu na nowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 43 : Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 7 do siwz) Prosimy o doprecyzowanie zapisów § 8 w zakresie ustępu 1 pkt od a) do b) oraz d) do f) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej, *łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty*
2. w wysokości 0,5% – wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, *łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty*
3. w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto *za daną część zamówienia* określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
4. w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 *łącznie nie więcej niż 10% wartości czynszu za 12 miesięcy*
5. w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy Analizatora względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy chyba,

że w tym terminie dostarczy urządzenie zastępcze na zasadach określonych w § 4 ust. 3. *łącznie nie więcej niż 10% wartości czynszu za 12 miesięcy*

6. w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego Analizatora względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy. *łącznie nie więcej niż 10% wartości czynszu za 12 miesięcy*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 44 : Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 7 do siwz) Prosimy o dodanie do zapisów § 8 ustępu 5 o brzmieniu: *Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.* Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 45 : Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 7 do siwz) Dotyczy § 10 ust. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie procedury rehabilitacyjnej i uzupełnienie zapisu ww. ustępu o: *Oświadczenie, o którym mowa będzie poprzedzone pisemnym z wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 46 : Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 8 do siwz) Prosimy o doprecyzowanie zapisów §3 ust. 6 Zleceniodawcy przysługuje prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy *w miejscu przetwarzania danych osobowych* poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 47 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym podział WBC na frakcje odbywa się za pomocą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej (pkt. 2 tabeli)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, aby w oferowanym w części nr 3 analizatorze podział WBC na frakcje odbywał się za pomocą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej (pkt. 2 tabeli).

PYTANIE 48 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy zamawiający dopuści analizator mierzący poniższe wartości: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, IG(%,#) – pkt. 5 tabeli?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 analizatora opisanego w Załączniku 5.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 49 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator z mieszadłem wahadłowym (pkt. 7 tabeli)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 analizatora z mieszadłem wahadłowym.

PYTANIE 50 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator z trybem rozcieńczenia uruchamianym przez operatora (dozowanie diluentu przez analizator) – pkt. 10 tabeli?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 analizatora opisanego w Załączniku 5.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 51 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści parametr IG-niedojrzałe granulocyty (pkt. 18 tabeli)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 analizatora opisanego w Załączniku 5.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 52 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator z domyślnym programem mycia bez potrzeby ustawiania i programowania przez operatora (pkt. 20 tabeli)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 analizatora z domyślnym programem mycia bez potrzeby ustawiania i programowania przez operatora (pkt. 20 tabeli).

PYTANIE 53 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim (pkt. 30 tabeli)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim (pkt. 30 tabeli).

PYTANIE 54 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator ze zintegrowanym komputerem wbudowanym w analizator, ale z możliwością dostarczenia dodatkowego komputera zewnętrznego (sieciowego) – pkt. 33 tabeli?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 analizatora ze zintegrowanym komputerem wbudowanym w analizator, ale z możliwością dostarczenia dodatkowego komputera zewnętrznego (sieciowego) – pkt. 33 tabeli.

PYTANIE 55 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Czy Zamawiający dopuści analizator z precyzją (pkt. 34 tabeli): WBC: 3,0% lub mniej ($4,00 \times 10^3/\mu\text{L}$ lub więcej); RBC: 1,5% lub mniej ($4,00 \times 10^6/\mu\text{L}$ lub więcej); HGB: 1,5% lub mniej; PLT*2: 4,0% lub mniej; NEUT%: 8,0% lub mniej (30,0 NEUT% lub więcej, WBC $4,00 \times 10^3/\mu\text{L}$ lub więcej); LYMPH%: 8,0% lub mniej (15,0 LYMPH% lub więcej, WBC $4,00 \times 10^3/\mu\text{L}$ lub więcej); MONO%: 20,0% lub mniej (5,0 MONO% lub więcej, WBC $4,00 \times 10^3/\mu\text{L}$ lub więcej); EO%: 25,0% lub mniej lub w zakresie $\pm 1,5$ EO% (WBC $4,00 \times 10^3/\mu\text{L}$ lub więcej); BASO%: 40,0% lub mniej lub w zakresie $\pm 1,0$ BASO% (WBC $4,00 \times 10^3/\mu\text{L}$ lub więcej).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 analizatora o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE 56 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego automatycznego analizatora hematologicznego 5DIFF): Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący liniowości parametrów w pkt. 35, wymagany jest dla wyników oznaczeń zgodnych z definicją liniowości, tj. otrzymanych wyników z pierwszego pobrania i oznaczenia, bez trybów rozcieńczania (brak powtórek, minimalizacja kosztów, podniesienie wiarygodności wyników)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący liniowości parametrów w pkt. 35, wymagany jest dla wyników oznaczeń zgodnych z definicją liniowości, tj. otrzymanych wyników z pierwszego pobrania i oznaczenia, bez trybów rozcieńczania (brak powtórek, minimalizacja kosztów, podniesienie wiarygodności wyników).

PYTANIE 57 : Dotyczy pakietu nr 1: Prosimy o podanie liczby dostaw, które Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania przez Oferentów wiedzy i doświadczenia w zakresie pakietu nr 1 (dotyczy pkt. 2 Rozdział VI SIWZ).

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

PYTANIE 58 : Dotyczy pakietu nr 1: Dotyczy zapisu w formularzu cenowym pod wymaganymi parametrami: Prosimy o usunięcie niniejszego punktu albowiem każdy oferent jest zobowiązany do sporządzenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Każda sprzeczność o charakterze merytorycznym powoduje, że oferta jest sprzeczna z treścią SIWZ, a tym samym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 powinna zostać odrzucona. Kwestionowany zapis powoduje, że często wykonawcy, którzy nierzetelnie sporządzają swoje oferty zaniżają ilości oferowanych wyrobów powołując się na tego rodzaju zapisy. Z uwagi na powyższe nasze żądanie jest uzasadnione.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 59 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 6 dni na min. 21 dni od daty podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy analizatora do 14 dni kalendarzowych - należy to czytelnie zaznaczyć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

PYTANIE 60 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy 30-dniowego terminu płatności dla wszystkich transakcji wynikających z umowy (dostawy odczynników i dzierżawa analizatorów) – system finansowo-księgowy nie wykonawcy nie ma możliwości wprowadzenia dwóch różnych terminów płatności dla tego samego klienta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 61 : Dotyczy pakietu nr 1: Proszę o dodanie w par 5 pkt 6 punku o odsetkach o brzmieniu: „*W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami z tytułu opóźnionej zapłaty liczonymi zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 403 z późn. zm.)*”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 62 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym krzywa kalibracyjna zapisana jest w oprogramowaniu analizatora i jest zdefiniowana dla każdego badania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 analizatora, w którym krzywa kalibracyjna zapisana jest w oprogramowaniu analizatora i jest zdefiniowana dla każdego badania.

PYTANIE 63 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści aby zestaw kontrolny dla Troponiny miał ważność min. 3-miesiące, a pozostałe odczynniki i materiały kontrolne min. 6 miesięcy? Wykonawca skalkuluje w ofercie odpowiednią ilość materiałów kontrolnych i odczynników zgodnie z dostępnymi terminami ważności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w części nr 1 aby zestaw kontrolny dla Troponiny miał ważność min. 3-miesiące, a pozostałe odczynniki i materiały kontrolne min. 6 miesięcy.

PYTANIE 64 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający może doprecyzować – jaką ilość stron planuje wydrukować lub podać liczbę tuszy/tonerów, które należy skalkulować w ofercie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający planuje wydrukować wyniki określonych w SIWZ ilości oznaczeń.

PYTANIE 65 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w części nr 1 analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT.

PYTANIE 66 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki materiały zużywalne, kontrole i kalibratory były jednego rodzaju tzn. mogły być wykorzystane w jednym i drugim analizatorze?

ODPOWIEDŹ: Tak .

PYTANIE 67 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści aby w analizatorze o większej wydajności można było dokładać odczynniki po przejściu analizatora w tryb stand-by?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza aby w oferowanym w części nr 1 analizatorze o większej wydajności można było dokładać odczynniki po przejściu analizatora w tryb stand-by.

PYTANIE 68 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, aby na pokładzie analizatorów była lodówka o zakresie chłodzenia 2-12°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w części nr 1 , aby na pokładzie analizatorów była lodówka o zakresie chłodzenia 2-12°C.

PYTANIE 69 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, by tor inkubacyjny utrzymany w temp. 37°C +/- 0,6 °C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w części nr 1 , by tor inkubacyjny utrzymany w temp. 37°C +/-0,6 °C.

PYTANIE 70 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizatory, które posiadają na pokładzie wortexery, które zapewniają mieszanie wystarczające i optymalne dla przebiegu reakcji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza analizatory, które posiadają na pokładzie wortexery, które zapewniają mieszanie wystarczające i optymalne dla przebiegu reakcji.

PYTANIE 71 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki były gotowe bezpośrednio do użycia tzn. można je było użyć od razu po wyjęciu z lodówki i włożeniu do analizatora?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 nie wymaga, ale dopuszcza , aby odczynniki były gotowe bezpośrednio do użycia tzn. można je było użyć od razu po wyjęciu z lodówki i włożeniu do analizatora.

PYTANIE 72 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, by konserwacje w analizatorze były zlecane przez użytkownika?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza, by konserwacje w analizatorze były zlecane przez użytkownika.

PYTANIE 73 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, by wykonywanie kontroli jakości było zlecane przez użytkownika?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza, by wykonywanie kontroli jakości było zlecane przez użytkownika.

PYTANIE 74 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, by oprogramowanie analizatora było w języku angielskim, a wszystkie komentarze dotyczące obsługi, błędów oraz instrukcja w języku polskim?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza, by oprogramowanie analizatora było w języku angielskim, a wszystkie komentarze dotyczące obsługi, błędów oraz instrukcja w języku polskim.

PYTANIE 75 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że oczekuje podłączenia każdego z analizatorów równocześnie do dwóch systemów informatycznych: systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. oraz systemu Lab 3000 firmy Infopublishing?

ODPOWIEDŹ: W części nr 1 : I analizator ma zostać zainstalowany w lokalizacji Medyków 14 (ma być podłączony do systemu Lab 3000 firmy Infopublishing, z możliwością podłączenia do systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. w trakcie trwania umowy), a II analizator ma zostać zainstalowany w lokalizacji Ceglana 35 (ma być podłączony do systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.).

PYTANIE 76 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści aby jeden parametr prokalcytonina był wykonywany w laboratorium zewnętrznym? Wykonawca nie ma w swojej ofercie tego parametru i nieuwzględnienie podanego rozwiązania uniemożliwi mu złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza aby prokalcytonina była wykonywana w laboratorium zewnętrznym.

PYTANIE 77 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści aby jeden parametr prokalcytonina był wykonywany na innym dodatkowym, małym analizatorze, do którego odczynniki, materiały zużywalne zostaną skalkulowane w ofercie? Wykonawca nie ma w swojej ofercie tego parametru i nieuwzględnienie podanego rozwiązania uniemożliwi mu złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

PYTANIE 78 : Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by jeden parametr – prokalcytonina został wyłączony do oddzielnego pakietu. Wykonawca nie ma w swojej ofercie tego parametru i nieuwzględnienie podanego rozwiązania uniemożliwi mu złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 79 : część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do analizy glukozy zarówno we krwi jak i w moczu metodą heksokinazową oraz odczynnika do żelaza metodą z TPTZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części nr 2 odczynnika do analizy glukozy zarówno we krwi jak i w moczu metodą heksokinazową oraz odczynnika do żelaza metodą z TPTZ.

PYTANIE 80 : część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do UIBC, w zamian TIBC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 odczynnika do TIBC.

PYTANIE 81 : część 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników konfekcjonowanych w mniejszych (skoncentrowanych) objętościach opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w części nr 2 zaoferowanie odczynników konfekcjonowanych w mniejszych (skoncentrowanych) objętościach opakowań.

PYTANIE 82 : część 2 Czy Zamawiający z uwagi na dużą ilość wykonywanych badań (152000 badań w ciągu 11 miesięcy) wymaga, aby analizator cechował się wydajnością min. 400 testów fotometrycznych na godzinę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 analizatora o wydajności min. 400 testów fotometrycznych na godzinę.

PYTANIE 83 : część 2 Czy Zamawiający podając w wymagach: „pełna kompatybilność analizatora z odczynnikami, aplikacje wpisane fabrycznie w oprogramowanie analizatora”, wymaga by analizator jak i system odczynnikowy stanowił spójny system analityczny i pochodzić od jednego producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza aby analizator jak i system odczynnikowy stanowił spójny system analityczny i pochodził od jednego producenta.

PYTANIE 84 : część 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora wolnostojącego o wymiarach 1450 x 1205 x 770 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 analizatora o wymiarach zgodnie z opisem w SIWZ.

PYTANIE 85 : część 2 Czy w związku z wymogiem: „możliwość wykonania próbek cito”, Zamawiający wymaga żeby analizator był wyposażony w dodatkową chłodzoną karuzelę dla próbek cito?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza aby analizator był wyposażony w dodatkową chłodzoną karuzelę dla próbek cito.

PYTANIE 86 : część 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z zakresem fotometrycznym od 0 do 3.5 Abs?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z Załącznikiem nr 5.2 wymaga zaoferowania analizatora z zakresem fotometrycznym od 0 do 3.5 Abs.

PYTANIE 87 : część 2 Czy w przypadku zaoferowania analizatora dostosowanego do pracy z probówkami pierwotnymi każdego typu, Zamawiający nadal wymaga aby dodatkowo oferować naczynia lub próbówki do surowicy badanej

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 wymaga zaoferowania naczynek dla materiału kontrolnego oraz kalibratorów.

PYTANIE 88 : część 2 Czy Zamawiający dopuści materiały kontrolne i kalibratory w ilości zapewniającej pracę w całym okresie trwania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby akcesoria, części zużywalne, materiały kontrolne, kalibratory, wszystkie dodatkowe, wymienione i nie wymienione przez Zamawiającego w tabeli produkty, które są niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania analizatora (z uwzględnieniem podanych ilości oznaczeń) zapewniły pracę w całym okresie trwania umowy.

PYTANIE 89 : część 2 Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 7 Dotyczy: §3 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatorów w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji umowy wskazanej w §11 ust. 1?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy analizatora do 14 dni kalendarzowych - należy to czytelnie zaznaczyć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

PYTANIE 90 : część 2 Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 7 Dotyczy: §4 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy analizatora do 48 godzin od momentu zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 91 : część 2 Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §8 ust. 1 na: **§ 8. KARY UMOWNE** 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,3% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej,
- b) w wysokości 0,3% – wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,
- c) w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
- d) w wysokości 25,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 3 ust. 1
- e) w wysokości 25,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy Analizatora względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy chyba, że w tym terminie dostarczy urządzenie zastępcze na zasadach określonych w § 4 ust. 3.
- f) w wysokości 25,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego Analizatora względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 92 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4.3 do SIWZ, Wymagane parametry: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg

harmonogramu dostaw materiału kontrolnego licząc od dnia dostarczenia do laboratorium? Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 3 dopuszcza, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności nieotwartej fiolki wynosi do 2 miesięcy.

PYTANIE 93 : Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4.3 do SIWZ, Wymagane parametry: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy zabezpieczenia odpowiedniej ilości produktów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń, a w sytuacji ich niedoszacowania obowiązek ich dostarczenia na własny koszt. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu iż *Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie różnicę w ilości odczynników potrzebną na wykonanie badań określonych w SIWZ.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 94 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §2 ust. 6: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 95 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §2 ust. 8: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do składania zamówień na dostawy częściowej jest wyłączną osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone tylko przez tą osobę mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

ODPOWIEDŹ: Zamówienia na dostawy częściowe będą składane przez Kierownika Działu Zaopatrzenia lub osobę przez niego upoważnioną.

PYTANIE 96 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §2 ust. 14: Prosimy o uzupełnienie zdanie pierwszego ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 97 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §2 ust. 20: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 17 wzoru umowy w Załączniku nr 7 w następujący sposób: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na Wyroby medyczne bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 30% wartości umowy.”

PYTANIE 98 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §4 ust. 1: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy konieczność dokonania

napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 99 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy analizatora do 72 godzin od chwili zgłoszenia uszkodzenia? W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu czynności serwisowych do 72 godzin.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 100 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §4 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po zwrocie „(...) liczba napraw” zapisu w brzmieniu: „... określonego elementu lub podzespołu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 101 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 102 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §8 ust. 1 pkt. a)-b) i d)-f): Prosimy o zmianę ww. postanowień wzoru umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 103 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §8 ust. 1 pkt. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto za daną część zamówienia określonego w §5 ust. 1 umowy. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 104 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §8 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 105 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §8: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 106 : Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 107 : Dotyczy SIWZ. Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ: §8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 108 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o określenie jaki % oznaczeń będzie wykonywany na analizatorze I (lokalizacja Medyków 14), a jaki na analizatorze II (lokalizacja Ceglana 35)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 zamierza wykonać w laboratorium – Medyków 14 (Analizator I) około 70%, a w laboratorium – Ceglana 35 (Analizator II) około 30% wszystkich oznaczeń.

PYTANIE 109 : Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora II o rzeczywistej wydajności 85 ozn./ godz.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora II o rzeczywistej wydajności 85 ozn./ godz.

PYTANIE 110 : Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, gdzie możliwość dostawiania i wymiany odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów, gdzie możliwość dostawiania i wymiany odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut.

PYTANIE 111 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatorów gdzie odczynniki przebywają na pokładzie z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp. 4 - 8oC? Producent odczynników dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp. 4- 8oC. Odczynniki są automatycznie otwierane, zamykane i mieszane na pokładzie analizatora oraz posiadają b. długą gwarantowaną stabilność po otwarciu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów gdzie odczynniki przebywają na pokładzie z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp. 4 - 8oC.

PYTANIE 112 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatorów gdzie Producent dzięki zastosowanej nowoczesnej metodzie detekcji i przyspieszonej reakcji antygen-przeciwciała nie wymaga, aby odczynniki i mieszanina reakcyjna były ciągle wytrząsane?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza takie rozwiązanie, ale musi zostać zachowane wytrząsanie mieszaniny reakcyjnej.

PYTANIE 113 : Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów wraz ze stacją wody? Koszt eksploatacji stacji wody zostanie uwzględniony w ofercie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów wraz ze stacją wody - koszt eksploatacji stacji wody zostanie uwzględniony w ofercie.

PYTANIE 114 : Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem w jęz. angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej instrukcji obsługi w jęz. polskim?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem w jęz. angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej instrukcji obsługi w jęz. Polskim.

PYTANIE 115 : Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników ważność nie otwartego opakowania oraz materiałów kontrolnych wynosiła 3 - 9 miesięcy od dnia dostawy. Oferent posiada magazyny w Polsce i gwarantuje szybki czas dostawy od momentu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza, aby dla pojedynczych odczynników ważność nie otwartego opakowania oraz materiałów kontrolnych wynosiła min. 6 miesięcy od dnia dostawy.

PYTANIE 116 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o zgodę na zaoferowanie multikontroli wewnątrzlaboratoryjnej dwu-poziomowej, zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników, o konfekcjonowaniu w buteleczkach o pojemności 2 i 3 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania multikontroli wewnątrzlaboratoryjnej dwu-poziomowej, zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników, o konfekcjonowaniu w buteleczkach o pojemności 2 i 3 ml.

PYTANIE 117 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o zgodę na zaoferowanie rozcieńczalników zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników, o konfekcjonowaniu w buteleczkach o pojemności 16 lub 32 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 dopuszcza możliwość zaoferowania rozcieńczalników zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników, o konfekcjonowaniu w buteleczkach o pojemności 16 lub 32 ml.

PYTANIE 118 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 zamierza stosować test beta-HCG total jako test ciążowy oraz jako marker nowotworowy .

PYTANIE 119 : Dotyczy SIWZ: Prosimy o zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT-proBNP. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części nr 1 BNP lub NT-proBNP.

PYTANIE 120 : Dotyczy SIWZ: Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje, aby oferowane w części nr 1 odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów.

PYTANIE 121 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 2 ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 122 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 2 ust. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 97.

PYTANIE 123 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ: Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia 7 dni od daty dostarczenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy analizatora do 14 dni kalendarzowych - należy to czytelnie zaznaczyć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

PYTANIE 124 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 3 ust. 2a) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 3 ust. 3? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 125 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 126 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie przypadku pięciokrotnej awarii tego samego podzespołu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 127 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 5 ust. 4 i par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 128 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin był liczony od dnia rozpatrzenia reklamacji, której mowa w par. 6 ust. 2?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 129 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 ust. 1 pkt a)-b) oraz d)-e)-f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 130 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 ust. 1 pkt c) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 131 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy tak by skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień opisanych w niniejszym postanowieniu umowy wyłączało możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia względem Wykonawcy?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 132 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 133 : Dotyczy wzoru umowy Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych