

UNIwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/40A/2016


Katowice, dn. 22.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów

PYTANIE 1 : Dotyczy Części nr 3 – pkt. 35 parametrów techniczno-eksploatacyjnych oferowanego (do najmu) automatycznego analizatora hematologicznego 5 diff (Załącznik nr 5.3 Zmieniony do SIWZ). W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 56 z dnia 21.06.2016 r. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza analizator umożliwiający rozszerzenie zakresu liniowości dla parametrów WBC i PLT z uwzględnieniem opcji automatycznego rozcieńczania. Opcja automatycznego rozcieńczania umożliwia uzyskanie znacznie większego zakresu liniowości niż w przypadku oznaczenia tylko i wyłącznie z pierwszego pobrania. Tym samym opcja automatycznego rozcieńczenia umożliwia precyzyjne oznaczenie liczby elementów morfotycznych w stanach wysokiej patologii np. w próbkach badanych u pacjentów onkologicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 3 dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora umożliwiającego rozszerzenie zakresu liniowości dla parametrów WBC i PLT z uwzględnieniem opcji automatycznego rozcieńczania.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechoń
Kierownik Działu Zamówień Publicznych