



DZP/381/95B/2016

Katowice / 25.10.2016

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach okulistycznych

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Jorg

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. **Pytanie** – dotyczy części nr 2 – Czy Zamawiający dopuści rozwórki tęczówkowe o średnicy 6,3mm, wykonane z poliuretanu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rozwórki tęczówkowej zgodnej z opisem w załączniku 4.2 SIWZ.
2. **Pytanie** - Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści pierścień rozszerzający źrenicę w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górną i dolną, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia, w komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rozwórki tęczówkowej zgodnej z opisem w załączniku 4.2 SIWZ.
3. **Pytanie** - Dot. Pakiet nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka; wymiary pierścienia:
- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm / 12 mm
- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pierścienia dotorebkowego zgodnego z opisem w załączniku 4.5 SIWZ.
4. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści w Części 5 pierścień dotorebkowy dostępny wyłącznie w jednym rozmiarze: 11 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pierścienia dotorebkowego tylko w rozmiarze 11mm. Zamawiający wymaga zaoferowania pierścienia dotorebkowego zgodnego z opisem w załączniku 4.5 SIWZ w rozmiarach **od 10mm do 13mm**.
5. **Pytanie** - Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 13 Wzoru Umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w paragrafie 2 ustęp 13 wzoru umowy w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości umowy”.
6. **Pytanie** - Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §5, ust.1 wzoru Umowy na następujące:
1. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,1% wartości brutto Wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu tych Wyrobów medycznych
b) w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §4 ust.3 niniejszej umowy,
c) w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
7. **Pytanie** - Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu płatności kar umownych do 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

DYREKTOR

Dariusz Jorg