

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katowice, dn. 27.07.2016 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę na dostawę aparatów do aktywnej regulacji temperatury ciała – 10 szt. - DZP/381/66B/2016

PYTANIE nr 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat do aktywnej regulacji temperatury ciała różniący się względem SIWZ:

- 4 zakresy temperatury: temperatura otoczenia, 36 ± 1 C, 40 ± 1 C, 44 ± 1 C
- odpinany przewód grzewczy, alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku odłączenia rury od dmuchawy
- masa urządzenia 6,8 kg
- filtr powietrza 0,2 μ m
- parametry elektryczne: 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0 A
- długość przewodu zasilającego 3,5 m
- brak wbudowanego licznika- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu
- w zestawie kołdry grzewcze na całe ciało pacjenta wymiarach 102 x 203 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o oferowanych parametrach.

PYTANIE nr 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu z zabezpieczonego filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kołder grzewczych na całe ciało pacjenta o wymiarach 99 cm x 198 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Artur Kucharski
Kierownik Działu Zamówień i Publicznych