



## Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych

1. **PYTANIE** : Czy Zamawiający dopuści w Części 1 hialuronian sodu o stężeniu 1,4%, pH 6,8-7,6, lepkości  $(0,1s^{-1})$ : 120 000 mPas, masie cząsteczkowej powyżej  $3,2-3,5 \times 10^6$  Daltona, osmolarności 280-330 mOsmol/l, w ampułkostrzykawkach o pojemności 1ml ze sterylną kaniulą 25G, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. **PYTANIE** : Czy Zamawiający we Wzorze umowy, w § 5, ust. 1, lit. a,b,c wyrazi zgodę na zmianę zapisu:  
*a. „w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej”?*  
*b. „w wysokości 0,1% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy”?*  
*c. „w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”?*  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.
3. **PYTANIE** : dot. Części 2 – Proszę o podanie wymaganej temperatury przechowywania 3% kwasu hialuronowego.  
**ODPOWIEDŹ**: Wymagana temperatura przechowywania kwasu hialuronowego do 30°C.
4. **PYTANIE** : Część 1, poz.1-Czy Zamawiający dopuści do dostawy wiskoelastyk: pH od 6,8 - 7,4; lepkość: ca 30000 mPas; masa molekularna: 1,1 – 1,5 mln Daltonów; osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg.  
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. **PYTANIE** : Część 2, poz.1-Czy Zamawiający dopuści do dostawy wiskoelastyk: pH od 6,8 do 7,4; lepkość: 8000 - 50000 cPs; masa molekularna: 1,0 – 1,8 mln Daltonów; osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; opakowanie a 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. **PYTANIE** : (część 1)- Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% pochodzenia naturalnego, o pH 6,8-7,6, lepkość 1 mln cPs, masie cząsteczkowej 5 mln daltonów, osmolarność 310 mOsm/kg, ampułkostrzykawka 0,85ml?  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. **PYTANIE** : (część 2)- Czy Zamawiający dopuści 2,5% hialuronian sodu o lepkości 1mln cPs, masie cząsteczkowej 4 mln Daltonów, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. **PYTANIE** : (SIWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty wykazu dostaw na wyroby medyczne (tj. soczewki, materiały wiskoelastyczne, błękity trypanu, perfluorocarbony, custom-packi)?  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga załączenia dokumentów określonych w pkt.VI.2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. **PYTANIE** : Czy Zamawiający dopuści w Części 1 hialuronian sodu o stężeniu 1%, pH 6,8-7,6, lepkości: 300 000 mPas, masie cząsteczkowej : 2,8 – 3,8 mln Daltonów, osmolarności 270-400mOs/kg, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. **PYTANIE** : Czy Zamawiający dopuści w części 2 -3% kwas hialuronowy, o wartości pH 6,8-7,6, lepkości: 2000 000 mPas, masie cząsteczkowej 2,8-3,8 mln Daltonów, osmolarności 270-400mOs/kg, w ampułkostrzykawce pojemności 1 ml ze sterylną kaniulą 27G, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR

Dariusz Jędrzejko

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.klinika.katowice.pl; REGON: 001325767; NIP: 9542274017