



Katowice, 17.02.2017r.

DZU/381/9A/2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa wkładów do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot i Medrad MarkV - **DZP/381/9A/2017**

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4.1 do SIWZ *Formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 1 –Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot* w następujący sposób:

Pozycja 1 (Nazwa towaru) wykreśla się zapis:

..... wszystkie składowe oddzielnie pakowane.

Pozycja 2 (Nazwa towaru) otrzymuje brzmienie:

Jednorazowy zestaw do strzykawki automatycznej składający się z: wkładu o pojemności 50ml -1 szt. ostrze typu Spike -1 sztuka.

Zmodyfikowany załącznik nr 4.1 do SIWZ w załączeniu

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
mgr Andrzej Kozłowski
Kierownik Działu Zamówień i Usług

1020/081/9A/2017

Załącznik nr 4.1

Formularz asortymentowo – cenowy
Pakiet nr 1 – Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, kod lub nr katalogowy itp.
1.	Jednorazowy zestaw do strzykawki automatycznej składający się z: wkładu o pojemności 200ml-1 szt, łącznika niskociśnieniowego o dł 150 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, dł. ramion trójnika Y wynosi dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm, złącze szybkiego napełniania typu J- 1 szt	kpl	7200						
2.	Jednorazowy zestaw do strzykawki automatycznej składający się z:wkładu o pojemności 50ml-1 szt, ostrze typu Spike-1 sztuka,	kpl	7200						
	RAZEM								

Uwaga:

Zestaw 1 i 2 stanowi jeden całociowy komplet niezbędny do prawidłowej eksploatacji wstrzykiwacza. Szpital posiada wstrzykiwacz kontrastu Nemoto Dual Shot o wytrzymałości 350PSI. Produkty winne być wolne od ftalanów i kompatybilne z w/w wstrzykiwaczem

.....
 podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy