


Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu do aparatów medycznych

**Pytanie 1:** Pytanie 1 do część 1 – Osprzęt do aparatu ERBE punkt 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego z 2 przyciskami Slim Line, kabel 4,5m, wejście pinowe ?

**Odpowiedź:** Tak.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki i Leczenia  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr Andrzej Resch  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych