

Katowice dn. 09.01.2017r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii D/ZP/381/111B/16 - SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3 Z DNIA 05.01.2017r.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 3 mylnie podał wartość równoważnika ołowiu okularów ochronnych. Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 3 brzmi:

### Pytanie nr 3

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym nr j.w., jako poddostawca (artykuły ochrony rtg) dla firm oferujących aparat rtg z ramieniem C, zwracam się z zapytaniem o bardziej szczegółowe określenia wymaganych przez Państwa fartuchów ochronnych rtg, a mianowicie:

- 1) rodzaj fartuchów - czy z ochroną jednostronną czy z ochroną dwustronną
- 2) Jeżeli z ochroną dwustronną:
  - a) czy mają to być fartuchy jednoczęściowe typu płaszcz, poncho lub "na zakładkę" - odpowiednio modele 8201, 8200TS lub 8250 - pokazane w załączonym katalogu na str. 2
  - b) czy dwuczęściowe tzn. kamizelka + spódnica - odpowiednio model 830VS lub 835VS - zalecany do DŁUGICH zabiegów - Użytkownik nie czuje ciężaru fartucha na plecach
- 3) poziom ochrony :
  - a) 0.50 mm Pb lub 0.35 mm Pb - dla fartuchów o ochronie TYLKO z przodu
  - b) 0.50 lub 0.35 mm Pb przód - a z tyłu 0.50, 035 Pb lub 0.25 mm Pb

Standardowa ochrona bloku operacyjnym to dla fartuchów jednostronnych 0.50 mm Pb i dla fartuchów o ochronie dwustronnej przód 0.50 mm Pb i tył najczęściej 0.25 mm Pb.

Ponadto, proszę o informację, czy okulary ochronne przeznaczone są dla osób NIE NOSZĄCYCH okularów czy przeiwują Państwo zakup okularów korekcyjnych - w ramach zalupu 6 szt. jak w SIWZ.

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fartuchów jednostronnych o równoważniku 0,35 mm Pb, wykonany z materiału lekkiego typu Xenolite NL lub równoważnego wraz z osłonami tarczyc w formie stójki ze "ślimakiem" i zapięciem typu "rzep" o równoważniku 0,5 mm Pb oraz **okulary ochronne o równoważniku minimum 0,75 mm Pb z bocznymi szklami ochronnymi.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Szpitala Śląskiego  
Śląskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach  
mgr Andrzej  
Kierownik Działu Zamówień Państwowych