



Do wszystkich Wykonawców


Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lampy szczelinowej przenośnej

PYTANIE 1 : pozycja nr 7. Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową bez podstawy ładującej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy szczelinowej bez podstawy ładującej.

PYTANIE 2 : pozycja nr 7. Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z oświetleniem ledowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy szczelinowej z oświetleniem ledowym.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych