

Katowice dn. 22.03.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku D/ZP/381/7A/17

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonych w dniu 17.03.2017r.

Zmianie ulegają odpowiedzi na pytania nr 12,26,85,86,87 które otrzymują brzmienie :

Pytanie nr12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 1 wzmocnionej serwety bocznej wykonanej w całości z mocnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m² i odporność na przenikanie cieczy min. 999 cm H₂O. Opisywana serweta stanowi budowę warstwową (dwie warstwy chłonne i nieprzemakalna folia PE) co stanowi doskonałą barierę dla cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 2, pozycji 16, 17, 18 ponieważ opisane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia w całości spełnia tylko jeden wykonawca. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia innym wykonawcą złożenie konkurencyjnej oferty.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż dotychczasowa współpraca z Zamawiającym co do jakości oferowanych przez naszą firmę obłożeń nie budziła zastrzeżeń, uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 pozycje nr 16, 17, 18 i tworzy dla wydzielonych pozycji odrębny Pakiet nr 2A.

Pytanie nr85

Pakiet nr 2, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie oraz dopuszczenie w w/w pozycji maty na podłogę do wykorzystania podczas zabiegów o chłonności 1,5 l w rozmiarze 81 cm x 122 cm z możliwością przytwierdzenia maty do podłoża. Produkt pakowany w opakowanie 25 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 pozycje nr 16, 17, 18 i tworzy dla wydzielonych pozycji odrębny Pakiet nr 2A. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyrobu.

Pytanie nr86

Pakiet nr 2, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie oraz dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Podkład zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednolitej powierzchni (bez zagięć,

pikowań czy przesyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%). Produkt w opakowaniu po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 pozycje nr 16, 17, 18 i tworzy dla wydzielonych pozycji odrębny Pakiet nr 2A. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyrobu.

Pytanie nr87

Pakiet nr 2, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie oraz dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Podkład zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przesyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%). W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. Zestaw umożliwia kompleksowe zabezpieczenie stołu operacyjnego. Produkt w opakowaniu po 20 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 pozycje nr 16, 17, 18 i tworzy dla wydzielonych pozycji odrębny Pakiet nr 2A Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu. .

W załączeniu zmodyfikowane formularze asortymentowo-cenowe

W związku z powyższym zmianie ulegają punkty V.1c, IX.1 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: .

c) zdolności technicznej lub zawodowej :

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował dostawy odzieży lub obłoża chirurgicznych jednorazowego użytku co najmniej o wartości:

Pakiet nr 1 – 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Pakiet nr 2 – 315 000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych)

Pakiet nr 2A – 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 3 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 4 – 100 000,00 zł sto tysięcy złotych)
Pakiet nr 5 – 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych)
Pakiet nr 6 – 85 000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 7 – 144 000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych)
Pakiet nr 8 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 9 – 23 000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych)
Pakiet nr 10 – 11 000,00 zł (jedenastę tysięcy złotych)
Pakiet nr 11 – 19 000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych)
Pakiet nr 12 – 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych)
Pakiet nr 13 – 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 14 – 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 15 – 61 000,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
Pakiet nr 16 – 618 000,00 zł (sześćset osiemnaście tysięcy złotych)
Pakiet nr 17 – 26 000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
Pakiet nr 18 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 19 – 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)
Pakiet nr 20 – 86 000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
Pakiet nr 21 – 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 22 – 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 23 – 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych)

oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium.

Wadium wynosi:

dla Pakietu nr 1 – 10.400,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100);
dla Pakietu nr 2 - 17.500,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100);
dla Pakietu nr 2A - 500,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
dla Pakietu nr 3 - 270,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100);
dla Pakietu nr 4 - 5.400,00 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100);
dla Pakietu nr 5 - 1.200,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100);
dla Pakietu nr 6 - 4.700,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100);
dla Pakietu nr 7 - 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);
dla Pakietu nr 8 - 280,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100);
dla Pakietu nr 9 – 1.250,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);
dla Pakietu nr 10 - 580,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100);
dla Pakietu nr 11 - 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100);

dla Pakietu nr 12 - 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100);
dla Pakietu nr 13 - 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
dla Pakietu nr 14 - 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
dla Pakietu nr 15 - 3.300,00 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100);
dla Pakietu nr 16 - 34.000,00 złotych (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100);
dla Pakietu nr 17 - 1.440,00 złotych (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści złotych 00/100);
dla Pakietu nr 18 - 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100);
dla Pakietu nr 19 - 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100);
dla Pakietu nr 20 - 4.800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100);
dla Pakietu nr 21 - 550,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
dla Pakietu nr 22 - 550,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
dla Pakietu nr 23 - 130,00 złotych (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100);

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2017r. godz. 10:00

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07.04.2017r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.04.2017r. godz. 10:30.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. A. Gileńskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rachwał
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet Nr 2 – zestawy serwet uniwersalnych, serwety

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego	Jedn. miary	Ilość	Cena jed. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Sterylny zestaw serwet uniwersalnych – wzmocniony Minimalny skład zestawu: a) serweta górna (ekran anestezjologiczny) 170cm x 240cm (+/-6%), wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części szerszej krawędzi serwety, zintegrowana z uchwytem na przewody – 1 szt b) wzmocniona serweta dolna 170cm x 180cm (+/-6%), wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części szerszej krawędzi serwety, zintegrowana z uchwytem na przewody – 1 szt c) wzmocniona serweta boczna 75cm x 90cm (+/-5%), wykonana z laminatu chłonnego wykończona taśmą samoprzylepną na całej długości szerszej krawędzi serwety – 2 szt d) pokrowiec na stół Mayo 80cm x 140cm (+/-5%) – 1 szt e) ściereczki chłonne w wymiarach nie mniej niż 30cm x 30cm – 4 szt.		szt	3600				

f) taśma włókninowa samoprzylepna 10cm x 50cm (+/- 1 cm) – 1 szt g) wzmocniona serweta na stół instrumentalny nie mniej niż 150cm x 190cm (+/-5%)– 1 szt Wymagane minimalne parametry techniczne dotyczące użytych materiałów i surowców: a) Serweta trójwarstwowa, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura min.50 g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny wysoko chłonnej o wym. min.30 cm x 80 cm i gramaturze min.80 g/m² Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 130 g/m², b) Serweta trójwarstwowa, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura min.50 g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny wysoko chłonnej o wym. min. 50 cm x 80 cm i gramaturze 80 g/m² Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 130 g/m², c) Serweta wykonana w całości z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 96 g/m² składającego się z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m² oraz warstwy chłonnej o gramaturze 68 g/m² wykonana z włókniny typu spuncle. d) Osłona wykonana w całości z czerwonej folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w strefie wzmocnionej. Gramatura							
--	--	--	--	--	--	--	--

	serwety w obszarze wzmocnienia min.80g/m². Serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety min. 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej min. 140 cm x 60 cm. Minimalna chłonność osłony w strefie krytycznej 350%. e) Serwetka z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 45g/m² f) Taśma samoprzylepna o gramaturze min.68 g/m² g) Serweta wykonana w całości z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.35 g/m² oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 28 g/m² w strefie wzmocnionej. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.63 g/m², minimalna chłonność 350%. Zestaw dodatkowo zawinięty w serwetę dwuwarstwową o gramaturze min. 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, wewnętrzne owinięcie zestawu. Opakowanie typu Tyvec wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG.						
2.	Sterylny zestaw serwet uniwersalnych II Minimalny skład zestawu: a) serweta górna (ekran anestezjologiczny) 150cm x 240cm (+/-5%) wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części szerszej krawędzi serwety – 1 szt b) serweta dolna 150cm x 180cm (+/-5%) wykończona taśmą samoprzylepną w	szt	3600				

środkowej części szerszej krawędzi serwety – 1 szt c) serweta boczna min. 75cm x 90cm (+/- 5%) wykończona taśmą samoprzylepną na całej długości szerszej krawędzi serwety – 2 szt d) pokrowiec na stolik Mayo 80cm x 140cm (+/- 5%) – 1 szt e) ściereczki chłonne w wymiarach nie mniej niż 30cm x 30cm – 2 szt. f) taśma włókninowa samoprzylepna 10cm x 50cm (+/- 1 cm) – 1 szt g) wzmocniona serweta na stół instrumentalny min. 150cm x 190cm – 1 szt Wymagane minimalne parametry techniczne dotyczące użytych materiałów i surowców: a, b, c) Serweta wykonana w całości z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego i chłonnego laminatu o gramaturze 56g/m² i chłonności minimalnej 350% d) Osłona wykonana w całości z czerwonej folii PE o gramaturze min. 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w strefie wzmocnionej. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia min. 80g/m². Serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety min. 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej min. 140 cm x 60 cm. Minimalna chłonność osłony w strefie krytycznej 350%.							
--	--	--	--	--	--	--	--

	e) Serwetka z włókniny typu spunlace o gramaturze min.45g/m² f) Taśma samoprzylepna o gramaturze min. 68 g/m² g) Serweta wykonana w całości z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.35 g/m² oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 28 g/m² w strefie wzmocnionej. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.63 g/m², minimalna chłonność 350%. Opakowanie typu folia-papier wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG.							
3.	Sterylny zestaw serwet uniwersalnych III; Skład i wymiary: a) serweta - ekran anestezjologiczny 150cmx240cm (+/-5%), wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części szerszej krawędzi serwety, - 1 szt. b) serwety boczne 75cmx90cm (+/- 5%) wykończone taśmą lepna na całej długości szerszej krawędzi serwety - 2 szt. c) serweta główna 150cmx180cm (+-5%) wykończona taśmą lepna w środkowej części szerszej krawędzi serwety- 1 szt d) pokrowiec na stolik Mayo 80cm x 145 (+/- 5cm)w kolorze czerwonym, służący po zabiegu jako worek na odpady -1 szt e) ściereczki chłonne min. 30cmx30cm (+-5%) - 2 szt		szt	3600				

f) taśmy włókninowe 10cm x 50cm (część lewa 15x30cm oraz część prawa 25x30cm)- 1 szt g) dwukomorowa kieszeń przylepna co najmniej 30x40cm(+/- 5%)na ssak i koagulacje -1 szt h) wzmocniona serweta na stół instrumentalny 150cmx190cm (+/-2%)- 1 szt Wymagane parametry techniczne dotyczące użytych materiałów i surowców a,b,c) Laminat o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m², d) Osłona wykonana w całości z czerwonej folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w strefie wzmocnionej. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80 g/m². Serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm e) Serwetka z włókniny typu spunlace o gramaturze nie mniejszej niż 45g/m², f) Taśma samoprzylepna o gramaturze min68 g/m²							
--	--	--	--	--	--	--	--

	g) Kieszeń wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze min 65 g/m ² , wyposażona w sztywnik h) Serweta wykonana w całości z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min. 35 g/m ² oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 28 g /m ² w strefie wzmocnionej. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min 63 g/m ² . Opakowanie typu folia-papier wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG.							
4.	Sterylna serweta operacyjna 50cmx60cm (+/-5%) lub 50cmx50cm (+/-5%) Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m ² .. Nieprzemakalność min. 188 cm H ₂ O. Wytrzymałość na rozerwanie min. 80 Kpa		szt	12000				
5.	Sterylna serweta operacyjna 75cmx90cm (+/-2%)wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m ² .Nieprzemakalność min.188 cm H ₂ O. Wytrzymałość na rozerwanie min. 80 Kpa.		szt	12000				
6	Sterylna serweta operacyjna 100cmx150cm (+/-2%) wykonana z laminatu dwuwarstwowego. o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m ² . Nieprzemakalność min.188 cm H ₂ O.		szt	9000				

	Wytrzymałość na rozerwanie min. 80 KPa							
7.	Sterylna serweta operacyjna 150cmx210cm (+/-2%) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m2. Nieprzemakalność min.188 cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie min. 80 KPa		szt	9000				
8.	Serweta operacyjna 100cmx150cm (+/-3%) niesterylna, wykonana z włókniny typu SMS, . Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 .		szt	8000				
9.	Serweta operacyjna 150cmx200cm(+/-3%) niesterylna, wykonana z włókniny typu SMS, . Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 .		szt	8000				
10	Sterylna nieprzemakalna serweta 50cm x 60 cm (+/-5%) z taśmą lepłą Serweta sterylna o wymiarach 50cm x 60cm (+/-2%)wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w taśmę lepłą. Laminat dwuwarstwowy o gramaturze min.56g/m2 Nieprzemakalność min.188 cm. H2O. Wytrzymałość na rozerwanie min.95 Kpa		szt	8000				

11	Serweta sterylna 75cmx90cm (+/-2%) z taśmą lepna Sterylna serweta z przylepcem o wymiarach 75cmx 90 cm,(+/-2%) , wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2 Nieprzemakalność min. 188 cm H2O. Wytrzymałość na rozerwanie min.95 Kpa		szt	8000				
12	Serweta sterylna 50cmx60cm ,z otworem otoczonym taśmą lepna, Sterylna serweta o wymiarach 50cmx 60 cm,(+/-5%) do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z otworem okrągłym o średnicy w granicach 6cm-7cm otoczonym taśmą lepna. Laminat dwuwarstwowo o gramaturze min.56g/m2 Nieprzemakalność min.188 cm. H2O. Wytrzymałość na rozerwanie min. 95 Kpa		szt	5000				
13	Serweta sterylna 50cmx75cm (+/-5%)z otworem o średnicy 7cm.(+/-0,5cm), z taśmą lepna Sterylna serweta o wymiarach 45cmx 75 cm(+/-5%) , , wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 56g/m2,. Nieprzemakalność min.188 cm. H2O. Wytrzymałość na rozerwanie min. 95 Kpa		szt	1000				

14	Serweta sterylna 90cmx120cm (+/-5cm)wykonana z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego, z otworem o średnicy 10cm (+/-0,5cm) i taśmą lepłą wokół otworu Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m2.Nieprzemakalność min.188 cm H2O, Wytrzymałość na rozerwanie min.95 Kpa		szt	1000				
15	Serweta sterylna z otworem otoczonym taśmą lepna 120cmx170cm(+/-2%) do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z otworem o średnicy 12 cm (+/-0,5 cm) otoczonym taśmą lepłą Wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 50g/m2,wzmocniona wokół otworu włókniną wysokochłonna o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2.		szt	1000				
	RAZEM							

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry graniczne.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet Nr 2A – maty, podkłady

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Producent, nr katalogowy/ klasa wyrobu medycznego	Jedn. miary	Ilość	Cena jed. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Chłonna mata podłogowa do wykorzystania podczas zabiegu; wkład chłonny oparty na technologii Super Core który gwarantuje równomierne wchłanianie, bakterie Escherichiacoli i Staphylococcus Aureus (MRSA) są w bezpieczny sposób zatrzymane, a ich rozwój jest ograniczony; właściwości chłonne zarówno spodniej jak i górnej części umożliwiają dwustronną aplikację; chłonność: 7 l wody lub 2,5 l roztworu soli fizjologicznej; rozmiar 65x36cm; op. 100szt		op	5				
2	Mata chłonna na stół operacyjny, jałowa; właściwości chłonne zarówno spodniej, jak i górnej części umożliwiają dwustronną aplikację; absorpcja: 8 l wody lub 3,1 l roztworu soli fizjologicznej; wkład chłonny oparty na technologii Super Core który gwarantuje równomierne wchłanianie, bakterie Escherichiacoli i Staphylococcus Aureus (MRSA) są w bezpieczny sposób		op	5				

	zatrzymane, a ich rozwój jest ograniczony; op. 50szt							
3	Podkład na stół operacyjny umożliwiający przenoszenie pacjenta; rozmiar 210x80cm; powierzchnia chłonna wzmocniona folią odporną na rozdarcia umożliwiającą transport pacjenta o wadze do 150 kg. Marginesy z dwóch stron podkładu zapewniają pewny chwyt podczas przenoszenia; krew oraz inne płyny zostają wchłonięte oraz bezpiecznie zamknięte w rdzeniu dzięki opatentowanemu absorbentowi typu SuperCore; zapewnia pacjentowi suche środowisko oraz zapobiega przedostaniu się płynów na podłogę; hydrofobowa, oddychająca warstwa spodnia spełnia funkcję bariery dla drobnoustrojów; op. 20szt		op	20				
	RAZEM							

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry graniczne.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy