



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych

PYTANIE 1 : Dotyczy części nr 1. Czy Zamawiający dla pozycji 1 załącznika nr 4.1 dopuści zestaw bez materiału kontrolnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 1 poz. 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Dotyczy części nr 1. Czy Zamawiający dla pozycji 1 załącznika nr 4.1 wyrazi zgodę na 8 miesięczny termin przydatności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 odczynników do oznaczania IgE całkowitego z terminem przydatności do użycia 8 miesięcy od daty dostawy.


PYTANIE 3 : Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie kontroli do odczynników do IgE całkowitego na jednym poziomie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kontroli do odczynników do IgE całkowitego na jednym poziomie.

PYTANIE 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników do IgE całkowitego oraz IgE specyficznego z datą ważności minimum 6 miesięcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników do oznaczania IgE całkowitego oraz odczynników do oznaczania IgE swoistego z terminem przydatności do użycia 6 miesięcy od daty dostawy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach


mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych