




Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych

PYTANIE 1 : Dotyczy pakietu nr 1 Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania w ramach pakietu nr 1, obok istniejących zapisów specyfikacji, również szwu o następującej charakterystyce: „szew wchłaniany, monofilamentowy składający się z glikolidu, kaprolaktanu, węglanu trimetyleny oraz laktydu o podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 50%-60% pierwotnej wytrzymałości po 5 dniach oraz nie mniej niż 20%-30% wytrzymałości węzła po 10 dniach, o czasie wchłaniania do 56 dni, bez środka antybakteryjnego.” Oferując nici o powyższej charakterystyce, jednocześnie prosimy o uwzględnienie wszystkich poniższych propozycji, oprócz obecnych zapisów SIWZ: Poz. 1 – igły 26mm, 2. Poz. 2 – igły 27mm,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych