

Katowice dn. 05.01.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii D/ZP/381/111B/16

Pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

I. SIWZ, V warunki udziału w postępowaniu, punkt 1c

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację wymagania postawionego w punkcie 1c dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej i uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli przedstawi co najmniej 2 dostawy aparatury RTG, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto? Z uwagi na to, iż aparaty z ramieniem C należą do grupy urządzeń rentgenowskich, to doświadczenie nabyte podczas dostaw i instalacji stacjonarnych czy mobilnych aparatów rtg oraz tomografów komputerowych jest współmierne do doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zamawiający nie zgadza się na modyfikację wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w SIWZ

Pytanie nr 2

Szanowni Państwo,

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający rozszerzy przedmiot przetargu dotyczącego dostawy aparatu RTG z ramieniem C, o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązek wykonywania przez pracowników jednostek ochrony zdrowia tzw. testów podstawowych, wynika z Rozporządzenia z dnia 12 listopada 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. rok 2015, poz. 2040). Ich szczegółowy zakres, określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Moment zakupu aparatu diagnostycznego jest doskonałym momentem na zakup sprzętu do kontroli jakości, którego koszt jest nieporównywalnie mały względem cen takich urządzeń jak tomograf, rezonans czy zwykły aparat rentgenowski.

Reasumując, Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć urządzenia diagnostyczne powinni wraz z zakupem urządzenia otrzymać właściwy zestaw do przeprowadzenia testów podstawowych. Dodatkowo, dokonanie stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozszerzenie przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli jakości wiąże się w ogólnym rozrachunku z pokaźnymi oszczędnościami po stronie Zamawiającego.

Jako jedyny Polski producent sprzętu do testowania aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej oraz radioterapii pragniemy zaoferować Zamawiającemu merytoryczne wsparcie udzielając wszelkich informacji na temat przyrządów do kontroli jakości. Uzyskane wiadomości mogą okazać się szczególnie przydatne przy przygotowywaniu SIWZ, zwłaszcza opisu przedmiotu zamówienia, jego modyfikacji, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Zainwestowanie w sprzęt do kontroli jakości, pozwoli nie tylko spełnić wymagania prawne, ale i da Państwu pewność, że cała aparatura diagnostyczna stale funkcjonuje prawidłowo i gwarantuje najwyższą jakość diagnostyki w Państwa pracowniach obrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy opisanym w SIWZ przedmiocie zamówienia

Pytanie nr 3

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym nr j.w., jako poddostawca (artykuły ochrony rtg) dla firm oferujących aparat rtg z ramieniem C, zwracam się z zapytaniem o bardziej szczegółowe określenia wymaganych przez Państwa fartuchów ochronnych rtg, a mianowicie:

1) rodzaj fartuchów - czy z ochroną jednostronną czy z ochroną dwustronną

2) Jeżeli z ochroną dwustronną:

a) czy mają to być fartuchy jednoczęściowe typu płaszcz, poncho lub "na zakładkę" - odpowiednio modele 8201, 8200TS lub 8250 - pokazane w załączonym katalogu na str. 2

b) czy dwuczęściowe tzn. kamizelka + spódnica - odpowiednio model 830VS lub 835VS - zalecany do DŁUGICH zabiegów - Użytkownik nie czuje ciężaru fartucha na plecach

3) poziom ochrony :

a) 0.50 mm Pb lub 0.35 mm Pb - dla fartuchów o ochronie TYLKO z przodu

b) 0.50 lub 0.35 mm Pb przód - a z tyłu 0.50, 035 Pb lub 0.25 mm Pb

Standardowa ochrona bloku operacyjnym to dla fartuchów jednostronnych 0.50 mm Pb i dla fartuchów o ochronie dwustronnej przód 0.50 mm Pb i tył najczęściej 0.25 mm Pb.

Ponadto, proszę o informację, czy okulary ochronne przeznaczone są dla osób NIE NOSZĄCYCH okularów czy przeiwują Państwo zakup okularów korekcyjnych - w ramach zalupu 6 szt. jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartuchów jednostronnych o równoważniku 0,35 mm Pb, wykonany z materiału lekkiego typu Xenolite NL lub równoważnego wraz z osłonami tarczyc w formie stójki ze "ślimakiem" i zapięciem typu "rzep" o równoważniku 0,5 mmm Pb oraz okulary ochronne o równoważniku minimum 1,0 mm Pb z bocznymi szklami ochronnymi.

Pytanie nr 4

Dotyczy punktu II.6. załącznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z maksymalnym prądem radiografii cyfrowej 8mA. Technologia aparatu umożliwia wykonywanie zdjęć w radiografii cyfrowej w wysokiej i w pełni diagnostycznej jakości bez konieczności używania wyższych niż 8mA prądów.

Odpowiedź:Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy punktu II.9. załącznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C ze skopią pulsacyjną 1 puls /sekundę. Aparat posiada funkcję skopi ciągłej więc nie ma potrzeby w skopi pulsacyjnej używania więcej niż 1 puls / sekundę, dodatkowo 1 puls / sekundę znacznie ogranicza dawkę promieniowania na jaką jest narażony personel podczas zabiegu/operacji.

Odpowiedź:Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytania nr 6

Dotyczy punktu III.5. załącznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z pojemnością cieplną kołpaka 1140 kHU.Wartość o 60 kHU mniejsza w stosunku do wymaganej w żaden sposób nie wpływa na jakość uzyskiwanego obrazu.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie aparatu RTG z ramieniem C z pojemnością cieplną kołpaka 1140 kHU. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy punktu VII.4. załącznika nr 4 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z nagrywarką CD do rejestracji obrazów statycznych na płytach CD. Aparat ma możliwość zapisu zdjęć na pamięci USB, która w obecnych czasach jest najwygodniejszą i najszybszą formą archiwizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 7 tygodni, od dnia zawarcia umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający. Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wykonania umowy do 8 tygodni od dnia jej zawarcia.

W związku z powyższym zmianie ulega :

- § 2 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić aparat oraz wykonać testy akceptacyjne w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru aparatu podpisanym bez zastrzeżeń i opieczętowanym przez obie Strony. Szkolenie aplikacyjne oraz szkolenie z zakresu obsługi technicznej wskazanych pracowników Zamawiającego wykonawca przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnej decyzji PWIS w terminie do 7 dni od dnia jej uzyskania.
- Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (w załączeniu)
- Punkt IV. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawa, instalacja, uruchomienie, wykonanie testów akceptacyjnych aparatu RTG z ramieniem C w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Szkolenie aplikacyjne oraz szkolenie z zakresu obsługi technicznej wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia uzyskania pozytywnej decyzji PWIS

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź:Zamawiający jako dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 10

Dotyczy punktu IX..6. załącznika nr 4 do SIWZ i ust.6 § 3 Projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie również odrębnego czasu dla napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy- do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Wyjaśniamy, że czas naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia; w przypadku konieczności wymiany części zamiennych która jest sprowadzana od producenta z Niemiec termin 5 dni roboczych jest niewystarczający ze względu na czas niezbędny na sprowadzenie (transport) danej części. Natomiast za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie w/w propozycji.

Odpowiedź:Zamawiający zmienia

- zapis § 4 ust. 6, który otrzymuje brzmienie : Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego aparatu w czasie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.
- zapis punktu IX.6 załącznika nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie : Naprawy w okresie gwarancji - do 7 dni roboczych

Pytanie nr 11

Dotyczy punktu IX..6. załącznika nr 4 do SIWZ i ust.7 § 3 Projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego

pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatawanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź:Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego tj. powyżej 7 dni roboczych.)

W związku z powyższym :

- ~ § 4 ust. 7 zostaje wykreślony ze wzoru umowy a ust. 8 od 13 otrzymują odpowiednio numerację od 7 do 12.
- ~ § 5 ust.1b otrzymuje brzmienie : za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia

Pytanie nr 12

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 8 (odstąpienia od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o modyfikację zapisu w ust.7 § 5 Projektu Umowy wg poniższego zapisu:

„W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze tożsame z aparatem w celu bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

i w pkt. IX.6. załącznika nr 4 do SIWZ wg poniższego zapisu

„(...) lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego po 7 dniach roboczych”

Odpowiedź:Zapisy § 4 ust. 7 zostają wykreślone ze wzoru umowy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 i 11.

Pytanie nr 13

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie zostanie obciążony karami umownymi?

Odpowiedź:Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 i 12 Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do ust.1a) § 5 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 5ust.1lit.a wzoru umowy dotyczących wysokości kary umownej.

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do ust.1b) § 5 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w naprawie gwarancyjnej. Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:Zamawiający nie zmienia zapisów § 5ust.1lit.b wzoru umowy dotyczących wysokości kary umownej z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 16

W nawiązaniu do ust.1c) § 5 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:Zamawiający nie zmienia zapisów § 5ust.1 lit. c wzoru umowy.

Pytanie nr 17

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o obciążenie karą umowną także Zamawiającego, (w wysokości jak przewidziana dla Wykonawcy), za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy poprzez dodanie proponowanego zapisu.

Pytanie nr 18

Dotyczy punkt II.4 opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści aparat którego maksymalna wartość prądu fluoroskopii ciągłej $\geq 4\text{mA}$? Jest to wartość jedynie minimalnie niższa od opisanej która w żaden sposób nie przekłada się na jakość obrazowania. Dodatkowo preferowane przez nas urządzenie posiada wartość prądu fluoroskopii pulsacyjnej na poziomie 20mA co jest idealnym rozwiązaniem przy badaniu pacjentów otyłych.

Powyższe pytanie obejmuje jedynie szczegóły techniczne **nie mające wpływu na użyteczność kliniczną, ergonomię czy bezpieczeństwo.**

Odpowiedź:Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej

nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:Zamawiający nie wprowadza proponowanych zapisów do wzoru umowy.

Pytanie nr 20

Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:Zamawiający nie wprowadza proponowanych zapisów do wzoru umowy

Pytanie nr 21

Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - (a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - (c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugoda lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia

Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź:Zamawiający nie wprowadza proponowanych zapisów do wzoru umowy

Pytanie nr 22

Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy

Pytanie nr 23

Dotyczy Zał. 1- formularz ofertowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Odpowiedź:W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać całkowitą wartość netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24

Dotyczy SIWZ VI.2

Prosimy o możliwość dostarczenia oświadczenia dot. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie elektronicznej lub faxem, w szczególności gdy trzeci dzień wypada w poniedziałek i z uwagi na odległość brak jest możliwości dostarczenia w/w dokumentu w oryginale.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z punktem VII SIWZ dopuszcza możliwość przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z wyłączeniem oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Pytanie nr 25

Dotyczy Zał. 4- II „Generator” punkt 9 „Skopia pulsacyjna w zakresie od 1 do 15 pulsów/s”

W celu umożliwienia naszej firmie złożenia ważnej oferty prosimy o dopuszczenie do postępowania dedykowanego do zabiegów Neurochirurgii, systemu RTG typu ramię C z częstotliwościąskopii pulsacyjnej w programach:

A. Fluoroscopia ciągła;

B. Fluoroskopia półdawkowa (z połową dawki promieniowania) i częstotliwością 12,5 pulsów/sekundę;

C. Fluoroskopia ćwierćdawkowa – z częstotliwością 6,25 pulsów/sekundę.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu RTG z częstotliwością skopii pulsacyjnej w ww. wymienionych programach

Pytanie nr 26

Dotyczy Zał. 4- VIII. Archiwizacja punkt 5. „ Drukarka laserowa umożliwiająca wydruk wybranych obrazów”

W systemach RTG typu ramie C dedykowaną drukarką do archiwizacji obrazów jest drukarka termiczna umożliwiająca jednoczesny wydruk do 6 obrazów na 1 stronie.

Czy zamawiający dopuści system z drukarką termiczną umożliwiającą drukowanie obrazów z monitora podglądu na żywo (lewego) na papierze lub po badaniach z możliwością drukowania 1, 2, 4 lub 6 obrazów na jednym arkuszu w orientacji poziomej lub pionowej? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej konkurencyjnej oferty w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu z drukarką termiczną umożliwiającą drukowanie obrazów z monitora podglądu na żywo (lewego) na papierze lub po badaniach z możliwością drukowania 1, 2, 4 lub 6 obrazów na jednym arkuszu w orientacji poziomej lub pionowej

Pytanie nr 27

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. II.6.

Czy Zamawiający dopuści aparat z prądem radiografii cyfrowej do 13 mA? Taka wartość prądu radiografii cyfrowej jest wartością wystarczającą do wykonania wszelkich zdjęć cyfrowych w trakcie lub poza zabiegami do których będzie użytkowany przedmiotowy aparat.

Odpowiedź:Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. II.9.

Czy Zamawiający dopuści aparat ze skopią pulsacyjną w zakresie od 0,5 do 10 pulsów/s? 10 pulsów/s jest to niewiele mniejsza wartość od wymaganej przez Zamawiającego i nieznacznie wpływająca na wykonywanie badań, jednocześnie umożliwiając wykonywanie wszelkich zabiegów do których Zamawiający planuje przeznaczyć przedmiotowy aparat.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie aparatu ze skopią pulsacyjną w zakresie 0,5 do 10 pulsów/s.

Pytanie nr 29

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. III.5.

Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością cieplną kotłaka wynoszącą 1100 kHU? Parametry cieplne lampy RTG należy rozpatrywać kompleksowo w połączeniu z pojemnością cieplną anody i szybkością chłodzenia. Aparat RTG, który planujemy zaoferować wyposażony jest w wysokiej jakości lampę charakteryzującą się wprawdzie nieznacznie mniejszą pojemnością cieplną kotłaka, ale za to ma znacznie lepsze wartości pojemności cieplnej anody 101 kHU i szybkość chłodzenia 55 kHU/min co powoduje, że całkowita ocena parametrów cieplnych tej lampy wypada znacznie lepiej niż lama o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną kotłaka wynoszącą 1100kHU

Pytanie nr 30

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. VIII.1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga eksportu obrazów przez port USB w jednym z formatów TIFF lub BMP lub JPG. Każdy z wymienionych formatów jest formatem, który może być odtworzony na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga eksportu obrazów przez port USB w jednym z formatów TIFF lub BMP lub JPG

Pytanie nr 31

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. VIII.5

Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w drukarkę termiczną jako drukarkę do wydruku wybranych obrazów z wykonanego zabiegu. Drukarka termiczna jest drukarką powszechnie stosowaną w tego typu aparatach do dokumentacji przeprowadzonego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z drukarką termiczną

Pytanie nr 32

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. IX.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „*Naprawy w okresie gwarancji – do 5 dni roboczych lub obowiązek dostarczenia aparatu zastępczego, jako dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*”?

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia jest urządzeniem wymagającym specjalistycznych dopuszczeń do pracy (np. zgody SANEPID-u). Zanim więc sprzęt zastępczy zostanie dopuszczony do użytkowania minie około 7 dni, a w tym czasie Zamawiający będzie już mógł korzystać z urządzenia podstawowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Zamawiający jako dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. IX.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „*W okresie gwarancji gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.*”?

Zgodnie z przepisami prawa, w ramach instytucji gwarancji Wykonawca odpowiada jedynie za wady, za które ponosi odpowiedzialności, czyli de facto wady, które tkwiły w rzeczy sprzedanej w chwili sprzedaży (najczęściej wady konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne). Tym samym podawanie tego rodzaju „wyjątku” jest zbędne i zbyt zawężone.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów pkt. IX.7 Załącznika nr 4 do SIWZ

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, pkt. IX.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „*Okres **zapewnienia** zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat*”?

W celu doprecyzowania i ujednoclenia z postanowieniami wzoru umowy. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów pkt. IX.10 załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy rozdziału III pkt. 7 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego ~~bez zastrzeżeń~~ dokumentu z odbioru aparatu RTG z ramieniem C”?

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów rozdziału III pkt. 7 SIWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Sprzęt tak skomplikowany jest produkowany pod konkretne wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ. Czas jego produkcji wynosi około 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia w fabryce. Dodatkowo należy w terminie realizacji zamówienia uwzględnić również termin dostawy do Zamawiającego oraz czas niezbędny do uzyskania wszelkich dopuszczeń do użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 wydłuża termin wykonania umowy do 8 tygodni od dnia jej zawarcia.

Pytanie nr 37

Dotyczy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności na: „Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego ~~bez zastrzeżeń~~ dokumentu z odbioru aparatury medycznej”?

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ w proponowanym brzmieniu. .

Pytanie nr 38

Dotyczy Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego warunków gwarancji na: „Warunki gwarancji: Okres gwarancji wynosi miesiące/miesiący (min. 24 miesiące) od dnia podpisania przez Zamawiającego ~~bez zastrzeżeń~~ dokumentu z odbioru Aparatu RTG z ramieniem C”?

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ w proponowanym brzmieniu.

Pytanie nr 39

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca oświadcza i zapewnia gwarantuje, że aparat: [...]”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 1 ust. 4.

Pytanie nr 40

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §2 ust. 9

Prosimy o potwierdzenie, że certyfikaty odbycia szkolenia otrzymają uczestnicy szkolenia aplikacyjnego, natomiast Pracownicy Działu Aparatury Medycznej otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że certyfikaty odbycia szkolenia otrzymają uczestnicy szkolenia aplikacyjnego, natomiast Pracownicy Działu Aparatury Medycznej otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

W związku z powyższym §2 ust. 9 zdanie drugie wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Przeszkolenie zostanie potwierdzone imiennymi certyfikatami wystawionymi na przeszkolonych pracowników Zamawiającego, z tym, że Pracownicy Działu Aparatury Medycznej otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Pytanie nr 41

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §2 ust. 9

Zamawiający w w/w zapisie umowy powołuje się na spełnianie przez osoby przeprowadzające przeszkolenie pracowników Zamawiającego warunków pozwalających takim osobom na przebywanie w pomieszczeniach Zamawiającego. Czy Zamawiający wyszczególni o jakie warunki chodzi?

Odpowiedź: Warunki obowiązujące u Zamawiającego określone są w§ 7 wzoru umowy.

Pytanie nr 42

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: *„Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu dokumentu odbioru aparatu ~~bez zastrzeżeń~~. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.”?*

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów §3 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 43

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 2

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania zapisów dotyczących gwarancji, wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: *„Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady aparatu nie wynikające z winy Zamawiającego-Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:*

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.”?

Zgodnie z przepisami prawa, w ramach instytucji gwarancji Wykonawca odpowiada jedynie za wady, za które ponosi odpowiedzialności, czyli de facto wady, które tkwiły w rzeczy sprzedanej w chwili sprzedaży (najczęściej wady konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne). Tym samym podawanie tego rodzaju „wyjątku” jest zbędne i zbyt zawężone.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 44

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 3

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania zapisów dotyczących gwarancji, wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany aparatu lub jego poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia aparatu lub jego części (podzespołów) pod warunkiem, że aparat jest eksploatowany w warunkach i w sposób zgodny z instrukcją obsługi.”?

Normalne zużycie eksploatacyjne nie jest wadą rzeczy i nie jest objęte co do zasady instytucją gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 3 wzoru umowy

Pytanie nr 45

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca **zapewnia gwarantuje** naprawę uszkodzonego lub wadliwego aparatu w czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 6, który otrzymuje brzmienie : Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego aparatu w czasie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

Pytanie nr 46

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisów?

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia jest urządzeniem wymagającym specjalistycznych dopuszczeń do pracy (np. zgody SANEPID-u). Zanim więc sprzęt zastępczy zostanie dopuszczony do użytkowania minie około 7 dni, a w tym czasie Zamawiający będzie już mógł korzystać z urządzenia podstawowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 i 12.

Pytanie nr 47

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.”?

Zgodnie z przepisami prawa, w ramach instytucji gwarancji Wykonawca odpowiada jedynie za wady, za które ponosi odpowiedzialności, czyli de facto wady, które tkwiły w rzeczy sprzedanej w chwili sprzedaży (najczęściej wady konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne). Tym samym podawanie tego rodzaju „wyjątku” jest zbędne i zbyt zawężone.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie nr 48

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w/w punktu na: „Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (obejmujące dojazd, robociznę, materiały i części zamienne, które zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wymienione w trakcie przeglądów ~~wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego będą w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowy realizowane przez autoryzowany serwis, o którym mowa w ust. 4 w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden wykonany zostanie w ostatnim miesiącu gwarancji.~~”?

Co do zasady przeglądy nie obejmują napraw tylko czynności wskazane przez producenta do wykonania w trakcie przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie nr 49

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca **zapewnia** gwarantuje wykonanie przeglądu technicznego w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów §4 ust. 11 wzoru umowy.

Pytanie nr 50

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu: „opóźnienie” na „zwłoka”?

Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia w § 5 wzoru umowy terminu „opóźnienie” na „zwłoka”.

Pytanie nr 51

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §5 ust. 1 pkt. a.

Czy Zamawiający wyrazi na zmianę w/w punktu poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Łączna wysokość kar z tego tytułu nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia brutto.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust.1a wzoru umowy.

Pytanie nr 52

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §5 ust. 1 pkt. b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z w/w punktu zapisu o treści: „o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z §4 ust. 7 niniejszej umowy”?

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia jest urządzeniem wymagającym specjalistycznych dopuszczeń do pracy (np. zgody SANEPID-u). Zanim więc sprzęt zastępczy zostanie dopuszczony do użytkowania minie około 7 dni, a w tym czasie Zamawiający będzie już mógł korzystać z urządzenia podstawowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 Zamawiający zmienia zapis § 5 ust.1b, który otrzymuje brzmienie : za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia

Pytanie nr 53

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ~~zwłoka opóźnienie~~ w zrealizowaniu dostawy aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych, **pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym jednak niż 10 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.**”?
Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawnionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka, np. kilka dni. Stąd prośba o zmianę przedmiotowego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 6 ust.2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie : „Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym jednak niż 10 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”

Pytanie nr 54

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007) Wykonawca **oświadcza gwarantuje, że: [...]?**”

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 55

Dotyczy wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ, §4 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że jako dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający jako dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający wymaga wykonania testów specjalistycznych przy dostawie aparatu (oprócz testów odbiorczych)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów akceptacyjnych- odbiorczych przy dostawie aparatu niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgody PWIS na użytkowanie aparatu przez Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Uzyskanie zgody PWIS na użytkowanie aparatu przez Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 58


Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego po uzyskaniu pozytywnej decyzji PWIS, w sytuacji kiedy termin uzyskania zgody na użytkowanie aparatu będzie późniejszy niż termin przekazania przewidziany umową? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego oraz szkolenia z zakresu obsługi technicznej po uzyskaniu pozytywnej decyzji PWIS w terminie do 7 dni od dnia jej uzyskania.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu **16.01.2017r. godz. 10:00**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **16.01.2017r. godz. 10:30.**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersytetu Opolskiego im. prof. K. Górskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rochnowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

D/ZP/381/111B/16

Załącznik nr 1

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY
DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF.KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa Wykonawcy

Siedziba:

Adres zamieszkania*

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę do siedziby Zamawiającego **Aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii** wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników oferuję:

Aparat RTG z ramieniem – według Załącznika nr 4

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa (brutto - z podatkiem VAT):zł

(słownie:.....zł)

Termin dostawy: Dostawa, instalacja, uruchomienie, wykonanie testów akceptacyjnych aparatu RTG z ramieniem C w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Szkolenie aplikacyjne oraz szkolenie z zakresu obsługi technicznej wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia jej uzyskania. pozytywnej decyzji PWIS

Termin płatności: – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru aparatury medycznej.

Warunki gwarancji: Okres gwarancji wynosi miesiące/miesiący (min. 24 miesiące) od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentu z odbioru Aparatu RTG z ramieniem C

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania Zamawiającego.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy (Załącznik nr 7) została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 8) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, że zawrzemy/firma wskazana w ofercie do obsługi serwisowej zawrze przedmiotową umowę na wskazanych warunkach

-Oświadczamy, że następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom;

-Wskazuję następujących podwykonawców: nazwa (firma)

- W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007):

- oświadczamy, że pracownicy Wykonawcy (ew. podwykonawcy) przebywający na terenie Szpitala będą posiadali wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb

- oświadczamy, że pracownicy Wykonawcy (ew. podwykonawcy) przebywający na terenie Szpitala będą posiadali widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentem stanowiącym załącznik A (Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie) oraz w przypadku wyboru naszej oferty wypełnimy i podpiszemy wraz z umową następujące dokumenty:

-załącznik B (Zobowiązanie Wykonawcy)

-załącznik C (Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

-załącznik D (Zasady środowiskowe dla Wykonawców).

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 876.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*i dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników w spółce cywilnej