

# UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*  
*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

Katowice dn. 17.08.2016r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz protez i balonów do zabiegów endoskopowych - **D/ZP/381/73A/16**

### Pytanie nr 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 14 umowy, który otrzymuje brzmienie : „Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że niewykorzystany limit nie przekroczy 20%”.

### Pytanie nr 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe netto nie ulegną podwyższeniu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 3 ust. 2 umowy.

### Pytanie nr 3

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 3 proponowanego zapisu.

### Pytanie nr 4

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 3 umowy proponowanego zapisu.

# UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

## Pytanie nr 5

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w § 5 ust. 1 a, b, c umowy.

## Pytanie nr 6

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku, gdy:”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 6 ust. 2 umowy.

## Pytanie nr 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„ustawowej zmianą stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 7 ust. 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

4. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
  - a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
  - b) zmiany przez producenta numeru katalogowego Wyrobu medycznego objętego umową
  - c) zmiany producenta Wyrobów medycznych - w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie wyższej niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że Wyroby medyczne które mają być dostarczane odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.  
Zmiany określone w ust. 4 pkt b), c), wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany określone w ust. 4 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.
5. Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
  - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
  - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnepod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany.  
Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:
  - a) wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

# UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

b) uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy,

c) propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy.

## Pytanie nr 8

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przełać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 7 umowy.

## Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 i 2 koszy o śr. 20 lub 25mm (zamiast 22mm).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie balonów o trzech śr. 9-13-16mm z ujściem kontrastu za balonem tj. w części dystalnej cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

## Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie balonów o trzech śr. 9-13-16mm z ujściem kontrastu za balonem tj. w części dystalnej cewnika.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 7

Prosimy o dopuszczenie rozszerzadła 8,5/5 Fr. (zamiast 8/5 Fr.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

## Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby rozszerzadła charakteryzowały się innym kolorem w zależności od średnicy (w celu łatwej identyfikacji)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

## Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby przewodniki charakteryzowały się innym kolorem w zależności od średnicy (w celu łatwej identyfikacji)?

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

# UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*  
*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

---

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o dł. 180 cm, na prowadnik 0,035 cala, kompatybilne z posiadanymi endoskopami?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby wraz z protezą, w sterylnym pakiecie znajdował się plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w ramach pozycji nr 2 dopuści sondę z pętlą alfa i prostą końcówką lub sondę bez pętli alfa, lecz z końcówką typu pig-tail?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści balony progresywne dostępne jedynie w nast. rozmiarach:

- dł. 30mm, śr. 6-7-8mm, 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13,5-15mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 19**

Dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, w ramach pozycji 1, 2, 3 następującego, uniwersalnego zestawu:

- jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, kompatybilne z posiadanymi przez Szpital endoskopami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 20**

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, kompatybilne z posiadanymi przez Szpital endoskopami?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

# UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

---

## Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści kleszcze ze szlifowanym końcem dystalnym na odcinku 20cm, z rączką z tworzywa połączoną ze spiralą gumowym przegubem i dostępne w długością 160cm i 230cm?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 34

Czy Zamawiający wymaga, aby chwytaki wyposażone były w port do płukania?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 37

Czy Zamawiający dopuści balony współpracujące z przewodnikami o śr. max. 0,035 cala (zamiast 0,038 cala)?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 41

Z uwagi na używanie igieł w różnych częściach przewodu pokarmowego czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby igły były dostępne w kilku rozmiarach, propozycja:

- śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
- śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
- śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm

(do wyboru przy zamówieniu) i czy wymaga, aby w komplecie wraz z igłą znajdowała się strzykawka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

## Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 balonów trójkanałowy do ekstrakcji złożeń o maksymalnej średnicy balonu tylko do 18mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

## Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o rozdzielanie pakietu nr 14 z możliwością złożenia oferty na poszczególne pozycje i dopuszczenie w poz 1 protez do dróg żółciowych cienkościennych z zagięciem dwunastniczym i środkowym o średnicy: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr i długości protez: 5,7,9,12,15,18cm?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o rozdzielanie pakietu nr 15 z możliwością złożenia oferty na poszczególne pozycje i dopuszczenie w poz 1 protez do dróg żółciowych cienkościennych typu podwójny pigtail ze znacznikiem od strony proksymalnej o średnicy: 7 Fr, 10 Fr i długości protez: 3,5,7,10,12,15cm?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

---

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

[www.uck.katowice.pl](http://www.uck.katowice.pl)

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

# UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

## Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie pakietu nr 17 z możliwością złożenia oferty na poszczególne pozycje i dopuszczenie w poz 2 sond nosowo-żółciowych do drenażu dróg żółciowych: cewnik typu „pigtail” wykonany z materiału o przedłużonej drożności odporny na załamania, z hydrofilnym pokryciem końca dystalnego z bocznymi otworami drenującymi, w zestawie znajduje się miękka rurka do przeprowadzania cewnika przez nos, długość robocza 250cm, dostępne średnice: 6Fr, 7.5, 8.5 Fr?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 zestawów do opaskowania żyłaków przełyku zawierających 7 opasek wykonanych z materiału hypoalergicznego, głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki, do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

## Pytanie nr 30

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 40 poz. 10: Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w poz. 10 prosimy o uszczegółowienie podanego opisu?

Odpowiedź: Przyłączyć pomocniczego doprowadzenia wody kompatybilne z częścią Olympus MH-974

## Pytanie nr 31

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – **pakiet 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie balonów jednorazowych trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

## Pytanie nr 32

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – **pakiet 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie w pozycji 1 oraz pozycji 2 prowadnic jednorazowego użytku, średnica 0,035" lub 0,025" do wyboru sztywność zwykła lub miękka długość robocza 4500mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

# UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 33

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – **pakiet 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie - pozycja 1 oraz pozycja 2 prowadnic jednorazowego użytku, średnica 0,035" lub 0,025" do wyboru sztywność zwykła lub miękka długość robocza 4500mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki

na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; *fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu*

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 34

dotyczące zapisów umowy, SIWZ VIII pkt. akapit pierwszy - dotyczący dokumentów dopuszczających oraz opisu przedmiotu zamówienia **pakiet 40:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczych pozycji w pakiecie 40 (np. poz. 14, 17, 18 uszczelki, poz. 12. poz. 13), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa?

*Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego są przeznaczone opisane przez Zamawiającego elementy*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poszczególnych pozycjach asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym.

## Pytanie nr 35

### Pakiet 30

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o długości 230cm, pakowane w sterylne pakiety po 10 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 36

### Pakiet 37

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe balony do rozszerzania wpustu w achalazji, o długości balonu 80mm i średnicach 30 i 34mm, dostosowane do prowadnicy 0,035".

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 37

### Pakiet 38

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe balony do rozszerzania zwężeń przelyku z atraumatyczną końcówką, o długości balonu 80mm i średnicach balonu od 12mm do 20mm z odstępem 2mm, o długości cewnika 180mm i średnicy <2,8mm.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

[www.uck.katowice.pl](http://www.uck.katowice.pl)


REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597

# UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

Ponadto w Pakiecie nr 32 w pozycji nr 1 Zamawiający wymaga jednorazowych pętli elektrochirurgicznych z drutu monofilamentowego o grubości 0,3mm, kształtu owalnego, o średnicach 15 i 25mm, długości  $\geq 230$ cm, w osłonie o średnicy  $< 2,8$ mm - **pakowanych po 10 sztuk w pakiecie w oddzielnych opakowaniach – ilość opakowań 60.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr inż. ...  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

[www.uck.katowice.pl](http://www.uck.katowice.pl)

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597