



DZP/381/114A/2016

Katowice / 13/01/2017

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych

PYTANIE 1 : do część 5/zał.4.5 (Elementy wyposażenia diatermii VIO 200S (+ przystawka argonowa APC2), p 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej sterylnej sondy endoskopowej śr. 2,3mm, długość 2,2m , wyptyw strumienia plazmy czotowy ?

ODPOWIEDź: Zamawiający w części nr 5 wymaga zaoferowania jednorazowej sondy endoskopowej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 4.5).

PYTANIE 2 : do część 10/zał.4.10 (Akcesoria do diatermii chirurgicznych) p.1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej dzielonej elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, owalnej, nie wymagającej orientacji przyklejania. Dzielona powierzchnia przewodząca 110cm², podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu na obwodzie powierzchni czynnej elektrody. Elektroda współpracuje z system bezpieczeństwa stosowanym w aparatach ERBE VIO 300 i 200 sprawdzającym czy powierzchnia pracująca elektrody neutralnej prawidłowo przylega do skóry pacjenta. Opakowanie zbiorcze (handlowe) zawierające 100szt. elektrod, opakowanie użytkowe 5 sztuk elektrod , każde opakowanie użytkowe zawiera naklejki z kodem identyfikującym produkt w ilości odpowiadającej zawartości opakowania użytkowego.

ODPOWIEDź: Zamawiający w części nr 10 wymaga zaoferowania jednorazowej elektrody neutralnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 4.10).

PYTANIE 3 : DOTYCZY PAKIETU NR 10 POZYCJI NR 1 Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku,dzieloną,owalną,hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprzowanie prądu na elektrodzie,niezależną od kierunku aplikacji, wykonaną z nie palnej pianki (włóknina jest palna) o powierzchni przewodzącej 108 cm², powierzchni całkowitej 165cm²,rozmiar elektrody 164x116 mm, elektrody pakowane pojedynczo,elektroda posiada system bezpieczeństwa zintegrowany z aparatami VIO 300 i 200 sprawdzający czy obydwie części elektrody neutralnej prawidłowo przylegają swoja powierzchnią?

ODPOWIEDź: Zamawiający w części nr 10 wymaga zaoferowania jednorazowej elektrody neutralnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 4.10).

PYTANIE 4 : Dotyczy Części nr 7, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod czynnych spełniających wszystkie wymagania SIWZ o długości kabla 320cm (DODATKOWY ATUT – wymagane 300cm).

ODPOWIEDź: Zamawiający w części nr 7 poz. 1 wymaga zaoferowania uchwyty elektrody monopolarnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 4.7), ale dopuszcza możliwość zaoferowania uchwytu elektrody z kablem 3,2m.

PYTANIE 5 : Dotyczy Części nr 10 Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego o powierzchni czynnej 107cm² oraz wymiarach 164x117mm, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupowane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.



ODPOWIEDź: Zamawiający w części nr 10 wymaga zaoferowania jednorazowej elektrody neutralnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 4.10).



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

PYTANIE 6 : Załącznik 4.7 poz.1. Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej z przyciskami z kablem 3,2m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 7 poz. 1 wymaga zaoferowania uchwytu elektrody monopolarnej zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 4.7), ale dopuszcza możliwość zaoferowania uchwytu elektrody z kablem 3,2m.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Signature]
mgr Andrzej Rechiniec
Kierownik Działu Zamówień Publicznych