



DZP/381/102A/2016

Katowice / 06.12.2016

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu

PYTANIE 1 : DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PKT 9 Min 1 gniazdo parkingowe w obudowie aparatu dla dodatkowych głowic TAK. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu wyposażonego w 2 głowice, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu posiadającego 3 aktywne gniazda dla głowic, bez portu parkingowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu posiadającego 3 aktywne gniazda dla głowic, bez portu parkingowego.

PYTANIE 2 : DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SIWZ – UMOWA WZÓR § 4 PKT 6,7,8 Z uwagi na fakt, iż w przypadku konieczności naprawy aparatu z użyciem części zamiennych, które muszą zostać sprowadzone z zagranicy, czas naprawy ulega znacznemu wydłużeniu, zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów na następujące:

6. „Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 (dziesięć) dni roboczych - od chwili zgłoszenia awarii.”

7. „W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 (dziesięć) dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze tożsame z Aparatem w celu bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.”

8. „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) istotne naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Aparatu na nowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do wzoru umowy.


PYTANIE 3 : DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SIWZ – UMOWA - WZÓR § 5 PKT 1 litera d Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu:

e. „w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 4 : DOT. ZAŁĄCZNIKA C DO UMOWY – LISTA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY POINFORMOWANYCH O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania osób, które będą obecne na terenie Szpitala podczas instalacji i uruchomienia sprzętu oraz podczas przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga podania osób, które będą obecne na terenie Szpitala podczas instalacji i uruchomienia sprzętu, podczas przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu oraz podczas wykonywania prac serwisowych (przeglądy techniczne i naprawy w okresie gwarancji).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych