



Do wszystkich wykonawców

Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania stężenia hormonów i markerów nowotworowych wraz z najmem analizatora

1. Pytanie - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Prosimy o wyrażenie zgody, aby na czas dostawy analizatora zastępczego wykonawca pokrywał koszty różnicy oznaczenia wynikające z przedstawionej oferty i ceny innego podmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Pytanie - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- Prosimy o wyrażenie zgody, by dostawa analizatora, instalacja i przeszkolenie pracowników miało miejsce w ciągu 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Pytanie - Dot. Załącznika nr 4- Prosimy o wyrażenie zgody, na zlecenie wykonania parametrów IGF-1 i androstendion na zewnątrz? Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotnie wyników, a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert, ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Pytanie - Dot. Załącznika nr 4 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynnika HBsAg zawierającego w zestawie kalibrator i oddzielnie konfekcjonowaną kontrolę, której koszt uwzględnimy w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

5. Pytanie - Dot. Załącznika nr 4- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kontroli wieloparametrowych i jednoparametrowych na dwóch poziomach, które konfekcjonowane są w inny sposób niż opisany przez Zamawiającego. Dla większości parametrów oferujemy kontrole wieloparametrowe z wyjątkiem HBsAg dla którego oferujemy kontrolę jednoparametrową. Jednocześnie prosimy o podanie harmonogramu wykonywania kontroli przez Zamawiającego w celu prawidłowego oszacowania liczby opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kontroli opisanych w pytaniu. Jednocześnie informuje iż kontrole jakości wykonywane są codziennie na 2 poziomach .

6. Pytanie - Dot. Załącznika nr 4 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dedykowanych przez producenta rozcieńczalników do testów, które konfekcjonowane są w inny sposób niż opisany przez Zamawiającego; Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ilości rozcieńczalnika zgodnej z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

7. Pytanie - Dot. Załącznika nr 4 Parametry wymagane

a. Prosimy o zmianę zapisu na: "odczynniki powinny być kompatybilne z zaoferowanym analizatorem

b. Prosimy o zmianę zapisu na: "krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym, wczytywana automatycznie do analizatora"

c. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dla zestawów hormonów i markerów nowotworowych, kalibratorów, które konfekcjonowanych są oddzielnie. Liczba opakowań zgodna z wymogami producenta zostanie uwzględniona i wyceniona w formularzu cenowym.

d. Prosimy o wyrażenie zgody by odczynniki dla TSH i fT4 konfekcjonowane były w opakowania o wielkości 200 ozn.

e. Prosimy o wyrażenie zgody aby ważność nie otwartego opakowania odczynników oraz materiałów kontrolnych wynosiła 6 m-cy.

f. Prosimy o wyrażenie zgody by dla 4 parametrów okres ważności po otwarciu był krótszy niż 3 miesiące

Odpowiedź: dla a,b,c,d – TAK dla e , f – NIE

8. Pytanie - Dot. Załącznika nr 5.Lp.1. prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu: "Analizator do oznaczania stężenia hormonów metodą chemiluminescencyjną, nowy lub używany (...)"

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do opisu w zakresie objętym pytaniem.

9. Pytanie - Dot. Załącznika nr 5.Lp.8 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora , którego wydajność rzeczywista wynosi 170 ozn./godz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

10 . Pytanie - Dot. Załącznika nr 5.Lp.12. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zaoferowania testu do oznaczania PTH , który rutynowo oznaczany jest w czasie 18 min. Zamawiający również oczekuje dodatkowego przeszkolenia?


Odpowiedź: NIE

11. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy- Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 3 miesiące?

Odpowiedź: NIE

- 12. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 2 ust. 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. *„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.* Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 13. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 21 dni?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 14. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy analizatora wynosił 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 15. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ustępu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 16. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §5 ust. 5 wzoru umowy wyrażenia „od daty otrzymania” na „od daty wystawienia”. Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 17. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 5 ust. 6, par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy? Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: „(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 18. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 7 ust. 4 Prosimy o dodanie brzmienia: „po warunkiem uznania reklamacji za uzasadnioną”.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 19. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na „Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zapłaty kary umownej:”
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 20. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 8 ust. 1 pkt a) i b), d), e), Par. 8 ust. 2, Par. 10 ust. 2 pkt a) i c) „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej – nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka”?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 21. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 8 ust. 1 pkt c) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy i wynosiła 5% niezrealizowanej wartości umowy? Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 22. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 5 ust. 3
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem

- 23. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 24. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 10 ust.2 pkt b) i c) Prosimy o dodanie zwrotu: „nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 25. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 26. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności oraz uzyskaniu zgody podmiotu tworzącego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 27. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Prosimy o zmianę par. 2 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy poprzez zmianę na :
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych, tj. do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych, oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami wskazanymi w Umowie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 28. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Prosimy o zmianę par. 2 ust. 1 zdanie drugie Umowy poprzez zmianę na :
Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników procesu realizacji Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 29. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Prosimy o zmianę par. 2 ust. 5 poprzez zmianę zobowiązanie do do przedstawienia oświadczenia wykazującego na oświadczenie o stosowaniu właściwych środków zabezpieczenia danych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 30. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Par. 2 ust. 9 prosimy o skreślenie sformułowania : *oraz do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy.*
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 31. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** Prosimy o skreślenie ust. 10 i 11 paragrafu 2. Zapisy te są niezwiązane z przedmiotem Umowy czyli przetwarzaniem danych osobowych. Obowiązki Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych określone są ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem
- 32. Pytanie - Dotyczy wzoru umowy-** . Dot. par. 5 ust. 1 Prosimy o zmianę z "każde stwierdzone" na "każde stwierdzone przez odpowiedni organ".
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem


D Y R E K T O R
Danusz Jorg