



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej

PYTANIE 1 : Część 2 – defibrylator (4 szt.) Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie energii w trybie AED od 150 do 360J?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 2 defibrylatora o parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 4.2 SIWZ.

PYTANIE 2 : Część 2 – defibrylator (4 szt.) Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o pomiarze częstości pracy serca w zakresie 30-300 uderzeń/minutę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 defibrylatora o pomiarze częstości pracy serca w zakresie 30-300 uderzeń/minutę.

PYTANIE 3 : Część 2 – defibrylator (4 szt.) Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości pomiaru respiracji? Do tego typu zabiegów służą inne wyspecjalizowane urządzenia, typu kardiomonitor. Podstawowym zadaniem defibrylatora jest bezpośrednie ratowanie życia. Toteż wymaganie parametru pomiaru respiracji nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i stanowi jedynie sztuczną blokadę parametrów innych czołowych producentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 defibrylatora bez możliwości pomiaru respiracji.

PYTANIE 4 : Część 2 – defibrylator (4 szt.) Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie częstotliwości impulsów od 30 do 180 impulsów/minutę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 defibrylatora o zakresie częstotliwości impulsów od 30 do 180 impulsów/minutę.

PYTANIE 5 : Część 2 – defibrylator (4 szt.) Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek pod defibrylator z półką na akcesoria?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 2 wózka pod defibrylator z półką na akcesoria.

PYTANIE 6 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 9 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator bez nawilzacza aktywnego? Powszechnie stosowane jest nawilżanie bierne, filtry z wymiennikami ciepła i wilgoci – czyli rozwiązania efektywniejsze i tańsze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 respiratora o parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 4.5 SIWZ.

PYTANIE 7 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym ciśnienie wspomagania PSV jest w zakresie od 0 do 60 cmH₂O?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 respiratora o parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 4.5 SIWZ.

PYTANIE 8 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym czas narastania przepływu można ustawić jako wolny, średni i szybki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 respiratora o parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 4.5 SIWZ.

PYTANIE 9 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 85 Czy Zamawiający dopuści czujnik przepływu wielorazowego użytku, który nie jest przeznaczony do sterylizacji parowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 poz.85 czujnika opisanego w Załączniku nr 4.5 SIWZ.

PYTANIE 10 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 126 Czy Zamawiający dopuści ekran aparatu do znieczulania mniejszy niż 10" ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 aparatu do znieczulania z ekranem opisanym w Załączniku nr 4.5 SIWZ.

PYTANIE 11 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 132 Czy Zamawiający dopuści montaż monitora do aparatu na ramieniu, które nie ma dodatkowego zasilania? Monitor jest zasilany z dodatkowych gniazd 230V, które posiada aparat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 5 powyżej opisanego rozwiązania.

PYTANIE 12 : Część nr 5 – Respirator i aparat do znieczulania. Lp. 153 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiótczenia mięśniowego realizowany przez zewnętrzny monitor NMT, z możliwością jego wykorzystania na dowolnym stanowisku do znieczulania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 aparatu do znieczulania z pomiarem zwiótczenia mięśniowego opisanego w Załączniku nr 4.5 SIWZ.

PYTANIE 13 : Część 3 – pompa infuzyjna strzykawkowa (18 szt.) Lp. nr 4 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy strzykawkowej o szybkości dozowania dawki w zakresie 0,1-1200ml/h? *Z klinicznego punktu widzenia maksymalna szybkość dawki jaka jest wykorzystywana w pompach to 1200ml/h. Większa szybkość nigdy nie jest wykorzystywana w przypadku infuzji leków do pacjenta ze względu na bezpieczeństwo.*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 postępowania pompy strzykawkowej o szybkości dozowania dawki w zakresie 0,1-1200ml/h.

PYTANIE 14 : Część 3 – pompa infuzyjna strzykawkowa (18 szt.) Lp. nr 11 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy strzykawkowej o maksymalnej szybkości dozowania Bolusa 1200 ml/h ?

Z klinicznego punktu widzenia nie wykorzystuje się większej prędkości niż 1200 ml/h ze względu na bezpieczeństwo pacjenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 pompy strzykawkowej o maksymalnej szybkości dozowania Bolusa 1200 ml/h.

PYTANIE 15 : Część 3 – pompa infuzyjna strzykawkowa (18 szt.) Lp. nr 20 Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy strzykawkowej o czasie pracy akumulatora na poziomie 10 godzin przy przepływie 5 ml/h?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 3 pompy strzykawkowej o czasie pracy akumulatora na poziomie 10 godzin przy przepływie 5 ml/h.


Dariusz Jorg