

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w pomieszczeniach należących do Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej zlokalizowanego docelowo na siódmym piętrze segmentu B budynku Głównego Zespołu Klinicznego UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Oddział łóżkowy – piętro 7 segment B (B.31 – B.7.01 sala chorych 3 – osobowa; 7.28 – B.7.02 sala chorych 3 – osobowa; 7.27 – B.7.03 sala chorych 3 – osobowa; 7.25 – B.7.04 sala chorych 3 – osobowa; 7.22 – B.7.05 sala chorych 3 – osobowa; 7.21 – B.7.06 sala chorych 3 – osobowa; B.7.14 sala chorych 1 – osobowa) Łóżko szpitalne czterosegmentowe – 19 sztuk; szafka przyłóżkowa – 19 sztuk:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada segmenty leża wypełnione odejmowaną siatką metalową?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada szczyty bez możliwości blokady do transportu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada koła o średnicy $\varnothing 125$ mm blokowane indywidualnie po przekątnej (jedno koło od strony nóg i drugie koło od strony głowy pacjenta)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada materac dopasowany do leża o grubości 120 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada leże o wymiarach: 1960 x 865 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada szerokość całkowitą z poręczami bocznymi wynoszącą 1018 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne czterosegmentowe, które posiada wysokość leża wraz z materacem wynoszącą 62 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada kosza na butelki mocowanego na ścianie bocznej?

Odpowiedź: Szafka musi posiadać kosz na butelki, który może być przymocowany do szafki w innym miejscu niż boczna ścianka.

7.07 – B.7.13 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – Fotel ginekologiczny – 1 sztuka:

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który posiada elektryczną regulację wysokości siedziska w pozycji fotelowej w zakresie 560 – 860 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który posiada elektryczną regulację wysokości leża w pozycji poziomej w zakresie 780 – 1080 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który posiada regulację siedziska w zakresie -65° do $+10^{\circ}$?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który posiada długość całkowitą w pozycji poziomej z segmentem podudzia wynoszącym 1750 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który nie posiada podglówka?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który posiada nie chowane podłokietniki dla pacjentki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który posiada możliwość wyboru bezszwowej tapicerki z palety 10 kolorów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie, który nie posiada lampki zabiegowej LED mocowanej do ramy nośnej fotela?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że miejsce zabiegu będzie odpowiednio oświetlone w inny sposób.

Pytanie 17: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie: czy Zamawiający przez fotel ginekologiczny 3 – segmentowy rozumie fotel z: segmentem oparcia pleców, segmentem siedzenia oraz dodatkowym segmentem podudzia montowanym do fotela w siedzisku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy SZ_P

Pytanie 18: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby szafka przyłóżkowa była łatwo zmywalna i posiadała powierzchnie łatwe do dezynfekcji dzięki zabudowanej, kontenerowej konstrukcji wykonanej z jednolitego odlewu tworzywowego ABS o gładkiej powierzchni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą pojedyncze drzwiczki oraz jednostronnie otwieraną szufladę? Szafka umożliwia ustawienie po obu stronach łóżka.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą blat boczny w postaci wysuwanego blatu z frontu szafki z miejscem na kubek i długopis o stałej wysokości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach, szerokość 485mm, długość 485mm, wysokość 810mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 485mm x 485mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 485mm x 300mm?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy SZ_P w Sali chorych 1-0sobowej B.714

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym i stałym wykonanymi z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dwoma, obustronnie wysuwanymi szufladami (dolną i górną)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z koszem na butelki umieszczonym w dolnej szufladzie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach, szerokość 510mm, długość 485mm, wysokość 930mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego 730mm – 1100mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 410mm x 380mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 600mm x 350mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31: Czy Zamawiający będzie dodatkowo wymagał, aby w Sali chorych 1-osobowej B.714 szafka przyłóżkowa posiadała blokadę kół na wysokości ręki leżącego pacjenta, w postaci obustronnie wbudowanych pokręteł w korpus szafki przy blacie głównym?

Odpowiedź: Tak.

Pozycja Ł 2 Łóżko szpitalne czterosegmentowe.

Odpowiedź:

Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką wspawaną na stałe?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym dźwignie służące do regulacji segmentu pleców i uda za pomocą sprężyny gazowej umieszczone są pod leżem, w okolicy stałego segmentu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami o średnicy 125mm, które posiadają możliwość zablokowania dwóch kół, jednego od strony głowy i jednego od strony nóg oraz ustawienia blokady kierunkowej w jednym kole od strony głowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 12cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 170 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści łóżko z całkowitą szerokością łóżka 106cm wraz z barierkami?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem na wysokości 55cm bez materaca?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi, lamelami, montowanymi na stałe?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na % długości leża, dzielonymi, podwójnymi, wykonanymi z tworzywowych odlewów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma otworami do montażu akcesoriów zlokalizowanymi w narożnikach od strony głowy?

Odpowiedź: Tak.

Dot. SZ P Szafka przyłóżkowa.

Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym i stałym wykonanymi z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 43: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dwoma, obustronnie wysuwanymi szufladami [dolną i górną]?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 44: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z koszem na butelki umieszczonym w dolnej szufladzie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach, szerokość 510 mm, długość 485 mm, wysokość 930 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego 730 mm - 1100 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 47: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 410 mm x 380 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 600 mm x 350 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pozycja F-2 Fotel ginekologiczny

Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości od 52 do 96cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu oparcia w zakresie -6 do +60 stopni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 51: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu siedziska w zakresie od 0 do 30 stopni?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez możliwości dołożenia segmentu wydłużającego leże, jednakże z całkowitą płytą leża o długości 1760mm, która umożliwia wykorzystanie fotela jako stołu zabiegowego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 53: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez chowanych podłokietników?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 54: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny w którym wszystkie funkcje elektryczne sterowane są z pilota przewodowego oraz sterowaniem nożnym wysokości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez lampki zabiegowej LED?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że miejsce zabiegu będzie odpowiednio oświetlone w inny sposób

Dot. Ł 1 Czterosekcyjne łóżko do opieki medycznej.

Pytanie 56: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden panel sterowania służący do regulacji wszystkich funkcji elektrycznych zarówno dla pacjenta oraz personelu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 57: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji długości od 218cm do 233cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 58: Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym zgodnym z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 na poziomie 200kg oraz maksymalną masą pacjenta 135kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 59: Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie wymaga zastosowania zasilania bateryjnego dzięki możliwości mechanicznej regulacji segmentu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60: Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 10cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 61: Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 12cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 62: Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 14cm?

Odpowiedź: Tak.

Analizator składu ciała

Pytanie 63: Parametr - Miękka szczupła masa ciała. Czy zamawiający dopuści analizator badający parametr - beztłuszczowa masa ciała? Miękka szczupła masa ciała to beztłuszczowa masa ciała minus masa kości. Analizatory składu ciała bez wprowadzenia wyników nie są w stanie wskazać dokładnej masy kości i bez wyników DEXA jest to parametr szacunkowy. Czy w związku z tym zamawiający dopuści parametr obarczony mniejszym błędem, którym jest beztłuszczowa masa ciała?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 64: Parametr - wskaźnik talia-biodra Czy zamawiający dopuści urządzenie, które będzie podawało wymagany parametr WHR z wykorzystaniem indywidualnego pomiaru osoby prowadzącej diagnostykę i na podstawie rzeczywistego pomiaru obwodów talii i bioder?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 65: Parametr - podstawowa przemiana materii. Spoczynkowa przemiana materii jest o 10-15% wyższa od podstawowej. Podstawowa przemiana materii jest trudna do wyznaczenia, nawet w warunkach laboratoryjnych. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści urządzenie wskazujące spoczynkową przemianę materii?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66: Parametr - segmentowa beztłuszczowa masa ciała Czy zamawiający dopuści urządzenie, które w segmentach ciała wskazuje masę mięśni szkieletowych? Jest to parametr dokładnie opisujący stan mięśni w segmentach na podstawie walidacji MRI i równa się 97% dokładności z stanem faktycznym i umożliwia precyzyjne śledzenie rekonwalescencji pacjenta. To mięśnie szkieletowe wpływają na zmiany w beztłuszczowej masie ciała. Należy dodać, że parametr został wsparty wynikami porównania z beztłuszczową masą ciała wg walidacji 4C – (DEXA, pletyzmografia, D2O, pomiar masa ciała)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 67: Parametr - segmentalna tłuszczowa masa ciała Czy zamawiający dopuści urządzenie niewskazujące segmentalnej tłuszczowej masy ciała? Najważniejszym parametrem badanym w segmentach ciała jest masa mięśni szkieletowych w kg. oraz tłuszcz wisceralny i takie parametry oferowane przez nas urządzenie wskazuje.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 68: Parametr - skala fitness. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada jako takiej „skali fitness”, ale po przeanalizowaniu tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała wskazuje 4 typy sylwetki na wykresie Body Composition Chart (BCC) typ sylwetki wraz z elipsami tolerancji bazującymi na przeprowadzonych badaniach klinicznych 1250 pacjentów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 69: Parametr – wyświetlacz LCD klawiatura Urządzenie proponowane przez nas wykorzystuje duży, jednosegmentowy ekran dotykowy o wymiarze 8,4" Dodatkowo obraca się o 360° umożliwiając dogodną komunikację z pacjentem w trakcie badania. Taka konstrukcja jest bardzo czytelna i przejrzysta tym bardziej z tłumaczeniem na język polskim. Czy Zamawiający wymaga urządzenie o dużym obrotowym ekranie dotykowym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 70: Parametr - drukarka termalna Czy zamawiający dopuści urządzenie z oprogramowaniem, które umożliwia generowanie kolorowych raportów A4, na dowolnie wybranej drukarce biurowej? Wydruk termiczny z czasem blaknie, znikając całkowicie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 71: Parametr – elektrody. Zamawiający wymaga, aby elektrody miały funkcję autotestu bezpieczeństwa użytkownika. Dzięki temu, w przypadku uszkodzenia urządzenia pacjent nie jest zagrożony. Czy Zamawiający wymaga innowacyjnych elektrod ręcznych, które sprawdzą połączenie przed każdym pomiarem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 72: Parametr – wymiary. Platforma proponowanego urządzenia jest duża, wykonana ze stalowego szkieletu i podestu ze szkła hartowanego, przeznaczona do ważenia najbardziej otyłych pacjentów oraz idealna do dezynfekcji. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach platformy 976x828mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 73: Parametr – USB, RS 232C. Proponowane urządzenie posiada interfejs USB i możliwość do podpięcia z dowolnym komputerem złączem USB oraz WIFI? Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, obecnie bardzo wygodnym i niezawodnym sposobem jest możliwość bezprzewodowego (radiowego) przesyłania danych, co ogranicza ilość kabli, a więc i możliwość ich mechanicznego uszkodzenia. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie korzystało dodatkowo z technologii bezprzewodowego przesyłania danych i standardowej metody kablem z wejściem USB ?

Odpowiedź: Nie.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Fizjologii i Kinesjologii im. prof. K. Górnika
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Szkoły Zamówień Publicznych