



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu do aparatury medycznej

Pytanie 1 – Część 1 – akcesoria do aparatu do elektrofizjologii oka RETI-port gamma firmy Roland Consult – wzór umowy -dot. § 4 pkt. 3 Czy Zamawiający może wykreślić ten punkt z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia są elektrody jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „*W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy lub wymiany także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Osprzętu - z wyjątkiem materiałów jednorazowych.*”

Pytanie 2 – Część 1 – akcesoria do aparatu do elektrofizjologii oka RETI-port gamma firmy Roland Consult - wzór umowy - dot. § 5 pkt. 3 Czy Zamawiający może wydłużyć termin wymiany wadliwego Osprzętu na wolny od wad do 28 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „*W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, a w terminie do 28 dni roboczych wymieni wadliwy Osprzęt na wolny od wad lub na zgodny ze złożoną ofertą.*”

DYREKTOR

Dariusz Jorg