

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie do 30 000 euro na dostawę mebli medycznych

Część 1: Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie - 4 szt.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo i oparta jest na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych? Podane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego pod względem stabilności i dezynfekcji łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym akumulatorem, który posiada funkcję dodatkowego zabezpieczenia energii do wykonania pozycji CPR nawet w przypadku jego rozładowania. Podana funkcja umożliwia elektryczne uzyskanie pozycji ratunkowej w przypadku braku zasilania i rozładowania akumulatora uniemożliwiającego inne regulacje. Podane rozwiązanie jest analogiczne do wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość zewnętrzna wynosi 99.5 cm, a którego leże ma szerokość 90 cm. Podany parametr jest korzystniejszy niż wymagany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4: Czy Zamawiający oczekuje barierek chroniących pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czterech barierek bocznych poruszających się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważne), zapewniających ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.

Pytanie 5: Czy Zamawiający oczekuje by wskaźniki kąta nachylenia były wypełnione kolorową cieczą w celu łatwiejszego i bardziej precyzyjnego pozycjonowania łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu uzupełniającego leże po jego wydłużeniu, jeżeli konstrukcja łóżka nie wymaga tego do zamontowania materaca uzupełniającego wolną przestrzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zamiast panelu uzupełniającego leże po jego wydłużeniu, łóżko wyposażone jest w materac uzupełniający leże? Podane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 8: Czy Zamawiający oczekuje łóżka, w którym tworzywowe, wyjmowane szczyty są blokowane 1 przyciskiem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający oczekuje, by funkcje elektryczne łóżka były aktywowane przyciskiem bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieświadomego użycia funkcji?

Odpowiedź: Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka z wyłączeniem CPR.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 39.5-77.5 cm z możliwością uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta wynoszącej 37 cm? Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznymi regulacjami części plecowej 0-72°, części nożnej 0-34°, segmentu uda 0-21°. Podane rozwiązanie nieznacznie różni się i jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12: Czy Zamawiający oczekuje funkcji autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelującej ryzyko powstawania odleżyn stopnia 1-4?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 13: Czy Zamawiający oczekuje, by regulacja elektryczna krzesła kardiologicznego była uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na panelu sterowniczym dostępnym dla personelu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje funkcji regulacji elektrycznej do położenia krzesła kardiologicznego.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zintegrowanego oświetlenia pod łóżkiem? Podana funkcja nie ma żadnych aspektów klinicznych, a ogranicza ilość Wykonawców mogących przystąpić do postępowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 15: Czy Zamawiający oczekuje łóżka, w którym odłączenie funkcji sterowanych elektrycznie po max 180 sekundach odbywało się także w przypadku łóżka podłączonego do zasilania sieciowego, w celu zabezpieczenia przed nieświadomym użyciem funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje odłączenia funkcji sterowanych elektrycznie po max 180 s nieużywania regulacji po odłączeniu łóżka od zasilania sieciowego.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 14 cm? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 12 cm? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści materac, którego wkład to pianka przeciwdleżynowa o gęstości min. 22 kg/m³? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 20: Czy Zamawiający, uwzględniając koła o średnicy 150 mm, dopuści minimalną wysokość krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta równą 34 (cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie może zaakceptować takiego terminu, ponieważ jest zobligowany do terminowego rozliczenia dotacji.

Pytanie 22: Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis „*łóżko wyposażone w stół dla pacjenta*”.

Odpowiedź: Chodzi o stół pomocny przy karmieniu lub przy samodzielnym spożywaniu posiłków przez pacjenta.

Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bardzo wydajny jeden akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu? Oferowane łóżko posiada akumulator wysokiej jakości i nie ma konieczności stosowania dwóch akumulatorów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 97 cm? Oferowany wymiar będzie praktyczny podczas użytkowania łóżka i pozwoli np. na swobodny przejazd łóżka przez drzwi o szerokości do 1 metra.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dodatkowy materac, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektronicznej kontroli kąta nachylenia oparcia 30°? Oferowane łóżko posiada wbudowane w barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, w związku z tym istnieje możliwość precyzyjnego, elektrycznego ustawienia (za pomocą sterowania w barierkach bocznych lub panelu centralnego) segmentu oparcia pleców pod kątem 30°.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach o średnicy 150 mm w zakresie od 40 do 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżka pacjenta równą 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną części plecowej w zakresie 70°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną części udowej w zakresie 45°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację manualną (mechanizm zapadkowy) części podudzia w zakresie 18°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie segmentu oparcia pleców w pozycji reanimacyjnej CPR po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał taki wymóg w zestawieniu parametrów technicznych i warunków wymaganych.

Pytanie 33: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym odłączenie funkcji sterowanych elektrycznie w barierkach bocznych następuje po ok. 60 sekundach nieużywania (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery jednoosiowe odbojniki w narożnikach łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg umożliwiające montaż akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pokrowcu bez widocznych instrukcji dotyczących obracania materaca i prania pokrowca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac jednosekcyjny, posiadający nacięcia pionowe i poprzeczne na całej długości, odpowiednie dla sekcji głowy, tułowia i nóg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Część 2. Pozostałe meble medyczne

Pozycja nr 5 – Taboret obrotowy

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy wyposażony w wysokiej jakości 5 kółek o średnicy 50 mm (dwa z blokadą)? Proponowany wymiar nieznacznie różni się od podanego wymiaru, co nie wpłynie na jego funkcjonalność.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z podstawą o średnicy 480 mm? Zaproponowana podstawa zapewnia stabilność taboretu oraz zajmuje mniej miejsca.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy z regulacją wysokości siedziska w zakresie 490-630 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pozycja nr 6 – Stojak na kroplówki

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1200-2150 mm? Nasze rozwiązanie umożliwia regulację stojaka na kroplówki w większym zakresie, co jest bardziej funkcjonalne dla użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki z podstawą o średnicy 560 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozycja nr 8 – Stolik pod monitor

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik pod monitor o długości 650 mm (blat 590 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik pod monitor o szerokości 550 mm (blat 490 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pozycja nr 11 – Wózek wielofunkcyjny medyczny

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny o szerokości 690 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny o głębokości 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny z 1 uchwytem do prowadzenia umieszczonym z przodu wózka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blat zagłębiony (tzw. fala morska) otoczony z 3 stron galeryjką (fartuchem)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny o masie własnej około 60 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pozycja nr 12 – Szafa endoskopowa

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę endoskopową wykonaną ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę endoskopową z bokami z pojedynczej blachy stalowej o gr. o 1 mm o konstrukcji samonośnej, która zapewnia usztywnienie korpusu (front z podwójnej blachy z wypełnieniem)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę endoskopową z wypełnieniem w formie „plastra miodu”, który nie jest odporny na wilgoć?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.


Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę endoskopową z frontami o grubości 18 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę endoskopową z bokami o grubości 27 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na 21 listopada 2016 r na godz. 12:00.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gbirskego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Wójcik
Kierownik Działu Zamówień Publicznych