



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych

1. **Pytanie** - Dotyczy Części 5 Załącznik 4.5. Formularz cenowy –Tabela. Punkt 1. Przedmiot zamówienia – panele inhalacyjne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w panelu wziewnym zamiast mieszaniny traw była tymotka łąkowa, wszystkie inne alergeny pozostałyby bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 5 w panelu wziewnym zamiast mieszaniny traw tymotki łąkowej.

2. **Pytanie** - Część 5. Czy Zamawiający dopuści w panelu inhalacyjnym babkę zwyczajną lub lancetową opcjonalnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 5 w panelu inhalacyjnym babki zwyczajnej lub babki lancetowatej.

3. **Pytanie** - Zamawiający w pozycji krążki alergenowe wyszczególnił poszczególne alergeny, jednakże w zależności od rodzaju są one pakowane w ilości 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym oraz 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym. W przypadku trzech alergenów zamieszczonych w przetargu nie zgadzają się zamówione ilości z ilością w opakowaniu: poz. 1 –dorsz – wymagana ilość : 30 – alergen ten pakowany jest po 25 krążków w opakowaniu; poz.7- brzoza brodawkowata –wymagana ilość :35 –alergen ten pakowany jest po 25 krążków w opakowaniu; poz. 11 – Dermatophagoides pteronyssinus – wymagana ilość : 35 – alergen ten pakowany jest po 25 krążków w opakowaniu. Bardzo proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający określi ilości wymagane adekwatnie do występujących opakowań zbiorczych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w części nr 1 wymagane ilości krążków alergenowych. W załączeniu do niniejszego pisma zmieniona treść załącznik nr 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 12a ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2013 r. o godz.10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju 758 w dniu **05.07.2013 r. o godz. 10.30**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik:

-zmieniony Załącznik nr 4.1

DYREKTOR

Dariusz Jorg

D/ZP/381/33A/13

Załącznik 4.1

ZMIENIONY

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE I WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - Odczynniki do oznaczania IgE swoistego

L.p	Przedmiot zamówienia	Nazwa lub kod zgodnie z załączoną dokumentacją oferowanego przedmiotu PRODUCENT	j.m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań *	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto
1	Zestaw odczynników do oznaczania IgE swoistego -ma być zaopatrzony w surowice referencyjne oraz materiał kontrolny, a także w mikropłytki w ilości potrzebnej do wykonania badań + przykrycia do mikropłytek (1 op. = 96 ozn.) UWAGA: Jeżeli zestaw odczynników nie zawiera surowic referencyjnych, materiałów kontrolnych i mikropłytki z przykryciem, należy zrobić osobną wycenę		op.	7						
		Dorsz	Szt.	25						
		Soja	Szt.	30						
		Jad pszczoły	Szt.	100						
		Jad osy	Szt.	100						
		Pomarańcza	Szt.	30						
		Lateks	Szt.	10						
		Brzoza brodawkowata	Szt.	25						
		Truskawka	Szt.	10						
		Kakao	Szt.	30						
		Komar	Szt.	20						
		Dermatophagoides pteronyssinus	Szt.	25						
		Dermatophagoides farinae	Szt.	25						
		Białko mleka krowiego	Szt.	25						
		Kazeina	Szt.	10						
		Jajo kurze	Szt.	20						
		Pomidor	Szt.	10						
		Orzech ziemny	Szt.	10						
		Orzech włoski	Szt.	10						

kraźki alergiczne :

